



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 2019251

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 18/01/2019 TARİHİ, SAAT 17:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MERAL IŞIKÇI

İşletme Müdürü

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	PUAR UC YOLLU	10,00	ADET
2	BALON JOJE 2000 CC	4,00	ADET
3	MEZUR CAM 250 CC.	5,00	ADET
4	MEZUR CAM 50 ML	4,00	ADET
5	MANYETİK BALIK 30X6 MM	10,00	ADET
6	PISET 500 CC. LİK.	2,00	ADET
7	PISET 1000 CC. LİK.	2,00	ADET
8	MEZUR PLASTİK 500 ML	2,00	ADET
9	MEZUR PLASTİK 1000 ML	2,00	ADET
10	SALE DIK CAM	35,00	ADET

TEKLİF NO : 2019251

NOT : ODEME 180GUN

İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK

TEL : 4122410

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 2019251

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 18/01/2019 TARİHİ, SAAT 17:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MERAL IŞIKÇI

İşletme Müdürü

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

11	YARIM YUZ MASKESI	5,00	ADET
12	OTOKLAV VIDALI KAPAKLI 500 ML SISE	4,00	ADET
13	COPLIN STAINING JAR (76X25 SALE DIK PLASTIK KAPAK)	10,00	ADET
14	OTOKLAV VIDALI KAPAKLI SISE (1 LT)	5,00	ADET
15	KOYU RENKLI REAKTIF SISESI (1 LİTRELİK KAPAKLARININ İCİ TEFLON KAPLI)	2,00	ADET
16	MANYETİK BALIK 45X8 MM	10,00	ADET

TEKLİF NO : 2019251

NOT : ODEME 180GÜN

İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK

TEL : 4122410

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

304.0018.000	PUAR UC YOLLU	ADET	10
293.0012.000	BALON JOJE 2000 CC	ADET	4
293.0035.000	MEZUR CAM 250 CC.	ADET	5
293.0036.000	MEZUR CAM 50 ML	ADET	4
293.0108.000	MANYETİK BALIK 30X6 MM	ADET	10
293.0126.000	PISET 500 CC. LİK.	ADET	2
293.0127.000	PISET 1000 CC. LİK.	ADET	2
293.0132.000	MEZUR PLASTİK 500 ML	ADET	2
293.0133.000	MEZUR PLASTİK 1000 ML	ADET	2
293.0148.000	SALE DIK CAM	ADET	35
294.0017.000	YARIM YUZ MASKESI	ADET	5
306.0025.000	OTOKLAV VIDALI KAPAKLI 500 ML SİSE	ADET	4
293.0183.000	COPLIN STAINING JAR (76X25 SALE DIK PLASTİK KAPAK)	ADET	10
306.0077.000	OTOKLAV VIDALI KAPAKLI SİSE (1 LT)	ADET	5
293.0225.000	KOYU RENKLİ REAKTİF SİSESİ (1 LİTRELİK KAPAKLARININ İÇİ TEFLON KAPLI)	ADET	2
293.0275.000	MANYETİK BALIK 45X8 MM	ADET	10

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(4540) MEZUR CAM 50 ML

Açıklama : MEZUR CAM 50 ML

1. Her çeşit ısıya ve kimyasala dayanıklı borosilikat camdan yapılmış olmalıdır.
2. Mezürlerin tabanları mükemmel stabilite sağlamalı, ağız tasarımı aktarılan sıvıların dökülmeden kolaylıkla boşaltılmasına olanak sağlamalıdır.
3. Mezür üzerindeki baskılarda cam için özel üretilen mavi boya ya da cama nüfuz eden kimyasallara dirençli olan amber boya kullanılmış olmalıdır.
4. Mezürlerle ilgili tüm tolerans değerleri gövde üzerindeki baskıda belirtilmiş olmalıdır.
5. Ürün ambalajlı olup üzerinde barkot basılmış olmalıdır.
6. Üretici firma laboratuvarında denenmek ve şahit numune olarak saklamak için numune temin etmelidir.

(5932) PİSET 1000 CC. LİK.

Açıklama : PİSET 1000 CC. LİK.

1. Polietilenden üretilmiş olmalıdır.
2. Esnek, yarı şeffaf olmalı, sıvı akışı kolay olmalı, boşaltma uçları çok ince sıvı püskürtmesi sağlanmalıdır.
3. Üretici firma laboratuvarında denenmek üzere 1 adet numune temin edilmelidir.
4. Ürün ambalajı (kutu/poşet) olmalıdır.
5. Ürün ambalajı üzerinde barkod basılmış olmalıdır.

(4549) KOYU RENKLI REAKTIF SİSESİ (1 LİTRELİK KAPAKLARININ İÇİ TEFLON KAPLI)

Açıklama : KOYU RENKLI REAKTIF SİSESİ (1 LİTRELİK KAPAKLARININ İÇİ TEFLON KAPLI)

1. Borosilikat camdan üretilmiş olmalıdır.
2. Otoklav sterilizasyonuna uygun olmalı.
3. Gövdesinde hacim skalası olmalıdır.
4. Vidalı kapaklar tam sızdırmalık sağlamalıdır.
5. Amber boyalı, koyu renkli olmalıdır.
6. Ürün ambalajı (kutu/poşet) olmalı, ambalaj içindeki ürün adeti üzerinde belirtilmelidir.
7. Ürün ambalajı üzerinde barkot basılmış olmalıdır.
8. Üretici firma laboratuvarında denenmek üzere numune temin etmelidir.

(4279) PİSET 500 CC. LİK.

Açıklama : PİSET 500 CC. LİK.

1. Polietilenden üretilmiş olmalıdır.
2. Esnek, yarı şeffaf olmalı, sıvı akışı kolay olmalı, boşaltma uçları çok ince sıvı püskürtmesi sağlanmalıdır.
3. Üretici firma laboratuvarında denenmek üzere 1 adet numune temin edilmelidir.
4. Ürün ambalajı (kutu/poşet) olmalıdır.
5. Ürün ambalajı üzerinde barkod basılmış olmalıdır.

(5677) SALE DIK CAM

Açıklama : SALE DIK CAM

1. 76X26 mm boyutlarındaki lamaların yerleştirilmesi için uygun olmalıdır.
2. 10 adet lam yuvası içermelidir.
3. Hızlı ısı değişikliklerine dayanıklı olmalıdır.

4. Cam kapağı ile birlikte teslim edilmelidir.
5. Ürün ambalajlı (kutu/poşet) olmalıdır.
6. Ürün ambalajı üzerinde barkot basılmış olmalıdır.
7. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu nedenle 1 adet numune bırakılmalıdır.
8. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.

(4540) MEZUR CAM 250 CC.

Açıklama : MEZUR CAM 250 CC.

1. Her çeşit ısıya ve kimyasala dayanıklı borosilikat camdan yapılmış olmalıdır.
2. Mezürlerin tabanları mükemmel stabilite sağlamalı, ağız tasarımı aktarılan sıvıların dökülmeden kolaylıkla boşaltılmasına olanak sağlamalıdır.
3. Mezür üzerindeki baskılarda cam için özel üretilen mavi boya ya da cama nüfuz eden kimyasallara dirençli olan amber boya kullanılmış olmalıdır.
4. Mezürlerle ilgili tüm tolerans değerleri gövde üzerindeki baskıda belirtilmiş olmalıdır.
5. Ürün ambalajlı olup üzerinde barkot basılmış olmalıdır.
6. Üretici firma laboratuvarında denenmek ve şahit numune olarak saklamak için numune temin etmelidir.

(3915) OTOKLAV VIDALI KAPAKLI SİSE (1 LT)

Açıklama : OTOKLAV VIDALI KAPAKLI SİSE (1 LT)

1. Borosilikat camdan yapılmış olmalıdır.
2. Otoklav sterilizasyona olanak vermelidir.
3. Gövdesinde hacim skalası olmalıdır.
4. Kapaklar tam sızdırmazlık vermelidir.
5. Ürün ambalajlı (kutu/poşet) olmalıdır.
6. Ürün ambalajı üzerinde barkod basılmış olmalıdır.
7. Üretici firma labratuvarında denenmek ve şahit numune olarak saklamak için numune temin etmelidir.

(4538) BALON JOJE 2000 CC

Açıklama : BALON JOJE 2000 CC

1. Her çeşit kimyasal maddeye dayanıklı borosilikat camdan üretilmelidir.
2. Balon jojelerin takip edilebilmeleri için gövdelerinin üzerine grup (lot) numaraları basılı olmalıdır.

3. Balon jojeler üzerindeki baskılarda, camlar için özel üretilen mavi boya ya da cam içine nüfuz eden ve etkili temizleme kimyasallarına dayanıklı olan amber boya kullanılmalıdır
4. Balon jojeler ile ilgili tüm tolerans değerleri gövde üzerindeki baskıda belirtilmelidir.
5. Menisküs çizgisi elmas uç ile çizdirilerek işaretlenmiş ve hacimle kalibre edilmiş olmalıdır.
6. Balon jojeler polipropilen kapakları ile birlikte teslim edilmelidir.
7. Üretici firma laboratuvarında denenmek ve şahit numune olarak saklamak için 1 adet numune temin etmelidir.

(3915) OTOKLAV VIDALI KAPAKLI 500 ML SİSE

Açıklama : OTOKLAV VIDALI KAPAKLI 500 ML SİSE

1. Borosilikat camdan yapılmış olmalıdır.
2. Otoklav sterilizasyona olanak vermelidir.
3. Gövdesinde hacim skalası olmalıdır.
4. Kapaklar tam sızdırmazlık vermelidir.
5. Ürün ambalajlı (kutu/poşet) olmalıdır.
6. Ürün ambalajı üzerinde barkod basılmış olmalıdır.
7. Üretici firma labratuvarında denenmek ve şahit numune olarak saklamak için numune temin etmelidir.