



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 2019523

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 29/01/2019 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MERAL IŞIKÇI

İşletme Müdürü

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	KAMERA KILIFI	2.000,00	ADET
2	FOLEY SONDA NO:10	150,00	ADET
3	FOLEY SONDA NO:12	150,00	ADET
4	FOLEY SONDA NO:14	300,00	ADET
5	IDRAR TORBASI ERKEK COÇUK	4.000,00	ADET
6	DISPOSABLE KORUMALI ÖNLÜK	5.000,00	ADET
7	STERİL KORUMALI ÖNLÜK	4.000,00	ADET
8	THORAX KATETER NO:16	75,00	ADET
9	TUP REKTAL	25,00	ADET
10	IDRAR TORBASI STERİL MUSLUKLU 2000 CC	20.000,00	ADET

TEKLİF NO : 2019523

NOT : ÖDEMELER 180 GÜNDÜR. TEKLİFLERDE MARKA, UBB KODU VE TESLİM TARİHİ BELİRTİLMELİDİR.

İLGİLİ KİŞİ : YUSUF GÜLER

TEL : 2324122405

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

245.0002.000	KAMERA KILIFI	ADET	2000
232.0010.000	FOLEY SONDA NO:10	ADET	150
232.0011.000	FOLEY SONDA NO:12	ADET	150
232.0012.000	FOLEY SONDA NO:14	ADET	300
237.0003.000	İDRAR TORBASI ERKEK COCUK	ADET	4000
245.0007.000	DISPOSABLE KORUMALI ÖNLÜK	ADET	5000
199.0001.000	STERİL KORUMALI ÖNLÜK	ADET	4000
218.0171.000	THORAX KATETER NO:16	ADET	75
209.0035.000	TUP REKTAL	ADET	25
237.0008.000	İDRAR TORBASI STERİL MUSLUKLU 2000 CC	ADET	20000

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(4986) FOLEY SONDA NO:10

Açıklama : FOLEY SONDA NO:10

1. Kateter tamamıyla silikon kaplı doğal lateksten yapılmış olmalı
2. Sondalar tamamen steril olmalı ve tekli paketler içerisinde bulunmalı.
3. Sondanın hem dış hem iç paketi, steril tekniği bozmadan, kolay açılabilir nitelikte olmalı. (İç paketin sondanın üretraya giren ucundaki kısmı, çekince kolayca kopacak şekilde kesme işareti ile bağlantılı olmalı.)
4. Sondalar iki yollu olmalı.
5. Sondalar 6,8,10,12,14,16,18,20,22,24 FR olarak değişik boyutlarda olmalı.
6. Sonda ucu iki delikli olmalıdır.
7. Yuvarlatılmış kapalı distal ucu olmalı ve travma oluşturmayacak yumuşaklıkta olmalı.
8. Balon çapı 6 FR için 1,5cc/ml, 8-10 FR için 3 cc/ml, 12-14 FR için 5-10 cc/ml ve büyük ebatlarda 16-18-20-22-24 de ise 30 cc/ml olmalı.
9. Balon kolay şişirilmeli ve şişirildikten son sıvı sızdırmamalı, patlamamalıdır, sonda çıkarılırken balondaki su tamamen boşaltılabilmelidir.
10. Balon şişirme valfi çeşitli size'lar için renkli kodlu olmalıdır.
11. İdrar sondasının torbayla bağlantı kısmı ürometreye rahat takılabilmeli.
12. Paket üzerinde son kullanma tarihi yazılı olmalı ve raf ömrü depo teslim tarihinden itibaren en az iki yıl olmalı ISO veya TSE kalite belgelerinden birine sahip olmalı ve CE'ye uygunluğunu belgelendirmelidir.
13. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir.Bu nedenle her no'dan 3'er adet numune bırakılmalıdır.

(5212) IDRAR TORBASİ ERKEK COÇUK

Açıklama : IDRAR TORBASİ ERKEK COÇUK

1. Kız çocukları için oval, erkek çocukları için yuvarlak ağızlı olmalıdır.
2. Cilde yapışabilecek özellikte olmalıdır ve cilde herhangi bir zarar vermemelidir.
3. Steril poşette tek kullanımlık olmalıdır.
4. Torbanın içindeki idrarı ölçmek için üzerinde cc gösteren rakamları olmalıdır

(5074) DISPOSABLE KORUMALI ÖNLÜK

Açıklama : DISPOSABLE KORUMALI ÖNLÜK

1. Önlükte kullanılan kumaş hava geçirgen, medikal nonwoven, antistatik, non allerjenik, sıvı geçirmeyen malzemeden olmalıdır. Kumaş kalınlığı 50 g/m² olmalıdır.
2. Önlüklerin kol manşetleri kullanarı rahatsız etmeyecek şekilde elastik olmalı ve eldiven giyilmesi sırasında kolların yukarı sıyrılmasını engelleyecek şekilde bileği kavramalıdır.
3. Önlüğün boyun kısmı sürtünmeyle cildi tahriş etmeyen yumuşak kumaş biye ile çevrelenmiş olmalıdır.
4. Önlük iç ve dış bağcıklarının bağlama sırasında kopmaması için bağcıklar çapraz dikiş ile dikilmiş olmalıdır.
5. Önlük kol kesimi hareket serbestliğini kısıtlamayacak şekilde olmalı beden hareketleri ile dikişler açılmayacak kadar sağlam dikilmiş olmalıdır.
6. Önlüğün göğüs ve kol kısımları çift kat kumaştan üretilmelidir. Önlüğün göğüs kısmında bulunan koruma boyun bölgesinden başlayıp etek ucuna kadar uzanmalıdır, kollarda ise manşetten başlayıp omuza kadar olmalıdır.
7. Önlükler sitostatik ilaçları geçirmemelidir.
8. Üretici firmaların ISO 13485 Kalite Güvence Sistemi Belgesi ve ürünlerin CE markası olmalıdır.
9. Bir adetlik ambalajlarda teslim edilmelidir.
10. Ürün etiketinde; üretim tarihi, son kullanma tarihi, lot numarası yazılı olmalı, üretici firmaya ait bilgiler tam ve güncel olmalıdır.
11. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu nedenle en az 10 adet numune bırakılmalıdır

(5199) THORAX KATETER NO:16

Açıklama : THORAX KATETER NO:16

1. 52 ± 5 cm uzunluğunda, plevra boşluğuna uyum sağlayan, esnek polimerden imal edilmiş bir kateter olmalıdır.
2. Toraks kateteri travma oluşturmayan yuvarlatılmış, açık distal uca sahip olmalıdır.
3. Kateterde doku emilimini engelleyen çapraz yan delikler bulunmalıdır.
4. Toraks kateteri X Ray ışını altında görüntülenebilmek için radyopak çizgiye sahip olmalıdır.
5. Kateterin üzerinde cm işaretli ölçek bulunmalıdır.
6. Toraks kateteri her türlü bağlantıya uyacak şekilde tasarlanmış genişleyen proksimal uca sahip olmalıdır.
7. Totaks kateterinin kıvrık ve düz olmak üzere iki ayrı modeli mevcut olmalıdır
8. Toraks kateterlerinin düz ve kıvrık olarak 16-36 aralığındaki her ölçüsü mevcut bulunmalıdır.

9. Toraks kateteri tekli ve steril paketlerde sunulmalıdır.

(3522) TUP REKTAL

Açıklama : TUP REKTAL

1. Tüp, giriş kolaylığı sağlayan bir yüzeye sahip olmalıdır.
2. Tüp bükülmeye karşı dirençli olmalıdır.
3. Tüp travma oluşturmeyen, yuvarlatılmış, kapalı distal uca sahip olmalıdır.
4. Tüpün uç yan kısmında çapraz dlekler bulunmalıdır.
5. Tüpün uzunluğu 36 cm olmalıdır,
6. Tüp 18 ch' den 35 ch'ye kadar ölçülere sahip olmalıdır. (18,20,22,24,25,26,28,30,32,35 ch)
7. Tüp her bir ölçüyü belirleyen renk kodlu kannektöre sahip olmalıdır.

(5220) KAMERA KILIFI

Açıklama : KAMERA KILIFI

1. Kılıf disposable olmalıdır.
2. Polietilen malzemeden imal edilmiş olmalı ve herhangi bir sıvının içeri girmesini engellemelidir.
3. Video kamera kılıfı teleskopun sterilizasyonunu bozmadan kullanmaya müsait olmalıdır.
4. Kılıfın katlanma şekli kameranın kılıfın içinden kolayca geçmesine uygun olmalıdır.
5. Kılıfın kalınlığı 0.5-1 mikron olmalıdır. (Şeffaf)
6. Kılıfın boyu 200-300 cm., eni 10-15 cm. arasında olmalıdır.
7. Kılıfın uç kısımlarında sıkıştırma amacı ile kullanılan ve sıkıştırma sonucunda kopmayan bir bant bulunmalıdır. Bantın bir ucunda açma için mesafe bırakılmış olmalı ve iyi yapışma özelliği olmalıdır.
8. Yapışkan bant kamera bağlantısı bölümünde olmalı ve tesbit sırasında eldivene yapışmamalıdır.
9. Dayanıklı olmalıdır.
10. Sterilizasyon şekli, sterilizasyon tarihi ve son kullanım tarihi belirtilmelidir. Üretim parti no (LOT) numarası olmalıdır.
11. Steril olduğunu belirten paket üzerinde indikatör olmalıdır.

(4986) FOLEY SONDA NO:14

Açıklama : FOLEY SONDA NO:14

1. Kateter tamamıyla silikon kaplı doğal lateksten yapılmış olmalı
2. Sondalar tamamen steril olmalı ve tekli paketler içerisinde bulunmalı.
3. Sondanın hem dış hem iç paketi, steril tekniği bozmadan, kolay açılabilir nitelikte olmalı. (İç paketin sondanın üretraya giren ucundaki kısmı, çekince kolayca kopacak şekilde kesme işareti ile bağlantılı olmalı.)
4. Sondalar iki yollu olmalı.
5. Sondalar 6,8,10,12,14,16,18,20,22,24 FR olarak değişik boyutlarda olmalı.
6. Sonda ucu iki delikli olmalıdır.
7. Yuvarlatılmış kapalı distal ucu olmalı ve travma oluşturmayacak yumuşaklıkta olmalı.
8. Balon çapı 6 FR için 1,5cc/ml, 8-10 FR için 3 cc/ml, 12-14 FR için 5-10 cc/ml ve büyük ebatlarda 16-18-20-22-24 de ise 30 cc/ml olmalı.
9. Balon kolay şişirilmeli ve şişirildikten son sıvı sızdırmamalı, patlamamalıdır, sonda çıkarılırken balondaki su tamamen boşaltılabilmelidir.
10. Balon şişirme valfi çeşitli size'lar için renkli kodlu olmalıdır.
11. İdrar sondasının torbayla bağlantı kısmı ürometreye rahat takılabilmeli.
12. Paket üzerinde son kullanma tarihi yazılı olmalı ve raf ömrü depo teslim tarihinden itibaren en az iki yıl olmalı ISO veya TSE kalite belgelerinden birine sahip olmalı ve CE'ye uygunluğunu belgelendirmelidir.
13. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir.Bu nedenle her no'dan 3'er adet numune bırakılmalıdır.

(6578) IDRAR TORBASİ STERİL MUSLUKLU 2000 CC

Açıklama : IDRAR TORBASİ STERİL MUSLUKLU 2000 CC

1. Şeffaf sentetik materyalden imal edilmiş olmalıdır.
2. Sıvı toplama kapasitesi 2000 ml olmalıdır.
3. Torbanın üst iki yanında askı için delikleri bulunmalı,askı delikleri kendiliğinden açık olmalı, delik işaretli kısmına askıyı takarken aşırı güç ve ya ek kesici alet gerektirmemeli ve torba askısından çıkarılıp tekrar takıldığında delikler yırtılmamalıdır.
4. Torbanın üzeri 50 ml aralıklarla derecelenmiş olmalıdır.
5. Derecelendirme sıvı miktarını doğru olarak belirtmelidir.
6. Hortumun ucunda konik bağlantı konnektörü bulunmalı ve konektör üzerinde kapak olmalıdır. Kapak konektöre iyi oturmalı kendiliğinden çıkmamalıdır.
7. Torba içi tam dolu iken bile sızdırma yapmamalıdır.
8. İdrar torbası musluğu kapalıyken torbanın hiçbir yerinden idrar sızdırmamalıdır. Musluk kendiliğinden açılmamalı ve açılırken yerinden çıkmamalıdır.
9. Torbada idrarın hastaya dönmesini engelleyen valf sistemi olmalıdır.
10. Tamamen dolu iken askı deliklerinden asıldığından 24 saat dayanabilmelidir, torba dolu iken patlamamalıdır.
11. Torbalar steril tekli paketler içinde olmalıdır, paket üzerinde üretim ve son kullanma tarihleri bulunmalıdır.
12. Sondaya takılan idrar torbası ucu tam oturmalı sondayla uyumlu olmalı ve idrar sızdırmamalıdır.

13. Hasta yatarken foley ile torba arasındaki hortum gerilme ve çekilme yapmayacak uzunlukta ve bükülme ya da kırılma oluşturmayacak yeterlilikte esnekliğe sahip olmalıdır.
14. Teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miatlı olmalıdır.
15. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu nedenle en az 10 adet numune bırakılmalıdır.
16. Musluk kısmı ileri - geri hareketle çalışmalı, kendiliğinden açılmamalı ve idrarı aşağı sızdırmamalıdır.

(5069) STERİL KORUMALI ÖNLÜK

Açıklama : STERİL KORUMALI ÖNLÜK

1. Kollarda dirseğe kadar olmak üzere, göğüs ve karın kısmında da ayrıca su geçirmez bir parça olmalıdır.
2. Ürünün imal maddesi medikal non-woven olmalıdır. Ürün cildin nefes almasına izin verecek ancak sıvıları emmeden ortamdaki iten nitelikte (fluid repellent) olmalıdır.
3. Ürün ölçütleri; gömleğin uzunluğu 135-140 cm olmalıdır.
4. Kollarda elastik manşet olmalıdır.
5. Her pakette elleri kurulamak için 2 adet kağıt havlu bulunmalıdır.
6. Standart cerrahi tarzda katlanmış olmalıdır.
7. Gömleğin bel kısmındaki bağcıklardan sol dış yüzdeki bağcık sağ uç kısmındaki bağcık ile steril giyme aşaması bitinceye kadar açılmayacak şekilde birleştirilebilmelidir.
8. Ürün tesliminden sonra bağcıkları yanlış hazırlanıp steril giymeye uygun olmayan önlüklerin yenisi tedarikçiden bedelsiz olarak talep edilecektir.
9. Ürün bir kat kreple sarıldıktan sonra paketlenmelidir.
10. Ürün steril ambalajda teslim edilmeli, üretim ve son kullanım tarihleri ürün üzerinde açıkça belirtilmelidir.
11. Sterilizasyon şekli belirtilmeli.(İstenildiğinde belgelerle ibraz edilebilmelidir.)
12. Ürün istenilen ölçülerde teslim edilmeli.(M-L-XL)
13. Paketlerin üzerinde sterilizasyon işlemine tabii tutulduğunun gösterir indikatör olmalıdır.
14. Gömlekler ETO veya Gamma ile steril edilmelidir.
15. Paketlerin üzerinde marka, imalatçı firma bilgileri,barkod numarası ve CE işareti olmalıdır.

(4986) FOLEY SONDA NO:12

Açıklama : FOLEY SONDA NO:12

1. Kateter tamamıyla silikon kaplı doğal lateksten yapılmış olmalı
2. Sondalar tamamen steril olmalı ve tekli paketler içerisinde bulunmalı.
3. Sondanın hem dış hem iç paketi, steril tekniği bozmadan, kolay açılabilir nitelikte olmalı. (İç paketin sondanın üretraya giren ucundaki kısmı, çekince kolayca kopacak şekilde kesme işareti ile bağlantılı olmalı.)
4. Sondalar iki yollu olmalı.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

5. Sondalar 6,8,10,12,14,16,18,20,22,24 FR olarak değişik boyutlarda olmalı.
6. Sonda ucu iki delikli olmalıdır.
7. Yuvarlatılmış kapalı distal ucu olmalı ve travma oluşturmayacak yumuşaklıkta olmalı.
8. Balon çapı 6 FR için 1,5cc/ml, 8-10 FR için 3 cc/ml, 12-14 FR için 5-10 cc/ml ve büyük ebatlarda 16-18-20-22-24 de ise 30 cc/ml olmalı.
9. Balon kolay şişirilmeli ve şişirildikten son sıvı sızdırmamalı, patlamamalıdır, sonda çıkarılırken balondaki su tamamen boşaltılabilmelidir.
10. Balon şişirme valfi çeşitli size'lar için renkli kodlu olmalıdır.
11. İdrar sondasının torbayla bağlantı kısmı ürometreye rahat takılabilmeli.
12. Paket üzerinde son kullanma tarihi yazılı olmalı ve raf ömrü depo teslim tarihinden itibaren en az iki yıl olmalı ISO veya TSE kalite belgelerinden birine sahip olmalı ve CE'ye uygunluğunu belgelendirmelidir.
13. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir.Bu nedenle her no'dan 3'er adet numune bırakılmalıdır.