



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 2019103

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 10/01/2019 TARİHİ, SAAT 17:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MERAL IŞIKÇI

İşletme Müdürü

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	DENTAL ENJEKTORU	3.000,00	ADET
2	HEPA FİLTRE MASKE FFP3V	1.500,00	ADET
3	PAMUK RULO (1 KG.LIK AMB.)	1.800,00	KİLOGRAM
4	ANNE- BEBEK KOL BANDI (MAVI-ERKEK)(CİFT)	600,00	ADET
5	TOZ MASKESİ KONİK	350,00	ADET
6	IPEK FLASTER	50,00	ADET
7	KALEM İGNESİ (4 -5 MM.)	2.000,00	ADET
8	KIRMIZI HASTA KOL BANDI	3.000,00	ADET

TEKLİF NO : 2019103

NOT : ODEME 180GÜN

İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK

TEL : 4122410

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

300.0001.000	DENTAL ENJEKTORU	ADET	3000
294.0001.000	HEPA FİLTRE MASKE FFP3V	ADET	1500
296.0004.000	PAMUK RULO (1 KG.LİK AMB.)	KİLOGRAM	1800
298.0264.000	ANNE- BEBEK KOL BANDI (MAVİ-ERKEK)(CİFT)	ADET	600
294.0022.000	TOZ MASKESİ KONİK	ADET	350
298.0390.000	İPEK FLASTER	ADET	50
300.0046.000	KALEM İGNESİ (4 -5 MM.)	ADET	2000
298.0475.000	KIRMIZI HASTA KOL BANDI	ADET	3000

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(3685) HEPA FİLTRE MASKE FFP3V

Açıklama : HEPA FİLTRE MASKE FFP3V

1. Nefes almayı ve konuşmayı kolaylaştırıcı ve çökmeden kaynaklanan form bozukluklarını engelleyici tasarıma sahip olmalıdır.
2. Havadaki partikülleri filtre etme özelliği %95'in üzerinde olmalıdır.
3. Bakterileri filtre etme özelliği %95'in üzerinde olmalıdır.
4. FFP3 sınıfında olmalıdır.
5. Tek tek paketlenmiş olmalı,paket üzerinde maskenin standardı ve kategorisi yazılı olmalıdır.Paket üzerinde ürün barkodu bulunmalıdır.
6. 89/686/EEC (personel Protective Equipment-PPE) kişisel koruma ürünleri direktifine uygun olmalıdır.
7. EN 149:2001 standardına uygun olmalı ve standarda uygunluk belgesi bulunmalıdır.
8. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir.Bu nedenle en az 10 adet numune bırakılmalıdır.
9. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.

(3811) DENTAL ENJEKTORU

Açıklama : DENTAL ENJEKTORU

1. En az 250 adetlik kutularda olmalıdır.
2. En az 2 yıl miyatlı olmalıdır.
3. 2 cc 0,40x50 mm %6 eğimli,sivri uç merkezde montoksit kauçuk başlı olmalı,3 parça olmalıdır.
4. Muayene komisyonunca beğenilmeyen enjektör uçları alınmayacaktır.

5. Kutuların üzerinde barkot olmalıdır.

(1925) TOZ MASKESİ KONİK

Açıklama : TOZ MASKESİ KONİK

1. Havada bulunan katı ve sıvı zerrecikleri tutabilmelidir.
2. Kalsiyum karbonat, koalin, çimento tozu, selüloz sülfür, pamuk, un, cam yünü, demir tozları, bitkisel ve mineral yağlar ihtiva eden toz, sis ve dumanlara karşı koruma sağlamalıdır.
3. EN 149:2001 normlarına uygun olmalıdır.
4. Nefes verme valfi bulunmalıdır.
5. Metal aksamı bulunmamalıdır.
6. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu nedenle 1 adet numune bırakılmalıdır.
7. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır

(3616) IPEK FLASTER

Açıklama : IPEK FLASTER

1. Beyaz renkli olmalıdır.
2. Hassas ciltli hastalar için çinko oksit bazlı ve yapışkandan imal edilmiş olmalıdır.
3. Kolay ve düzgün yırtılabilir, iyi yapışır,havayı geçirir neme ve suya dayanıklı,yapışkanlığını uzun süre muhafaza edecek özelliklerde olmalıdır.
4. Röntgen filminde gözükmemelidir. Röntgen ışınlarını geçirgen olmalıdır.
5. İpek tıbbi flaster 5 cmX 5 m boyutlarında olmalıdır.
6. İsteğe göre 5 cmX 5m, 10 cmX 5 m veya 20 cmX 5 m boyutlarında bulunmalıdır.
7. Her kutu üzerinde barkot bulunmalıdır.
8. 10'luk paketler halinde teslim edilmelidir.
9. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir, bu nedenle 5 adet numune bırakılmalıdır.
10. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
11. Hypoalerjik olmalıdır.
12. Flaster çıkarıldığında ciltte kalıntı bırakmamalıdır.
13. Kutu üzerinde üretici firma adı,imalat tarihi,son kullanma tarihi ve lot numaraları bulunmalıdır.
14. Raf ömrü en az 2 yıl olmalıdır.
15. Bez kısmı ipek dokuma kumaştan yapılmış olmalıdır.

16. CE belgesi olmalıdır.

(3740) KIRMIZI HASTA KOL BANDI

Açıklama : KIRMIZI HASTA KOL BANDI

1. Yumuşak PVC'den imal edilmiş olmalıdır,kenarları tahriş edici olmamalıdır.
2. Kol bandının uzunluğu 26 cm olmalıdır.
3. Barkodlu kağıdın konulacağı cepli kısmın uzunluğu 4-6X 1,5-2,5 cm olmalıdır.
4. Barkodun yapıştırılacağı kağıdın ebadı 5x2 cm olmalıdır.
5. Kayıtların okunabilmesi için hasta kol bandının cebinin üst kısmı şeffaf olmalıdır.
6. Tek kullanımlık olmalı,çıtçıtırları kilitledikten sonra açılmamalıdır.
7. Hastanenin istediği renklerde imal edilmelidir.
8. Su geçirmeyen özellikte olmalı, alkol, tiner, solvent gibi maddelerle silinip değiştirilmemelidir.
9. Üretici firma ISO belgesine sahip olmalıdır.
10. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir.Bu nedenle herbir numaradan en az 15 adet numune bırakılmalıdır.
11. Baskılı kağıt parametresi aşağıdaki gibi olmalıdır.

11.1. adı soyadı

11.2. T.C. Nosu

11.3. Doğum tarihi,cinsiyeti

11.4. Protokol no

11.5. Hasta no

12. Paket üzerinde barkod bulunmalıdır.

(3633) PAMUK RULO (1 KG.LIK AMB.)

Açıklama : PAMUK RULO (1 KG.LIK AMB.)

1. Özellikleri bakımından Türk Farmakopesinde belirtilenden fazla yağ içermemelidir.
2. Sun'i elyaf ihtiva etmemeli; tohum parçaları ve diğer cisimler taşımamalıdır.
3. 1000 gr'lık numunelerin ağırlığı 995 gr'dan az olmamalıdır.
4. Paketler üzerinde hidrofil pamuk olduğu belirtilmeli, steril olmadığı açıklanmalı,üretici firmanın adı,markası ve seri numarası,üretim tarihi,adres ve telefon bilgileri yazılı olmalıdır.
5. Pamuk rulosu düzgün katlanmış olmalı, katlar birbirinden düzgünce ayrılabilmelidir, katları birbirinden ayıran kağıt v.b. gibi herhangi bir ayıraç olmalıdır.

6. Suyu emince dağılmamalıdır.
7. Paketler barkodlu olmalıdır.
8. Asit ve alkali ihtiva etmemelidir. (PH Nötr)
9. Boya kullanılmadan beyazlatılmış olmalıdır.
10. Pamuk ruloları düzgün kesilmiş ve ambalajlanmış olmalıdır.
11. Pamuk koparıldığında veya kesildiğinde etrafında toz bulutu oluşmamalıdır.
12. Ambalaj suya,neme dayanıklı materyalden olmalıdır.
13. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
14. CE belgesi olmalıdır.
15. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir.Bu nedenle 5 adet numune bırakılmalıdır.
16. Hızlı emici ve su tutucu özelliği olmalıdır.

(4959) ANNE- BEBEK KOL BANDI (MAVİ-ERKEK)(CİFT)

Açıklama : ANNE- BEBEK KOL BANDI (MAVİ-ERKEK)(CİFT)

1. Yumuşak PVC den imal edilmiş olmalıdır,kenarları tahriş edici olmamalıdır.
2. Kol bantları birbirine bitişik olmalı, kullanım sırasında birbirinden kolayca ayrılmalıdır.
3. Kol bandının anne için uzunluğu + 26 cm ,bebek için uzunluğu + 16 cm olmalıdır.
4. Barkodlu kağıdın konulacağı cepli kısmın uzunluğu anne için 4 - 6x 1,5 - 2,5 + cm olmalıdır. + cm,bebek için 4 -5 x 2 + cm olmalıdır.
5. Barkodun yapıştırılacağı kağıdın ebadı anne için 5 x 2 cm, bebek için 3.5 ? 4 x 1.75+ cm olmalıdır
6. Kayıtların okunabilmesi için hasta kol bandının cebinin üst kısmı şeffaf olmalıdır.
7. Tek kullanımlık olmalı ,çıt çıtları kilitlendikten sonra açılmamalıdır.
8. Hastanenin istediği renklerde imal edilmelidir.
9. Su geçirmeyen özellikte olmalı,alkol,tiner,solvent gibi maddelerle silinip değiştirilememelidir.
10. Üretici firma ISO belgesine sahip olmalıdır.
11. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu nedenle herbir numaradan en az 15 adet numune bırakılmalıdır.
12. Baskılı kağıt parametresi aşağıdaki gibi olmalıdır.
13. Paket üzerinde barkod bulunmalıdır.

(5919) KALEM İGNESİ (4 -5 MM.)

Açıklama : KALEM İGNESİ (4 -5 MM.)

1. İğneler paslanmaz çelik, steril ve tek kullanımlık olmalıdır.
2. Kalem iğneleri tüm kalemlerle uyumlu olmalıdır.
3. Kalem iğnesi 4 mm veya 5 mm uzunluklarında olmalıdır.
4. İğnelerin kaleme kolaylıkla takılıp çıkarılabilmesini sağlayan vidalama sistemi bulunmalıdır.
5. İğne ucunda enjeksiyon sırasında acı hissi oluşmasını engelleyen silikon kaplama bulunmalıdır.
6. Lateks içermemelidir.
7. CE belgesine sahip olmalıdır.
8. Raf ömrü 60 ay (5 yıl) olmalıdır.
9. Kalem iğnesinin içte bulunan kapağı görme sorunu olan hastaların dikkatini çekmesi için farklı renkte olmalıdır.
10. 100'lük kutular halinde teslim edilmelidir. Kutu üzerinde barkod bulunmalıdır.
11. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu nedenle 100 adet numune bırakılmalıdır.
12. Şartnameye uygun olmayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
13. İnce duvar teknolojisi ile üretilmiş olmalı bu sayede iğne dış çapı sabit olmasına rağmen, iç çapı genişletilmiş olmalıdır. İğneden insülin akışı kolay ve pistonu uygulanan güç az olmalıdır.
14. Beş kesitli iğne ucu geometrisine sahip olmalı bu sayede cilde kolay girerek travmayı azaltmalıdır.
15. Ambalaj üzerinde üretim ve SKT belirtilmelidir.