



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20196180

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 21/10/2019 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA

İŞLETME MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	LUMBOPERITONEAL SHUNT	3,00	ADET
---	-----------------------	------	------

TEKLİF NO : 20196180
NOT : ÖDEMELER 360 GÜNDÜR .TEKLİFLERDE MARKA, UBB KODU VE TESLİM TARİHİ BELİRTİLMELİDİR.
İLGİLİ KİŞİ : YUSUF GÜLER
TEL : 2324122405
E-MAIL : yusuf.guler@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

Ek: Teknik Şartname (1 syf)

FORM NO: MYS_0072

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

227.0072.000	LUMBOPERITONEAL SHUNT	ADET	3
--------------	-----------------------	------	---

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(8254) LUMBOPERITONEAL SHUNT

Açıklama : LUMBOPERITONEAL SHUNT

1. 84 cm Lumboperitoneal katater iç çapı 7mm dış çapı 1,5 mm olmalıdır.
2. Lumboperitoneal katater silikondan yapılmış ve baryum kaplı olmalıdır.
3. Mesafe ayarlaması için her 5 cm' de bir toplam 3 adet işaret olmalıdır.
4. Katater bağlantı parçası olmalıdır.
5. Sabitleme parçası olmalıdır.
6. 20 Gauge kör iğnesi olmalıdır.
7. 14 Gauge 9 cm (3½") huber uçlu Tuohy iğnesi olmalıdır.
8. Ürün etilen oksit ile steril edilmiş olmalıdır.