



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20196183

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 23/10/2019 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA

İŞLETME MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	OFTALMASKOP	10,00	ADET
---	-------------	-------	------

TEKLİF NO : 20196183
NOT : ÖDEMELER 180 GÜNDÜR TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR
İLGİLİ KİŞİ : İLKER NAZLI
TEL :
E-MAIL : ilker.nazli@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

* TEKLİFLE BİRLİKTE TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI VERİLECEKTİR.TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMeye ALINMAYACAKTIR.

* TEKLİFLE BİRLİKTE MARKA, MODEL VE UBB KODLARININ DA VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

442.0207.000	OFTALMASKOP	ADET	10
--------------	-------------	------	----

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(8964) OFTALMASKOP

Açıklama : OFTALMASKOP

1. Oftalmoskop başlığı impact resistant ve korozyon engelleyici özellikte plastik enjeksiyon yöntemi ile tek parça olarak üretilmiş olmalıdır.
2. 3.5 Volt Xenon lambaya sahip olmalıdır.
3. Handle 2 (iki) adet "C" tip Orta boy 1.5 V AA Alkalin pil ile çalışmalıdır. Piller ile teslim edilmelidir.
4. Oftalmoskop cihazının lens ayar aralığı +40 ve -25 ($\pm$ 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.12.15.20.25.40) olmalıdır.
5. Ayarlanan dioptri değerleri ayrı ayrı renkler ile gösterilebilmelidir.
6. Eşeli en az 6 (altı) ayrı görünüm vermelidir. Mikro daire, Orta daire, Büyük daire, Fixation, Slit ve red-free filtre yeşil ışık ile izlenebilmelidir.
7. Başlık elçeğe bayonet-klik sistemde takılmalıdır. Sıkmak için herhangi bir vida gerektirmemelidir.
8. Ampul hiçbir alete gerek kalmadan değiştirilebilmelidir.
9. Fiberoptik aydınlatma sağlamalıdır.
10. Gözlük kullanan kullanıcılar için üzerinde yumuşak orbital destek bulunmalıdır.
11. Oftalmoskop cihazının ışık modu cihazın baş kısmında bulunmalı ve istenen ışık modu döner tip mekanizma ile sağa-sola çevrilerek yapılabilmelidir.
12. Oftalmoskop cihaz handle paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. El kaydırmayan tırtıklı yüzeye sahip olmalıdır.
13. Oftalmoskop cihazının da net görüntü elde etmek için dioptri tekeri olmalı, yukarı-aşağı çevirmeler ile net görüntü sağlanmalıdır.
14. Oftalmoskop cihazının ışığı en az 18.5 lümen ve 5 farklı ışık moduna sahip olmalıdır.
15. Oftalmoskop cihazının kullanımı portatif taşınabilir şekilde olmalı ve ışık sistemi tek elle açılıp kapanabilir yapıda olmalıdır.
16. Oftalmoskop cihazının açip-kapama düğmesi ve/veya döner buton cihazın sap kısmında bulunmalıdır.
17. Oftalmoskop başlığı üzerinde CE işareti olmalıdır.
18. Oftalmoskop cihazı sert plastik koruyucu kutu içinde bulunmalıdır.
19. Oftalmoskop cihazının UBB kaydı bulunmalıdır.
20. Teklif verecek firmanın TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi bulunmalıdır.
21. Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasardan satıcı firma sorumludur.
22. Ürünler, hiç kullanılmamış olduğunu belirtir özel işaretli orijinal ambalajında teslim edilecektir.

23. Ürünler, en az 2 (iki) yıl garantili olacaktır. Bu süre içinde Ürünün çarpma, vurma gibi dış yapıya yapılan fiziksel darbelerle kırılmalara, ezilmelere neden olan, tutanakla tespit edilmiş kullanıcı hataları dışındaki arızalarının onarımında, yedek parça ve bakım onarımdan firma ücret talep etmeyecektir.

A.T