



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20196218

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 23/10/2019 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA

İŞLETME MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	DREN LATEKS (TURNİKE)İNCE(50 CM'LİK)	400,00	ADET
---	--------------------------------------	--------	------

TEKLİF NO : 20196218
NOT : ODEME 180GÜN
İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK
TEL : 4122410
E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

304.0016.000	DREN LATEKS (TURNİKE)İNCE(50 CM'LİK)	ADET	400
--------------	--------------------------------------	------	-----

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(3624) DREN LATEKS (TURNİKE)İNCE(50 CM'LİK)

Açıklama : DREN LATEKS (TURNİKE)İNCE(50 CM'LİK)

1. Kauçuktan imal edilmiş ürün elastik olmalıdır.
2. Uzantısı boyunca hava kabarcığı,pürüz,kıvrılma ve kırılma,yapışma olmamalıdır.
3. Orta sertlikte et kalınlığı her yerinde aynı olmalıdır.
4. İç ve dış çapları 2.5 - 5 mm ölçütünde olmalıdır.
5. Her biri 50 cm'lik kesilmiş 100'lük paketler halinde olmalı ve ürün barkodu bulunmalıdır.
6. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir.Bu nedenle 10 adet numune bırakılmalıdır.
7. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.