



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

02/10/2019 00:00:00

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20195754

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 07/10/2019 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA
NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA
İŞLETME MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	EVAKATOR (UROLOJİ)	6,00	ADET
---	--------------------	------	------

TEKLİF NO : 20195754
NOT : ODEME 180GÜN
İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK
TEL : 4122410
E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

1/2



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

18/06/2019 11:50:59

TEKNİK ŞARTNAME

6857 ELLİK (EVAKLATÖR) ŞARTNAMESİ

1. TÜM TUR OPERASYONLARIMIZDA KULLANILAN STORZ MARKA 24 VE 26 FR. ÇAPLI ŞAFTLARA UYUMLU OLMALIDIR.
2. ANA HAZNESİ CAM OLMALIDIR.
3. HAZNEYLE ŞAFTA ARASINDA BAĞLANTI SAĞLAYAN PARÇA SİLİKONDAN OLUP HAREKET İMKANI TANIMALIDIR.
4. PLASTİK YAPISINDAKİ BALONU ÇIKABİLİR OLMALIDIR.
5. MESANE İÇİNDE YIKAMAYLA ALINAN PARÇALAR HAZNE İÇİNDE AYRI BİR BÖLÜMDE TOPLANMALI VE YENİDEN İÇERİ GİRİP ÇIKMAMALIDIR.
6. TOPLANAN PARÇALAR İLE ARA BAĞLANTI BİRBİRİNDEN AYRILABİLMELİ VE PATOLOJİK İNCELEMeye GÖNDERMEK İÇİN UYGUN VE KAPAKLI OLMALIDIR.
7. İÇ HAZNE BÜYÜKLÜĞÜ YAKLAŞIK 150-300 CC SIVI ALABİLECEK KAPASİTEDE OLMAMALIDIR.
8. ÜRÜNÜN UBB KAYDI OLMALIDIR.
9. ÜRÜN TESLİM EDİLMEDEN ÖNCE AMELİYATHANE DE UYGUNLUĞU DENENECEKTİR.

Nihal SİRKECİ
Ameliyathane
Sorumlu Hemşiresi

W. Cok

Am. Hemşiresi
Gülser Atalay
[Signature]