



Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20196398

30/10/2019 00:00:00

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN

06/11/2019 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDAKİ
NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA

İŞLETME MÜDÜRÜ V

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	AYAKLI BUYUTECLİ LAMBA (AYAKLI LOUPE(LOOP)-ISIKLI BUYUTEC)	3,00	ADET
---	--	------	------

Teklif No : 20196398
Not : ÖDEMELER 180 GÜNDÜR TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR
İLGİLİ KİŞİ : İLKER NAZLI
TEL :
E-MAIL : ilker.nazli@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

22/10/2019 11:29:49

TEKNİK ŞARTNAME

8973 LOOP CİHAZI

1. Minimum 22 watt'lık floresanlı lambası olacaktır.
2. 10*10 Büyüteçli olacaktır.Metal gövdesi olmalıdır.
3. Ayarlanabilir akrobat özelliğine sahip olmalıdır.
4. Seyyar olması için tekerlekli metal ayaklığına monte edilmiş olarak teslim edilmelidir.
5. İlgili bölümün ve klinik mühendisliğin kullanım açısından onaylayacağı cihazın alımı yapılacaktır.
6. Cihazın minimum 2 yıl garantisi olmalıdır.

M.Cihat DURGAY
Yüksek Elektrik Elektronik Müh.

Prof. Dr. Emel FETİL
Dokuz Eylül Univ. Tıp Fakültesi
Dermatoloji Anabilim Dalı
Dip. No: 433