



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20196509

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 08/11/2019 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA

İŞLETME MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	TIRNAK FIRCASI(AMELİYATHANE)	250,00	ADET
2	OLC.PIPET 5ML MAVİ (TEK TEK STERİL)	200,00	ADET
3	EPHENDORF TUP PLASTİK 1.5 ML	5.000,00	ADET
4	EPPENDORF TUPU KAPAKLI 1.5ML (PCR)	4.000,00	ADET
5	ANGIO TUPU KORUMA SETİ (KORONER ANGIO)	800,00	ADET
6	INTENSIFIER BASLIĞI(CAP:65 CM,RADYOLOJİ ANGİO)	1.300,00	ADET
7	IDRAR KABI STERİL (STERİL BALGAM KABI)	10.000,00	ADET
8	SURAHİ MIKA (IDRAR TOPLAMA SURAHİSİ)	300,00	ADET
9	KAPAKLI UC GOZLU KOPUK TABAK(23A)	35.000,00	ADET
10	SEFFAF KİLİTLİ POSET (16X13 CM)	90.000,00	ADET

TEKLİF NO : 20196509
NOT : ODEME 180GÜN
İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK
TEL : 4122410
E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20196509

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 08/11/2019 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA

İŞLETME MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

11	ANNE-BEBEK KOL BANDI (PEMBE-KIZ)(CİFT)	300,00	ADET
----	--	--------	------

TEKLİF NO : 20196509
NOT : ODEME 180GÜN
İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK
TEL : 4122410
E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

304.0020.000	TIRNAK FIRCASI(AMELİYATHANE)	ADET	250
293.0046.000	OLC.PIPET 5ML MAVİ (TEK TEK STERİL)	ADET	200
293.0060.000	EPHENDORF TUP PLASTİK 1.5 ML	ADET	5000
293.0062.000	EPPENDORF TUPU KAPAKLI 1.5ML (PCR)	ADET	4000
295.0001.000	ANGIO TUPU KORUMA SETİ (KORONER ANGIO)	ADET	800
295.0009.000	INTENSIFIER BASLIĞI(CAP:65 CM,RADYOLOJİ ANGİO)	ADET	1300
306.0016.000	IDRAR KABI STERİL (STERİL BALGAM KABI)	ADET	10000
306.0018.000	SURAHİ MIKA (IDRAR TOPLAMA SURAHİSİ)	ADET	300
305.0011.000	KAPAKLI UC GOZLU KOPUK TABAK(23A)	ADET	35000
298.0246.000	SEFFAF KİLİTLİ POSET (16X13 CM)	ADET	90000
298.0265.000	ANNE-BEBEK KOL BANDI (PEMBE-KIZ)(CİFT)	ADET	300

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(5435) KAPAKLI UC GOZLU KOPUK TABAK(23A)

Açıklama : KAPAKLI UC GOZLU KOPUK TABAK(23A)

1. 240*200*70 mm boyutlarında olmalıdır.
2. 3 bölmeli olmalıdır.
3. Kar beyaz renginde olmalıdır.
4. Üzerinde herhangi bir şekilde leke, renk bozulması vs olmamalıdır.
5. Bölme boyutları: 220*90 mm 1 adet ve 100*80 2 adet olmalıdır.
6. Bölmeler üstten alta doğru konik şekilde yapılandırılmalıdır.
7. Üst kapak alt tabak ile beraber üretilmiş olmalı, katlanarak kapatılmalıdır.
8. Minimum ağırlığı 13,5 gr olmalıdır.
9. Kapak kapatıldıktan sonra tekrar açılmaması için kilitlenebilir olmalıdır.
10. Üretim, paketleme ve taşıma aşamaları hijyenik olmalıdır.
11. İçerisine toz, hava vs almayacak şekilde plastik torba içinde 100 lük paketler halinde teslim edilmelidir.
12. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı izni ile üretilmiş olacaktır. Üretim izni teslim anında belgelenecektir.
13. Ürün ambalajı üzerine ürünün nerde üretildiği, üretim tarihi, adres ve irtibat bilgileri, tescilli markası olacaktır.
14. Kolay katlanabilmesi için katlanma yeri işaretlenmiş ve yayıflatılmış olmalıdır.

15. En az 50 kez tam açılıp kapanma sonrası kat yerinde çatlama, ayrılma olmamalıdır.
16. Tüm yüzeyler pürüzsüz ve düz olmalıdır. Herhangi bir kabarıklık, üretim hatası içermemelidir.
17. Tabak kenarları kesim yerlerinde(uç noktalarında) çapak olmamalıdır.
18. Tabağın dayanımı arttırmak amacıyla tabak ve kapağın kenarlarında kıvrım yapılmış olmalıdır.
19. Alt tabaktaki kıvrım üst kapağın gireceği şekilde ve en az 5 mm yüksekliğinde olmalıdır.

(4571) EPPENDORF TUPU KAPAKLI 1.5ML (PCR)

Açıklama : EPPENDORF TUPU KAPAKLI 1.5ML (PCR)

1. Tüpler ultra şeffaf, saf polipropilenden yapılmış olmalıdır.
2. Tüpler 121 °C de 20 dakika otoklavlanabilmelidir.
3. Tüpler DNAaz, RNAaz serbest olmalıdır.
4. Kapakları tam sızdırmaz olmalı, kolay kavranabilmeli, kolaylıkla kapanabilmeli ve kapak üstleri düz ve konik tabanlı olmalıdır.
5. Tüpler 25.000g satrfe dayanıklı olmalıdır.
6. Tüplerin gövdelerinde etiket için yazım alanı bulunmalıdır
7. Tüpler -90 °C ile +121 °C arasında kullanılabilmelidir.
8. Ürün ambalajlı (kutu/poşet) olmalı, ambalaj içindeki ürün adeti üzerinde belirtilmelidir.
9. Ürün ambalajı üzerinde barkot basılmış olmalıdır.
10. Üretici firma laboratuvarında denenmek ve şahit numuneolarak saklamak için 20 adet numune temin etmelidir.
11. Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuvarından uygunluk alınmalıdır.

(3677) OLC.PIPET 5ML MAVİ (TEK TEK STERİL)

Açıklama : OLC.PIPET 5ML MAVİ (TEK TEK STERİL)

1. Pipetler polistiren malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
2. 5 ml'lik plastik ve disposable serolojik pipetler kültür ve klinik araştırmalar için uygun olmalıdır.
3. Gamma iradyasyonla sterilize edilmiş olmalıdır.
4. Pipetler tek tek ayrı ambalajlarda ve steril olmalıdır.Özel olarak kağıt/plastik thermoform şekilde paketlenmiş olmalıdır.Bu thermoform paketler 50 adet olarak bir ambalajda bulunmalıdır.
5. Pipetlerin hassasiyeti 1/10 olmalıdır.
6. Pipetlerin kapasite fazlası 2.5 ml olmalıdır.
7. Ekstra kapasite için negatif gradyentler olmalıdır.

8. Özellikle ölçekli grantyenler koru,okunması kolay bir şekilde olmalıdır.
9. Nonpirojenik olmalıdır.
10. Pipetler aşırı dolumu engellemek için pamuk tıkaçlı olmalıdır.
11. İştirak edecek firmalar ihale öncesi numunelerini getirip uygunluk belgesi alacaklardır.

(3801) ANGIO TUPU KORUMA SETİ (KORONER ANGIO)

Açıklama : ANGIO TUPU KORUMA SETİ (KORONER ANGIO)

1. Set 2 parçadan oluşacaktır.
2. Birinci parça koroner anjiyografinin görüntü kuvvetlendiricisi üzerini kaplayacak şekilde yaklaşık 35x50 cm ebatlarında silindirik olmalıdır.
3. İkinci parça,mobil kurşun cam korumayı örtecek şekilde yaklaşık 65x80 cm ebatlarında dikdörtgen şeklinde olmalıdır.
4. Koruma seti parçalarının her biri ağız büzgülü lastikli olmalı ve takıldığında bulunduğu yere sıkıca tutunmalıdır.
5. Örtülerden numune istenilecek ve uygunluğu kontrol edilecektir.
6. Ürün ambalajında ve ambalajı barkotlu olacaktır.

(4536) IDRAR KABI STERİL (STERİL BALGAM KABI)

Açıklama : IDRAR KABI STERİL (STERİL BALGAM KABI)

1. İdrar/balgam kabı yaklaşık 100 ml hacminde bardak ya da beher şeklinde olmalıdır.
2. Plastik, burgulu kapaklı, sızdırmaz özellikte ve şeffaf olmalıdır.
3. Sızdırmazlık özelliğine sahip çift burgulu olmalıdır.
4. Pnömatik sisteme uygun olmalıdır.
5. Her ambalajın üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi ve lot numarası yazmalıdır.
6. Her bir idrar/balgam kabı ayrı ayrı ambalajlanmış tekli poşetlerde olmalıdır.
7. Ürün ambalajı üzerinde barkod basılmış olmalıdır.
8. Steril olmalı ve steril olduğu belirtilmelidir.
9. Laboratuvar ihtiyacına göre istek olduğunda çekilecektir.
10. Değerlendirme için 10 adet numune verilmelidir.

(5670) SEFFAF KILITLI POSET (16X13 CM)

Açıklama : SEFFAF KILITLI POSET (16X13 CM)

1. LDPE malzemeden üretilmiş olmalıdır.
2. (5X5), (8X10), (16X13), (25X30), (26X36),(21X27),(30X50) boyutlarında değişik ebatları olmalıdır.
3. Şeffaf renkte olmalıdır.
4. Poşet elle tamamen kilitlenebilecek mekanizmaya sahip olmalıdır.
5. Poşet yüzeyleri düz pürüzsüz olmalı, üretim hataları içermemelidir.
6. Kenarlarında, kesim yerlerinde çapak olmamalıdır.
7. Poşetler 1000'lik veya 2000'lik paketler halinde teslim edilmelidir.
8. Paketler barkotlu olmalıdır.
9. En az 10 adet numune bırakılmalıdır.
10. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.

(5476) INTENSIFIER BASLIĞI(CAP:65 CM,RADYOLOJİ ANGIO)

Açıklama : INTENSIFIER BASLIĞI(CAP:65 CM,RADYOLOJİ ANGIO)

1. Ürün anjiyografi görüntüleme cihazının intersifier bölümünün steril olarak kullanılmasına olanak vermek amacıyla kullanılacaktır.
2. Ürün torba biçiminde olacak ve en az 65 cm çapındaki üniteyi kavrayacak boyutta olacaktır. Torbanın uzunluğu intensifieri tamamen örtecek şekilde olmalıdır.
3. Ürün steril edilmiş olmalıdır.
4. Şeffaf plastikten yapılmış olacaktır.
5. Ürünün arkada kalan bölümü lastikli olacaktır.
6. Ürün sağlam ve dayanıklı olacaktır.
7. Ürün paketi üzerinde üretim ve son kullanım tarihi bilgileri yer alacaktır.
8. Ürün paketi barkodlu olacaktır.
9. Teklif edilen ürün kliniğimizde denenecek, denenenler arasında uygun olanlar ihale kapsamına alınacaktır.
10. Teklifte birlikte kabul muayenesi ve sonraki uyumsuzluklarda referans olarak kullanılacak bir ürün numunesi de teslim edilecektir.

(184) SURAHİ MIKA (IDRAR TOPLAMA SURAHİSİ)

Açıklama : SURAHİ MIKA (IDRAR TOPLAMA SURAHİSİ)

1. Sert plastikten imal edilmiş olmalıdır.
2. İçindeki idrarı gösterecek şeffaflıkta olmalıdır.
3. 100 cc den başlayıp 2000 cc ye kadar ölçek derecesi bulunmalıdır.

4. Dökülmeyi önleyici koruyucu kapağı bulunmalıdır.
5. Tutmayı kolaylaştırıcı sapı bulunmalıdır.
6. Her biri tek tek ambalajlarda bulunmalıdır.
7. Ambalaj üzerinde barkot bulunmalıdır.
8. Numune olarak bırakılan ürünler hastahanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu nedenle 3 adet numune bırakılmalıdır.
9. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
10. CE Belgesi olmalıdır.

(4572) EPHENDORF TUP PLASTİK 1.5 ML

Açıklama : EPHENDORF TUP PLASTİK 1.5 ML

1. Tüpler ultra şeffaf saf polipropilenden yapılmış olmalıdır.
2. Tüpler 121 °C de 20 dakika otoklavlanabilmelidir.
3. Kapakları tam sızdırmaz olmalı, kolay kavranabilmeli ve kolaylıkla kapanabilmelidir.
4. Kapaklar fırlamayı önlemek için özel dizayn edilmiş olmalıdır.
5. Tüplerin gövdelerinde hacim skalası ve etiket için yazım alanı bulunmalıdır.
6. Tüpler -90 °C ile +121 °C arasında kullanılabilirmelidir.
7. Ürün ambalajlı (kutu/poşet) olmalı, ambalaj içindeki ürün adeti üzerinde belirtilmelidir.
8. Ürün ambalajı üzerinde barkot basılmış olmalıdır.
9. Üretici firma laboratuvarında denenmek ve şahit numune olarak saklamak için 20 adet numune temin etmelidir.

(8121) TIRNAK FIRCASI(AMELIYATHANE)

Açıklama : TIRNAK FIRCASI(AMELIYATHANE)

1. Cerrahi fırça 134 derece buhar sterilizasyonu ile steril edilebilir özellikte olmalıdır.
2. En az 100 kez steril edilebilmelidir.
3. Ameliyathanede kullanılan fırça aparatlarına uygun ölçüde ve yapıda olmalıdır.
4. Fırça aparatlarına en az 20 adet sığabilecek yapıda sırt kısmı kanallı olmalıdır.
5. Fırça kılları dökülmeyecek özellikte olmalıdır.
6. Fırçalanma esnasında tahrişin önlenmesi amacıyla kıl uçları yumuşak ve yuvarlatılmış olmalıdır.
7. Ameliyathaneden uygunluk alınmalıdır



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

05/11/2019 14:12:29