



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

06/11/2019 15:38:42

Teklif No: 20196529

06/11/2019 00:00:00

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN

08/11/2019 TARİHİ, SAAT 15:00 'E/A KADAR TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDAKİ
NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA

İSLETME MÜDÜRÜ V

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	TAHLİYE KOMBİNE (SANDALYE) SEDYE	87,00	ADET
---	----------------------------------	-------	------

Teklif No : 20196529
Not : ÖDEMELER 30 GÜNDÜR TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR.
İLGİLİ KİŞİ : BINAY YEŞİLYAYLA
TEL : 4123945
E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

FORM NO: MYS_0003S

TEKNİK ŞARTNAME

8990 KOMBİNE (SANDALYE) SEDYE

1. KONU: Bu teknik şartname; DEÜTF Hastanesi Başhekimliği'nin ihtiyacı olan "Kombine (Sandalye) Sedye" ile ilgili istenilen teknik özellikler kapsar.
2. TEKNİK ÖZELLİKLER
3. Tekerlekli katlanır sedye; taşıma, kurtarma amaçlı her türlü birimde kullanılabilir. Ürünün döşeme rengi acil servislere kullanılan uyarı özelliği taşıyan renklerden seçileceğinden, firma teklif edeceği ürüne ait renk paletini teklifi ile birlikte verecektir.
4. Sedyede üzerinde; sedyenin seri numarası, imalat tarihi, tipi, üretici firmanın unvan ve/veya adres bilgilerinin yer aldığı ürün etiketi bulunmalıdır.
5. ISO 9001 ve/veya TS EN 1865-1+A1 ve/veya CE Standartlarına uygun olarak, özel alaşımlı sertleştirilmiş alüminyum borulardan ve değişebilir enjeksiyon dökümlerden oluşmalı, elektrostatik toz boya ile boyalı veya eloksallı kaplamalı, birinci sınıf işçilikle imal edilmiş olacaktır.
6. Ürün üzerinde cilt yaralanmalarına neden olabilecek, keskin kenar, çapak, çıkıntı, kaynak veya metal kesme hatası, vb. üretim kusurları bulunmayacaktır. Döşeme dikişlerinde atma, dikiş hatası, sökük, vb. hatalar ile döşeme kenarlarında, dikiş yerlerinde taşıma sırasında yırtılmalara neden olacak kaplama malzemesi yapısal hataları olmamalıdır.
7. Sedyede ayakları minimum 125 mm (+5 mm,-5 mm) çapında 360 derece dönebilen en az 2 adet tekerleklerle donatılmış olmalıdır.
8. Kullanılmadığında kapalı şekilde tutulmalı, 3 adet ayarlanabilen emniyet kemerine, 2 çift kulpa ve en az bir çift tekerleğe sahip olmalıdır.
9. Kulplar; hasta taşımaya yardım etmek üzere iskeletin üst arka ve alt ön bölümlerine paralel olarak katlanmalı veya kaldırılabilir olmalıdır.
10. Oturma ve yaslanma bölümleri, kolay alev almayan, su geçirmeyen, leke tutmayan malzeme ile kaplanmalıdır.
11. Sandalye sedyenin, açılmış olan ayakları ve tekerlekleri, şayet varsa ilgili birimdeki platform üzerindeki montaj yerlerine uyacaktır.
12. Sedyede sandalye pozisyonunda sabitlenebilir olmalıdır.
13. Gerekliğinde düz şekilde pozisyon alınarak, hasta taşınabilmeli.
14. Numuneye göre değerlendirme yapılacaktır. İstekli firmalar teklifleri ile birlikte bir numune bırakmalıdır.
15. Yüklenci firma kabul sırasında, bozuk ve kusurlu ürünleri yenisi ile değiştirecektir.
16. Minimum ölçüler; Sedyede açık pozisyonunda: Açık Uzunluk: 190 cm (+10 cm, -6 cm), Katlanmış uzunluk 110 cm (+5 cm, -10 cm), Yükseklik: 25 cm (+5 cm, -5 cm), Genişlik: 50 cm (+5 cm, -5 cm), Ağırlık: 12 kg (+1 kg, -1 kg), Taşıma kapasitesi minimum 160 kg (+10 kg, -10 kg) olmalıdır.
17. Satıcı ve/veya temsilci firma teknik servis imkânlarını ve alt yapısını belgelemelidir. Satıcı firma TSE'den almış olduğu "Tıbbi cihaz servislerine hizmet yeterlilik belgesini" veya San. ve Tic. Bakanlığı'ndan alınmış "Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi"ni teklifi ile birlikte vermelidir. Servis veya Hizmet Yeterlilik Belgesi olmayan firmaların teklifleri dikkate alınmayacaktır.
18. Teklifler ile birlikte teslim edilen ve kullanıcı birim tarafından uygunluk verilen örnek cihazların iadesi sözleşme sonrası yapılacaktır.
19. Ürün en az 2 (iki) yıl garantili olacaktır. Bu süre içinde Sistemin çarpma, vurma gibi dış yapıya yapılan fiziksel darbelerle kırılmalarına neden olan tutanakla tespit edilmiş kullanıcı hataları dışındaki arızalarının onarımında yedek parça, malzeme ve bakım onarımdan firma ücret talep etmeyecektir. Bu süre cihazların montajlarının bitmesini takiben çalışır olarak teslimi ile başlar.
20. Sedyeler montajı tamamlanmış, tüm malzeme ve aksesuarları ile birlikte çalışır durumda depoya teslim edilecektir.
21. Satıcı firma, sedyenin depoya teslimi sırasında, sedye ile birlikte, varsa kullanım ve bakım el kitaplarını, teknik servis kitaplarını (mekanik montaj-demontaj şemaları, v.b.) varsa özel el aletlerini her sedye için ayrı ayrı Teknik Hizmetler birimine teslim edecektir.
22. Sistemin tüm parçaları kullanılmamış olmalıdır. Aynı zamanda sedye; hiç kullanılmamış olduğunu belirtir özel işaretli orijinal ambalajında teslim edilecektir. Daha önce "demo" amaçlı olarak kullanılmış cihaz teslim edilmeyecektir.