



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20197282

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 10/12/2019 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA

İŞLETME MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	BATIN KOMPRES (40 X 40)	20.000,00 ADET
---	--------------------------	----------------

TEKLİF NO : 20197282
NOT : ODEME 180GÜN
İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK
TEL : 4122410
E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

296.0003.000	BATIN KOMPRES (40 X 40)	ADET	20000
--------------	--------------------------	------	-------

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(3323) BATIN KOMPRES (40 X 40)

Açıklama : BATIN KOMPRES (40 X 40)

1. Pamuk ipliğinden dokunmuş ve emici özelliği olmalıdır.
2. Gaz bezi kasarlanmış, beyaz, temiz ve kokusuz olmalıdır.
3. Gaz bezi üzerinde kir, elyaf artıkları, yağ lekesi yabancı cisimler, dikişli, ek yeri ve parça bulunmamalı, kaçmış ilmik görünmemelidir.
4. Dokunmuş bez üzerinde delik, kesik, yırtık ve benzeri bozukluklar olmamalıdır.
5. Gaz bezinin çözgü teli sayısı cm başına 12 (+/-1 tel), atkı sayısı cm başına 8 (+/- 1 tel) olmalıdır. Ürün toplamda cm2'de 20 (+/- 1) tel olmalıdır.
6. Atkı ve çözgüler arasındaki uzaklık eşit olup, bezin homojen bir görünümü olmalıdır.
7. Apreli olmamalı, herhangi bir boya içermemelidir, kirli görünmemelidir.
8. Birim alan kütlesi en az 27 gr/m2 olmalıdır.
9. Gaz bezi TS 14079 a uygun olmalıdır.
10. Teklif edilen ürün T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır. Belgesi sunulmalıdır.
11. Ölçme gaz bezi yatay ve düzgün bir düzlem üzerinde her iki yönden de buruşuklukları düzeltilip herhangi bir gerginlik oluşturmayacak şekilde yapılmalıdır.
12. 40cmx40cm (+/- 1 cm) ebatlarında ve 8 kat olarak kenarlarından serbest lifler vermeyecek şekilde cerrahi kullanıma uygun olarak katlanmış olmalıdır.
13. Dörtkenarı çift sıra dikiş ile dikilmiş ayrıca, ortasında köşeden köşeye dikilmiş olabilir.
14. Cerrahi katlama şekli istenirse sterilizasyon merkezi sterilizasyon ünitemiz tarafından gösterilebilecektir.
15. Üründeki radyopak iplik en az 20cm uzunluğunda, gazlı beze tel tel örülü ve radyopaklı kat içerde olmalıdır. Radyopak iplik dışarıdan görülmemelidir, içteki katlarda yer almalıdır.
16. Radyopak iplik düşmesine izin vermeyecek şekilde köşeden köşeye ya da kenardan kenara dokunmuş/dikilmiş olmalıdır.
17. Radyopak iplikler toksik etki göstermemeli, toksik etkisi olmadığına dair belge sunulmalıdır.
18. Kullanılan radyopak iplikler monoflaman karakterli, mavi renkte ve buhar sterilizasyonuna dayanıklı olmalı, çekmemeli, parçalanmamalı X ışını ile görülebilmelidir.
19. Buhar sterilizasyonu işlemi sonrasında form bozukluğu görülmemelidir.
20. 25 adetten oluşan batın kompresler nem ve kirlilikten korunacak şekilde, yarıya katlanmış olarak plastik torbalara konularak teslim edilmelidir. Bu paketler taşımaya uygun miktarlarda ve kirlenmeden korunacak şekilde karton kutular ile patlamayacak şekilde ambalajlanmalıdır.
21. Gaz bezi paketleri üzerinde en az aşağıdaki bilgiler okunaklı ve silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.

21.1. Firmanın ticari ünvanı adresi ve/veya tescilli markası,

- 21.2. Hidrofil olduğu,
- 21.3. Anma boyutları ve adedi, atkı çözgü tel sayısı,
- 21.4. Üretim tarihi,
- 21.5. Standardın işaret ve numarası(TS 14079),
- 21.6. Seri ve parti numarası.
- 22. Non-steril olmalıdır.
- 23. Değerlendirme için şartnamenin 21. maddesinde belirtilen özellikleri taşıyan etiketi ile en az 50 adet ürün numune olarak bırakılmalıdır.
- 24. Muayene komisyonun gerek görmesi halinde Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliğine yeterli sayıda numune analiz için gönderilebilecek, analiz üretici/satıcı firmaya ait olacaktır.
- 25. Yüklenici firmanın depoya teslim edeceği ürünler numuneler ile aynı özelliği taşıyor olmalıdır.