



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 2019964

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 15/02/2019 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MERAL IŞIKÇI

İşletme Müdürü

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	NEONATAL EKG ELEKTRODU (3'LU)	2.000,00 ADET
---	-------------------------------	---------------

TEKLİF NO : 2019964

NOT : ODEME 180GÜN

İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK

TEL : 4122410

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

301.0039.000	NEONATAL EKG ELEKTRODU (3'LU)	ADET	2000
--------------	-------------------------------	------	------

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(8573) NEONATAL EKG ELEKTRODU (3'LU)

Açıklama : NEONATAL EKG ELEKTRODU (3'LU)

- KONU: Bu teknik şartname; DEÜTF Hastanesi Başhekimliği'nin Yenidoğan yoğun bakım bölümü ihtiyacı " Yenidoğan EKG Elektrodu (neonatal, kablolu)" için ilgili istenilen teknik özellikleri kapsar.
 - Yenidoğan EKG elektrodu kablolu ürünü set (3 lü lead ve elektrod) olarak teslim edilecektir.
- GENEL ÖZELLİKLER :
 - Elektrod tek kullanımlık uzun dönem görüntüleme için kullanılabilir yapıda ,yenidoğan yoğun bakım ,ameliyathane ve acil servislerde kullanmaya uygun olmalıdır.
 - Elektrodlar "Drager Infinity Kappa " model cihazına ait "neomed " kabloya uyumlu olmalıdır.
 - Elektrod Kablosu EKG derivasyonu gösterebilecek tipte renk kodlu (3 ayrı renkte) olmalıdır.
 - Elektrod kablo uzunluğu en az 60 cm olmalıdır.
 - Elektrod tipi yuvarlak , oval şeklinde olmalıdır.
 - Elektrod çapı 25 mm (+/- 5mm) olmalıdır.
 - Elektrodların ortasındaki kablo bağlantısının yapıldığı yer Ag / AgCl (Gümüş / Gümüş Klorür) olmalı, altında kurumamış jel bulunmalıdır.
 - Elektrodların Yapışkanı hipoalerjenik olmalı,cildi tahriş etmemelidir.
 - Elektrodlar cilde iyi yapışmalıdır.
 - Elektrod yumuşak ve esnek olmalı, vücut kıvrımlarına uyum sağlamalıdır.
 - Elektrod üzerindeki jel, çıkarıldıktan sonra kalıntı bırakmamalı, akışkan olmamalı ve sürece bağlı korozyona uğramamalıdır.
 - Elektrod görüntülü cihazlarda (EMAR ve Radyoloji çekimlerinde) görüntü vermemelidir.Parazite neden olmamalıdır.
 - Elektrod sinyali parazitsiz bir şekilde iletebilmelidir.
 - Elektrotlar hava temasını önleyecek orijinal özel poşetlerde ve üzerinde ürünün markası, son kullanma tarihi ve lot. No. 'su bulunmalıdır
 - Ambalaj üzerinde barkot bulunmalıdır.
 - Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir.Bu nedenle 3'er paket numune bırakılmalıdır.
 - Malzeme teslim edildiğinde en az 2 yıl son kullanma tarihi olmalıdır.
 - CE belgesine sahip olmalıdır.