



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

01/02/2019 09:46:21

Uygulama ve Araştırma Hastanesi
Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 2019651

01/02/2019 00:00:00

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN

05/02/2019 TARİHİ, SAAT 15:00 'E/A KADAR TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDAKİ
NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MERAL IŞIKÇI

İSLETME MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	BASKUL	1,00	ADET
---	--------	------	------

Teklif No : 2019651
Not : TEKLİFLERDE MARKA, ŞARTNAMEYE CEVAP OLMALIDIR. ÖDEMELER 180 GÜNDÜR.
İLGİLİ KİŞİ : BINAY YEŞİLYAYLA
TEL : 4123945
E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

FORM NO: MYS_0003S



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

01/02/2019 09:46:29

TEKLİFLERDE MARKA, ŞARTNAMEYE CEVAP OLMALIDIR. ÖDEMELER 180 GÜNDÜ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

441.0102.000	BASKUL	ADET	1
--------------	--------	------	---

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(8583) BASKUL

Açıklama : KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM POLİKLİNİĞİ (Semiha hemşire bilgisi dahilinde)

1. KONUSU: Bu teknik şartname; DEÜTF Hastanesi Başhekimliği'nin Kadın hastalıkları ve doğum polikliniği bölümü ihtiyacı " Dijital Tartı (Yetişkin)" için ilgili istenilen teknik özellikleri kapsar.
2. TEKNİK ÖZELLİKLER:
 - 2.1Dijital olmalı, aydınlatmalı Lcd ekranı olmalıdır.Gösterge Bel Seviyesinde olmalıdır.
 - 2.2Üzerinde tartım yapmadan önce otomatik sıfırlama ve kapanma özelliği olmalıdır.Aşırı yük uyarısı bulunmalıdır
 - 2.3Ölçüm bittiğinde otomatik olarak cihaz kendini kapatabilmelidir veya ekran ışığı sönerek tasarruf moduna geçmiş olmalıdır.
 - 2.4Dijital Tartı Aleti hem Elektrik hemde Şarj edilebilir Pil veya Akü ile çalışır olmalıdır.Şarj edilebilir Piller veya Akü birlikte verilmelidir.Tartı aleti ile birlikte varsa cihazın orijinal adaptörü verilmelidir.
 - 2.5Ölçüm Kapasitesi 200 Kg (± 10 kg) olmalıdır.Hassasiyet 50gr (± 10 gr) veya 100gr (± 10 gr) olmalıdır.
 - 2.6Dijital tartı Platformu en az 27cm x 28 cm (genişlik x derinlik) ölçülerinde olmalıdır.
 - 2.7Kaymaz ayak basma tablası olmalıdır.
 - 2.8Kg (kilogram) biriminde ölçüm yapabilmelidir.
 - 2.9Terazinin ayakları ayarlanabilir özellikte olmalıdır.
 - 2.10Terazinin ayakları kauçuk lastik ayak olmalı veya zeminde kaymayacak bir malzemeden üretilmiş olmalıdır.
 - 2.11Dijital Tartı aletinin ekranı cihaza monte edilmiş olmalı, kolayca çıkmamalıdır.
4. Cihazın kullanımı, varsa bakımı ile ilgili dokümanların bir nüshasını teslim edecektir.Cihaz periyodik bakım gerektirmiyorsa bunu yazılı olarak sunmalıdır.
4. Cihazlar fabrikasyon ve montaj hatalarına karşı en az 2 (iki) yıl garantili olacak ve bu garanti Üretici ve/veya temsilci firma tarafından verilecektir.
5. Satıcı ve/veya temsilci firma TSE den aldığı sistem servisleri ile ilgili " hizmet yeterlilik belgesini " tarafımıza vermelidir.
6. Yüklenici firma garanti bitiminden sonra en az 8 yıl süre ile ücreti karşılığında yedek parça sağlamayı üretici veya satıcı firma onaylı taahhüt edecektir.
7. Firmalardan bir takım testlerin yapılması istenebilir. Bu testlerin yapılabilmesi için gerekli personel ve düzeneği firmalar sağlayacaktır.
8. Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasardan satıcı firma sorumludur.
9. Firma cihazın kalibrasyonunu garanti süresi boyunca kurumun istediği zaman aralıklarında ücretsiz olarak sertifikalandırmalıdır.Firma bunu yazılı olarak taahhüt etmelidir.
10. Cihazlar ISO, TSE, TSEK, TUV, CE, FDA gibi kalite standardı belgelerinden en az birine sahip olmalı ve bunu belgelendirilmelidir.
11. Belirtilmeyen hususlarda idari şartname hükümleri geçerlidir.
12. Cihazların teknik şartnamede standart olarak belirtilen özelliklerinin kullanılabilmesi için; şartnamede özellikle aksesuar olarak belirtilmemiş olsa dahi, gereken tüm aparatları cihazla birlikte verilmelidir.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

01/02/2019 09:46:29

13. Cihaz veya sisteme ilave olarak, kataloglarda veya dokümanlarda belirtilen standart yedek parça, aksam ve aksesuar, gerek hastaya gerekse kullanıcıya kolaylık sağlayan tüm parçalar cihazı satan firma tarafından verilecektir.

T.C