



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20191152

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 22/02/2019 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MERAL IŞIKÇI

İşletme Müdürü

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	PLAZMAFEREZ SETİ	60,00	ADET
---	------------------	-------	------

TEKLİF NO : 20191152

NOT : ÖDEMELER 540 GÜNDÜR. (ÖDEME 22-Ç KAPSAMINDA YAPILACAKTIR.)

İLGİLİ KİŞİ : EMEL SÜRER

TEL : 4122408

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

248.0001.000	PLAZMAFEREZ SETİ	ADET	60
--------------	------------------	------	----

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(7759) PLAZMAFEREZ SETİ

Açıklama : PLAZMAFEREZ SETİ

1. Cihaz sürekli akım prensibi ile çalışmalıdır.
2. ACD'ye bağlı reaksiyonların görülmemesi için tüm işlem boyunca ACD oranı >12:1 olmalı, bu oran gerektiğinde dijital gösterge kullanılarak manuel olarak değiştirilebilmeli veya kullanılan replasman sıvısı ve hasta değerlerine uygun ACD-A oranı cihaz tarafından otomatik ayarlanabilmelidir.
3. Pediatrik olgularda kullanılabilmesi özellikle çift kol kullanımında eklsrakorporal volüm düşük (<300 ml) olmalıdır.