



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20191251

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 28/02/2019 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MERAL IŞIKÇI

İşletme Müdürü

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	PTCA BALON KATETER 1.5 MM	25,00	ADET
2	KORONER KALP KATETERİ DIAGNOSTİK 6F JL 5 CM	30,00	ADET
3	KORONER KALP KATETERİ DIAGNOSTİK 6F MP A2	40,00	ADET
4	İTİLEBİLİR TUYLU COIL 0.018 INC	10,00	ADET
5	MIKRO KATETER 2.7 F 130 CM PERİFERİK-ORGULU	35,00	ADET

TEKLİF NO : 20191251

NOT : ÖDEMELER 360 GÜNDÜR. (22/Ç KAPSAMINDA)

İLGİLİ KİŞİ : YUSUF GÜLER

TEL : 2324122405

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

194.0001.000	PTCA BALON KATETER 1.5 MM	ADET	25
218.0081.000	KORONER KALP KATETERİ DIAGNOSTİK 6F JL 5 CM	ADET	30
218.0097.000	KORONER KALP KATETERİ DIAGNOSTİK 6F MP A2	ADET	40
247.0034.000	İTİLEBİLİR TUYLU COIL 0.018 INC	ADET	10
194.0050.000	MIKRO KATETER 2.7 F 130 CM PERİFERİK-ORGULU	ADET	35

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(5153) PTCA BALON KATETER 1.5 MM

Açıklama : PTCA BALON KATETER 1.5 MM

1. Balon kateter monorail tipte olmalı ve yeterince ince şaftlı olmalıdır. (6F guiding katater içinden geçebilmelidir).
2. Guide wire lümeni 0.014 guide wire kabul edebilmelidir.
3. Maksimum itme gücü elde edilebilmesi için gövde destekleyici olmalı ve guide wire lümeni ile birleşme noktasında zayıf olamamalıdır.
4. Balon en az 10-15 atm olmak üzere yüksek basınca dayanabilmeli.
5. Kateterin distal ucu kısa ve yuvarlanmış şekilde olmalıdır.
6. Balon şişip indikten sonra "winging" yapmamalı ve eski haline en yakın şekli almalıdır.
7. Kateter uzunluğu en az 135 cm olmalıdır.
8. En az bir markerlı (orta), uzun balonlar iki markerlı olmalıdır.
9. Balonun şişme ve inme zamanı kısa olmalıdır.
10. Steril pakette ve sterilizasyon tarihi uygun olmalıdır.
11. Firma balon çap ve uzunluklarının klinikteki ihtiyaca bağlı olarak değiştirilmesini taahhüt edecektir.
12. Numunelerin deneme amaçlı kullanımından elde edilen tecrübeler tercihi etkileyecektir.
13. Balonlar 1.5 ila 4.0 mm aralığında değişik çaplarda olmalıdır.
14. CE(Avrupa Stantardı "Comunita Europea") belgeli olmalıdır.
15. İhaleye katılan firmalar numune en az 1 örnek, daha önceden kullanılmamış ise en az 3 örnek getirecek ve Kardiyoloji Anabilim Dalında bu numuneler olgularda denendikten sonra uygun olup olmayacağına karar verilecektir.
16. Firma miadı dolmasına 3 ay kala ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
17. Giriş profili 0,017 inç veya altında olmalıdır.

(4876) KORONER KALP KATETERİ DIAGNOSTİK 6F JL 5 CM

Açıklama : KORONER KALP KATETERİ DIAGNOSTİK 6F JL 5 CM

1. Kateter 5F, 6F, 7F olmalıdır.
2. Geniş lümenli olmalıdır.
3. Ucu travma yapmayacak şekilde yumuşak olmalıdır.
4. Uzayan olgularda ısınma nedeniyle şeklini muhafaza edebilmelidir, şekli bozulmamalıdır.
5. İyi pushabilite ve torkabilite sağlamalıdır.
6. 1200 PSI basınca dayanıklı olmalıdır.
7. Tortuöz damarlarda kırılmamalıdır.
8. Tüm uç uzunluk ölçülerinde; Williams-Sol Koroner Bypass-Sağ Koroner Bypass-Ventüküler Pigtail-judkins R-L, Amplast R-L, Multipurpose -Brachial seçenekleri olmalıdır. Pigtail kataterinin 145 derece açılı versiyonu bulunmalıdır. Açılı katater uzunluğu 110 cm olmalıdır.
9. İhaleye katılan Firmalar numune en az 3 örnek getirecek ve Kardiyoloji AD da bu numuneler olgularda denendikten sonra uygun olup olmayacağına karar verilecektir.
10. Diagnostik katater teker, teker ambalajlanmış steril paketlerde olmalı ve paketler üzerinde uluslararası standartlara uygun Diagnostik katater ölçüleri, kod numarası, lot numarası ve son kullanma tarihi belirtilecektir
11. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miatlı olmalıdır.
12. Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi kabul etmelidir.
13. T.C İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıtlı ve T.C Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır.

(4876) KORONER KALP KATETERİ DIAGNOSTİK 6F MP A2

Açıklama : KORONER KALP KATETERİ DIAGNOSTİK 6F MP A2

1. Kateter 5F, 6F, 7F olmalıdır.
2. Geniş lümenli olmalıdır.
3. Ucu travma yapmayacak şekilde yumuşak olmalıdır.
4. Uzayan olgularda ısınma nedeniyle şeklini muhafaza edebilmelidir, şekli bozulmamalıdır.
5. İyi pushabilite ve torkabilite sağlamalıdır.
6. 1200 PSI basınca dayanıklı olmalıdır.
7. Tortuöz damarlarda kırılmamalıdır.
8. Tüm uç uzunluk ölçülerinde; Williams-Sol Koroner Bypass-Sağ Koroner Bypass-Ventüküler Pigtail-judkins R-L, Amplast R-L, Multipurpose -Brachial seçenekleri olmalıdır. Pigtail kataterinin 145 derece açılı versiyonu bulunmalıdır. Açılı katater uzunluğu 110 cm olmalıdır.
9. İhaleye katılan Firmalar numune en az 3 örnek getirecek ve Kardiyoloji AD da bu numuneler olgularda denendikten sonra uygun olup olmayacağına karar verilecektir.
10. Diagnostik katater teker, teker ambalajlanmış steril paketlerde olmalı ve paketler üzerinde uluslararası standartlara uygun Diagnostik katater ölçüleri, kod numarası, lot numarası ve son kullanma tarihi belirtilecektir
11. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miatlı olmalıdır.
12. Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi kabul etmelidir.

13. T.C İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıtlı ve T.C Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır.

(4740) MIKRO KATETER 2.7 F 130 CM PERİFERİK-ORGULU

Açıklama : MIKRO KATETER 2.7 F 130 CM PERİFERİK-ORGULU

1. Mikro kateter, intravasküler uygulama için uygun bir sistem olmalıdır.
2. Mikro kateter en fazla 3 tabakalı bir yapıda olmalıdır. En içte PTFE, ortada Tungsten spiral coil, dışta poliüretan / polietilen kaplama yada fiber platinum örgülü Vortec Plus dizaynına sahip olmalıdır.
3. Mikro kateterin en dışı hidrofilik kaplamalı olmalıdır.
4. 2.4F ve 2.7F mikro kateterin maksimum basıncı 750 psi, 2.8F mikro kateterin maksimum basıncı 1000 (+/-200) psi olmalıdır.
5. Mikro kateterin dış çapı distalde 2.4 F proksimalde 2.9 F, distalde 2.7 F mikro kateterin proksimalde 2.9 F ve/ ya distalde 2.8 F mikro kateterin proksimalde 3 F olmalıdır.
6. Mikro kateterin kullanım uzunluğu 2.4 F için 110 cm, 130 cm veya 150 cm, 2.7 F mikro kateter için 110 cm, 130 cm ve/veya 2.8 F mikro kateter içinde 130 (+/-5) cm olmalıdır.
7. Mikro kateterin iç lümeni 2,4 F için 0,018" guidewire ve 2,7 F ve 2.8 F için de 0,021" guidewire a uygun olmalıdır.
8. 2,7 F mikro kateterin guidewire kateterle birlikte set halinde olmalıdır
9. Mikro kateter floroskopi altında görülebilir olmalıdır.
10. Mikro kateterin uç kısmı yumuşak olmalıdır.
11. Mikro kateter teker teker ambalajlanmış steril paketlerde olmalı ve paket üzerinde uluslar arası standartlara uygun ölçüleri, kod numarası, lot numarası ve son kullanma tarihi belirtilmelidir.

(4671) İTİLEBİLİR TUYLU COIL 0.018 INC

Açıklama : İTİLEBİLİR TUYLU COIL 0.018 INC

1. Üzerleri sentetik elyaftan (fibred) yapılmış tüylerle kaplıdır. Bu tüyler embolize edilmek istenen yerin süratli trombozonu sağlar.
2. Bu coiller paketlerinde introducera yüklü şekilde çıkarlar ve itme teli sayesinde mikro katetere yüklenirler.
3. Coiller yumuşak platinium materyalden üretilmiş olmalıdır.
4. Coil 1.5 tesla nmr uyumlu, nonmagnetik sentetik fiberli, trombejenik olma özelliği yüksek olmalıdır.
5. Görünürlüğü yüksek olmalıdır.
6. Arterial ve venöz embolizasyon için uygun olmalıdır.
7. Coiller düz,açılı ve çoklu sarım şekillerine sahip olmalıdır.
8. Coiller 0.018" kalınlıkta, uzunlukları: 2-6cm arasında en az 3 seçenek,embolus çapları: 2-10 mm arasında en az 4 seçeneğe sahip olmalıdır.
9. Coiller, guide wire ların uçları ile veya özel iticisi ile itilerek yerleştirilebilmelidir.
10. Coiller, disposable ve kullanıma hazır steril ambalajında sunulmalıdır.

11. Firma miadı dolmasına üç ay kalan malzemeleri yenisiyle değiştirmeyi taahhüt etmeli ve teslim edilen malzemelerin birbirleriyle değişimini taahhüt etmelidir.