



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20191252

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 28/02/2019 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MERAL IŞIKÇI

İşletme Müdürü

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	KEMİK ILIGI ASPIRASYON İGNE Sİ MADREN Lİ	350,00	ADET
2	SPİNAL İGNE NO:25	400,00	ADET

TEKLİF NO : 20191252

NOT : ÖDEMELER 360 GÜNDÜR.

İLGİLİ KİŞİ : YUSUF GÜLER

TEL : 2324122405

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

196.0003.000	KEMİK ILIGI ASPIRASYON İGNESİ MADRENLİ	ADET	350
229.0005.000	SPINAL İGNE NO:25	ADET	400

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(5308) KEMİK ILIGI ASPIRASYON İGNESİ MADRENLİ

Açıklama : KEMİK ILIGI ASPIRASYON İGNESİ MADRENLİ

- İğne kemik iliği aspirasyonu için özel dizayn edilmiş olmalıdır.
- İğnenin bütün parçaları hasta kadar doktorunda güvenli bir şekilde biyopsi almasını sağlayacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.
- Güvenli kavrama için ergonomik saplı olmalıdır.
- Hızlı kilit mekanizmalı madreni olmalıdır.
- Güvenli ve yeterli miktarda numune alınmasını sağlayan yüksek performanslı çelikten mamul ultra ince kanülü olmalıdır.
- Penetrasyon derinliğini sabitleyen kilit mekanizması, dereceli skala, luer lock Konnektörü olmalıdır.
- 14G,15G,16G,18G ve 40mm boyları olmalıdır.
- Teklif edilen ürüne ait ayrıntılı teknik bilgilerini içeren orijinal katalog ve/veya fotoğrafları numune ile birlikte verilmelidir.
- Ürün T.C.Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (UBB) ve sosyal güvenlik kurumu medula sistemine kayıtlı olmalıdır.

(3531) SPINAL İGNE NO:25

Açıklama : SPINAL İGNE NO:25

- İğne ucu Quincke tip bileme olmalıdır.
- Ponksiyon kontrolü için şeffaf hup bağlantısı olmalıdır.
- Şeffaf hup, luer lock ve slip lock enjektöre uyumlu olmalıdır.
- Renk kodlu mandrenli olmalıdır. Mandreni iğne gövdesine iyi oturmalıdır.
- İğne uzunluğu en az 90 mm olmalıdır. Her boy için talep edilen malzemenin 1/10'u 110-120 mm olacaktır.
- Steril tekli paketlerde olmalı, ambalaj tipi blister veya kulaklı poşet olmalıdır.
- Ambalaj üzerinde imal, sterilizasyon, son kullanma tarihleri, seri numarası, CE işaretlenmesi, firma ismi kolay okunabilecek şekilde BASKILI olmalıdır.
- Ürün steril olup, son kullanma tarihi itibari ile en az 3 yıl olmalıdır.
- Bu teknik şartname muhteviyatındaki ürün, ISO 9626 ve ISO 15811 standartlarına ve 93/42 EEC Medikal cihazlar direktifine uygun olmalıdır.
- İğneler istenen gauge ölçülerinde olmalıdır.

11. 26-27 gauge ölçülerinde olanlarda klavuz iğne olmalıdır.