



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20191254

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 28/02/2019 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MERAL IŞIKÇI

İşletme Müdürü

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	BASINC SETİ TRANSDUCERLİ (CİFTLİ)	350,00	ADET
2	DISPOSABLE TEK BASINCLİ TANSİYON MANSONU NO 3	75,00	ADET
3	ENTUBASYON TUPU STİLETİ MEDIUM (5.0-8.0)	300,00	ADET
4	ENTUBASYON TUPU STİLETİ SMALL (2.5-4.5)	200,00	ADET
5	DISPOSABLE MASKELİ ERİSKİN SİDESTREAM SET	4.500,00	ADET
6	NAZOGASTRIK SONDA NO:12	200,00	ADET

TEKLİF NO : 20191254

NOT : ÖDEMELER 180 GÜNDÜR.

İLGİLİ KİŞİ : YUSUF GÜLER

TEL : 2324122405

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

195.0001.000	BASINC SETİ TRANSDUCERLİ (CİFTLİ)	ADET	350
210.0015.000	DISPOSABLE TEK BASINCLİ TANSİYON MANSONU NO 3	ADET	75
207.0025.000	ENTUBASYON TUPU STİLETİ MEDIUM (5.0-8.0)	ADET	300
207.0026.000	ENTUBASYON TUPU STİLETİ SMALL (2.5-4.5)	ADET	200
226.0009.000	DISPOSABLE MASKELİ ERİSKİN SİDESTREAM SET	ADET	4500
232.0030.000	NAZOGASTRİK SONDA NO:12	ADET	200

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(4947) DISPOSABLE TEK BASINCLİ TANSİYON MANSONU NO 3

Açıklama : DISPOSABLE TEK BASINCLİ TANSİYON MANSONU NO 3

1. Manşon hastanemiz bünyesinde kullanılan monitör cihazlarına uyumlu olmalıdır. Yenidoğan uyumlu tip olmalıdır. (1-2-3 numara manşon verilmelidir.)
2. Manşon monitöre ait ara bağlantısı kablosuna uyumlu olmalıdır.
3. Manşon monitördeki venous stasis sistemine uygun olmalıdır.
4. Paket üzerinde firmanın adı ve parça numarası belirtilmiş olmalıdır.
5. Tüm parçalar tek bir firma ürün olmalıdır. toplama parçalardan oluşmamalıdır Numune onayı alınmalıdır.
6. Manşon onlu orjinal paketlerde sunulmalıdır.
7. Manşon monitör NIBP kanalı kalibrasyon testlerinden geçebilmelidir.
8. Firmalar satmış oldukları ürün için yetki belgesi sunmalıdır. CE belgesi eklenmelidir.
9. Teklif veren firmaların ISO sertifikası olmalıdır.
10. Manşon tek giriş hortumlu olmalıdır.

(3528) BASINC SETİ TRANSDUCERLİ (CİFTLİ)

Açıklama : BASINC SETİ TRANSDUCERLİ (CİFTLİ)

1. Set içinde: transducer yıkama parçası, sıfırlamaya yarayan üçlü musluk, kan örneği alıcısı, üçlü musluk ve basınç line bulunmalıdır.
2. Set, hastaya bağlandığında devamlı olarak 3 ml/ saat hızla yıkama yapabilmelidir.
3. Bağlanacak olan disposable transducerlerden biri ile bağımlı yıkama ünitesi arasında non shutting üçlü musluk bulunmalıdır.
4. Set hastaya bağlı iken, steril alana girmeden transducerlerin kalibrasyon kontrolünü yapmak mümkün olmalıdır.
5. Transducer hassasiyeti yıkama ünitesinde oluşacak basınçtan etkilenmemelidir.

6. Basınç hattı luer lock standlarında, bükülmeyecek ve basıç dalgasını absorbe etmeyecek özellikte olmalıdır. 800 PSI basınca kadar dayanıklı olmalıdır.
7. Setlerin tekli, ikili, üçlü seçenekleri olmalıdır.
8. Transducerleri sabitlemek için satın alınan setlerle beraber 50 adet ikili 10 adet 3 (üç)'lü holder (sabitleyici) verilmelidir.
9. Set, hastanede bulunan monitörlere uygun olmalı, uygun olmaması halinde yoğun bakım, ameliyathane ve transport cihazlarına uyumlu kablolar (300 adet) tansducerli basıç setine uygun olarak yüklenici firma tarafından bedelsiz verilmelidir.

(5770) ENTUBASYON TUPU STİLETİ SMALL (2.5-4.5)

Açıklama : ENTUBASYON TUPU STİLETİ SMALL (2.5-4.5)

1. Stile, minimal travma için atravmatik yumuşak uçlu olmalıdır.
2. Endotrakeal tüp içinde rahat hareket etmesini sağlayan kaygan yüzeye sahip olmalıdır.
3. Küçük, orta ve büyük olmak üzere 3 boyu bulunmalıdır.
4. Stile 27 cm'den kısa ve 33 cm'den uzun olmamalıdır.
5. Ürünler 2.5mm ve 10.0mm arası Endotrakeral Tüplerde kullanıma uygun olmalıdır.
6. Tek tek paketlenmiş ve steril olmalıdır.
7. Ürün CE belgesine sahip olmalıdır.

(4982) DISPOSABLE MASKELİ ERİSKİN SİDESTREAM SET

Açıklama : DISPOSABLE MASKELİ ERİSKİN SİDESTREAM SET

1. Disposable (tek kullanımlık) özelliğinde olmalıdır.
2. Kompresörlü nebulizer cihazlarına ve standart hastanedeki sisteme uygun çıkışlara sahip olmalıdır.
3. Setin içerisinde; Erişkin maske, oksijen bağlantı hortumu ve ilaç haznesi bulunmalıdır.
4. İlaç haznesinin hacmi, maksimum 10 ml. olmalıdır.
5. Kullanılan nebül formundaki ilaçların aerosol halindeki respirable output değeri, %80 ni için <5 mikronun altında ve bu değerin en az %50 si, 3 ile 4 mikron arasında olmalıdır.
6. 2-2.5ml nebül solüsyon formundaki bronkodilatör ve kortikosteroid gibi ilaçları en fazla 6-7 dakika içinde bitirebilmelidir.
7. Uluslararası standartlara uygun olmalı ve uluslararası standartlara uygunluk belgeleri istenildiğinde gösterilmelidir.
8. Nebül solüsyon formundaki bronkodilatör, kortikosteroidler, antiinflamatuvar ilaçlar, mukolitikler ve antibiyotiklerin kullanımına uygun olmalıdır. İstenildiğinde bu tür ilaçların kullanımına ilişkin belge ve literatürler sunulabilmelidir.
9. İstenildiğinde, aerosol haline getirdiği bilinen tüm ilaçların partikül boyları ile ilgili literatür ve çalışmalar sunulmalıdır. Sunulan literatürler standartlarını belirleyen kurumlar ve hakemli bilimsel tıbbi yayınlardan referanslı olmalıdırlar.
10. Malzemelerin son kullanım tarihi teslim tarihinden itibaren 24 ay olmalıdır.
11. İlaç haznesinde maske ile bağlantısından çıkmamalıdır.

12. İlaç haznesine ilaç konulduğunda ayrılmamalıdır.

(5770) ENTUBASYON TUPU STİLETİ MEDIUM (5.0-8.0)

Açıklama : ENTUBASYON TUPU STİLETİ MEDIUM (5.0-8.0)

1. Stile, minimal travma için atravmatik yumuşak uçlu olmalıdır.
2. Endotrakeal tüp içinde rahat hareket etmesini sağlayan kaygan yüzeye sahip olmalıdır.
3. Küçük, orta ve büyük olmak üzere 3 boyu bulunmalıdır.
4. Stile 27 cm'den kısa ve 33 cm'den uzun olmamalıdır.
5. Ürünler 2.5mm ve 10.0mm arası Endotrakeral Tüplerde kullanıma uygun olmalıdır.
6. Tek tek paketlenmiş ve steril olmalıdır.
7. Ürün CE belgesine sahip olmalıdır.

(4916) NAZOGASTRIK SONDA NO:12

Açıklama : NAZOGASTRIK SONDA NO:12

1. Tıbbi PVC'den yapılmış olmalıdır.
2. Ucu yuvarlatılmış ve atravmatik olmalıdır.
3. Sondanın distal kısmındaki çıkışında en az 3 delik olmalıdır.
4. Sonda üzerinde işaretlenmeye yardımcı çizgiler olmalıdır.
5. Dışarıda kalan ucu beslenme setleri beslenme setleri çam uçlu enjektör ile bağlantıya uygun olmalıdır. Renk kodlu olmalıdır.
6. Ölçekli derinlik işareti olmalıdır.
7. Giriş kolaylığı sağlayan yüzey olmalıdır.
8. Bükülmeye dirençli kolay yerleştirmeyi sağlayan sertlikte olmalıdır.
9. Boyları en az 120 cm olmalıdır.
10. Sondalar tekli steril paketlerde olmalı paketlerin üzerinde son kullanma tarihi ve barkod bulunmalıdır.
11. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir.Bu nedenle 10 adet numune bırakılmalıdır.
12. Nazogastrik sondalar radyograflerde görüntülenebilir (radyoopak) olmalıdır.