



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20191272

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 28/02/2019 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MERAL IŞIKÇI

İşletme Müdürü

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	LUMENLİ ALETLER İCİN KIRLILIK TESTİ (YIKAMA ETKİNLİK İNDİKATORU)	400,00	ADET
---	--	--------	------

TEKLİF NO : 20191272

NOT : ODEME 180GÜN

İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK

TEL : 4122410

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

297.0157.000	LUMENLİ ALETLER İÇİN KİRLİLİK TESTİ (YIKAMA ETKİNLİK İNDİKATORU)	ADET	400
--------------	--	------	-----

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(8605) LUMENLİ ALETLER İÇİN KİRLİLİK TESTİ (YIKAMA ETKİNLİK İNDİKATORU)

Açıklama : LUMENLİ ALETLER İÇİN KİRLİLİK TESTİ (YIKAMA ETKİNLİK İNDİKATORU)

1. Lümenli aletlerin temizleme etkinliğinin rutin olarak izlenmesi için tasarlanmış olmalıdır.
2. Kirlilik Testi, üzerinde sentetik test kiri bulunan tek kullanımlık metal indikatörlü şerit ve bu şeridin yerleştirileceği endoskopik holder?dan oluşmalıdır.
3. Sentetik test kiri, insan kanı ve dokusunu temsil etmelidir.
4. İndikatörlü şerit, tek kullanımlık ve alüminyum olmalıdır.
5. İndikatörlü şeridin yerleştirileceği holder (tutaç), endoskopları simüle etmelidir.
6. İndikatörlerle birlikte yıkayıcı sayısı kadar lümenli holder bedelsiz verilmelidir.
7. Test sonucunu yorumlamak için indikatörlerle birlikte okuma panosu verilmelidir.