



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 2019172

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 08/02/2019 TARİHİ, SAAT 17:00 'E/A KADAR

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN

TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MERAL IŞIKÇI

İşletme Müdürü

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	YOGUN BAKIM EKG ELEKTRODU(ERİSKİN)	220.000,00 ADET
2	FLASTER 5X5 BEZ	40.000,00 ADET
3	CERRAHI MUAYENE EL DİVENİ	10.000.000,00 ADET
4	PUDRASIZ CERRAHI MUAYNE EL DİVENİ	750.000,00 ADET
5	PAMUK RULO (1 KG.LIK AMB.)	15.000,00 KİLOGRAM
6	TİMPANİK TERMOMETRE PROBU	650.000,00 ADET

TEKLİF NO : 2019172

NOT : ODEME 180 GÜN

İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK

TEL : 4122410

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

301.0022.000	YOGUN BAKIM EKG ELEKTRODU(ERISKIN)	ADET	220000
298.0037.000	FLASTER 5X5 BEZ	ADET	40000
298.0059.000	CERRAHI MUAYENE EL DİVENİ	ADET	10000000
298.0060.000	PUDRASIZ CERRAHI MUAYENE EL DİVENİ	ADET	750000
296.0004.000	PAMUK RULO (1 KG.LİK AMB.)	KİLOGRAM	15000
293.0230.000	TİMPANİK TERMOMETRE PROBU	ADET	650000

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(3621) FLASTER 5X5 BEZ

Açıklama : FLASTER 5X5 BEZ

1. Bezi ten rengi olmalı,cildin hava almasına uygun olmalıdır.
2. Çıkarıldığında yapışkanı ciltte kalıntı bırakmamalıdır.
3. Yapışkanı düzgün ve homojen sürülmüş olmalı, katlar birbirine yapışmamalıdır.
4. Kenarları düzgün olmalı ,ipliklenme olmamalıdır.
5. Elle enine ve boyuna düzgün yırtılabilir özelliği olmalı, yırtılma sonrasında ipliklenme olmamalıdır.
6. Flasterin yapışkanı nemle ciltten ayrılmamalıdır.
7. 10'luk paketler halinde teslim edilmelidir.
8. Kutu üzerinde üretici firma adı, imalat tarihi, son kullanma tarihi ve lot numaraları bulunmalıdır.
9. Kutu üzerinde barkot bulunmalıdır.
10. Raf ömrü en az 2 yıl olmalıdır.
11. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir.Bu nedenle 10 adet numune bırakılmalıdır.
12. Hypoalerjik olmalıdır.
13. Flaster kolay yapışmalı ve cildi tahriş etmemelidir. Suya, terlemeye dirençli olmalı ve yapışkanlığını uzun süre muhafaza etmelidir.
14. Flasterler 5cmx5m çapında olmalıdır.
15. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
16. CE belgesi olmalıdır.
17. X-ray geçirgen olmalıdır.
18. Kalem ile üzerine yazı yazılabilmelidir.

(3799) CERRAHI MUAYENE ELDIVENİ

Açıklama : CERRAHI MUAYENE ELDIVENİ

1. Ten rengini andıran kauçuktan imal edilmiş olmalıdır.
2. TS EN 455-1,TS EN 455-2,TS EN 455-3 nolu standartlara uygun üretilmiş olmalıdır.
3. Non-steril olmalıdır.
4. Eldivenin içi pudralı olmalıdır.
5. Eldivenin kalınlığı dokuyu hissedecek hassasiyette olmalıdır.
6. Tek hamlede giyip çıkarmada eldivenlerde yırtılma ve parçalanma olmamalıdır.
7. Eldiven içinde ve dışında imalat atığı kırıntı ve toz bulunmamalıdır.
8. Boyutları standartlara uygun olmalıdır.
9. Giyildiğinde her iki ele uyum göstermelidir.
10. Konçlar sıkı ve bilekten düşmeyecek özellikte olmalıdır.
11. Ambalaj üzerinde eldiven boylarını (S-M-L) gösteren işaret ya da numara belirtilmiş olmalıdır.
12. Ambalaj üzerinde üretim tarihi, markası, adeti, son kullanım tarihi, lot numarası ve barkot bulunmalıdır.
13. 100'lük ambalajlarda uygun şekilde paketlenmiş olmalıdır.
14. Ürünler hastaanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu nedenle Small, Medium ve Large boyutlarda 3'er paket orjinal ürün numune olarak bırakılmalıdır.
15. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
16. CE belgesi bulunmalıdır.

(3633) PAMUK RULO (1 KG.LIK AMB.)

Açıklama : PAMUK RULO (1 KG.LIK AMB.)

1. Özellikleri bakımından Türk Farmakopesinde belirtilenden fazla yağ içermemelidir.
2. Sun'i elyaf ihtiva etmemeli; tohum parçaları ve diğer cisimler taşımamalıdır.
3. 1000 gr'lık numunelerin ağırlığı 995 gr'dan az olmamalıdır.
4. Paketler üzerinde hidrofil pamuk olduğu belirtilmeli, steril olmadığı açıklanmalı,üretici firmanın adı,markası ve seri numarası,üretim tarihi,adres ve telefon bilgileri yazılı olmalıdır.
5. Pamuk rulosu düzgün katlanmış olmalı, katlar birbirinden düzgünce ayrılabilirdir, katları birbirinden ayıran kağıt v.b. gibi herhangi bir ayıraç olmalıdır.
6. Suyu emince dağılmamalıdır.

7. Paketler barkodlu olmalıdır.
8. Asit ve alkali ihtiva etmemelidir. (PH Nötr)
9. Boya kullanılmadan beyazlatılmış olmalıdır.
10. Pamuk ruloları düzgün kesilmiş ve ambalajlanmış olmalıdır.
11. Pamuk koparıldığında veya kesildiğinde etrafında toz bulutu oluşmamalıdır.
12. Ambalaj suya,neme dayanıklı materyalden olmalıdır.
13. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
14. CE belgesi olmalıdır.
15. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir.Bu nedenle 5 adet numune bırakılmalıdır.
16. Hızlı emici ve su tutucu özelliği olmalıdır.

(57) YOGUN BAKIM EKG ELEKTRODU(ERİSKİN)

Açıklama : YOGUN BAKIM EKG ELEKTRODU(ERİSKİN)

1. İçindeki jel ve yapıştırıcıları kurutmayacak bir koruyucu ambalaj içinde olmalıdır.
2. Değişik çapta seçenekleri (çocuk-erişkin) olmalıdır. Erişkin boyun çapı 4 cm den az olmamalıdır.
3. Elektrod üzerindeki jel, köpük ve yapışkan madde allerjik olmamalı ve firma tarafından belgelendirilmelidir.
4. Köpük kısmının kalınlığı 1 mm den fazla olmalıdır.
5. Elektrod en az 72 saat kullanılabilmesi ve uzun süreli kullanımında da ciltte reaksiyon yaratmamalıdır.
6. Elektrodlar görüntülü cihazlarda görüntü vermemelidir.
7. Elektrod sinyali parazitsiz bir şekilde iletebilmelidir.
8. Elektrod üzerindeki jel, çıkarıldıktan sonra kalıntı bırakmamalı, akışkan olmamalı ve sürece bağlı korozyona uğramamalıdır.
9. Elektrodlar cilde iyi yapışmalıdır.Yerinden çıkarılıp başka yere yapıştırıldığında çıkmayacak özellikte olmalıdır.
10. Elektrot çıkıcıları hastanemizde kullanılan cihazların leadleri ile uyumlu olmalıdır.
11. Her bir elektrodun köpük kısmı üzerindeki jel ve yapışkan maddesini koruyan bandın kolayca ayrılmasını sağlayacak sistemi olmalıdır.
12. Ambalaj üzerinde ürünün markası, raf ömrü ve lot numarası yazmalıdır.
13. Ambalaj üzerinde barkot bulunmalıdır.
14. Ambalaj içinde en az 1 yıl özelliklerini koruyabilmelidir.
15. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizce denenerek uygunluk kararı verilecektir.Bu nedenle çocuk ve erişkin boylarından 4'er paket numune bırakılmalıdır.
16. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.

17. Esnek olmalı, vücut kıvrımlarına uyum sağlamalı, kullanımı rahat olmalıdır.

(3688) TIMPANİK TERMOMETRE PROBU

Açıklama : TIMPANİK TERMOMETRE PROBU

1. Timpanik metotla kulak içinden ölçüm yapmak için kullanılmalıdır.
2. Problar tek kullanımlık olmalıdır.
3. Problar cihaza kolay takılabilmelidir.
4. Problar anatomik yapıda olmalı, PVC/Plastik materyalden üretilmiş olmalı ve ölçüm sırasında hastaya rahatsızlık vermemelidir.
5. Problar cihazın üzerinde bulunan bırak tuşu ile kolayca atılabilmelidir.
6. Cihaz ve problar CE belgesine sahip olmalıdır.
7. Termometre timpanik metotla kulak içinden ölçüm yapmalı ve ölçüm sonucunu ekranda göstermelidir.
8. Termometre, problemlerin yerleştirebileceği ve elde taşınacak, ergonomik yapıda bir aparata sahip olmalıdır.
9. Cihaz arka arkaya istenildiği kadar ölçüm yapabilmelidir.
10. Ölçme zamanı 1-5 saniye olmalıdır.
11. Cihaz üzerindeki ölçüm tuşu büyük olmalı, sağ veya sol elle rahatça kullanılabilmelidir.Cihaz kullanılmadığı zaman otomatik olarak kapanmalıdır.
12. Cihaz en düşük 32C-33C dereceyi en yüksek 42C derece ve üstünü ölçebilmelidir.
13. Cihazın prob takılan uç kısmı sağlam çelik veya dayanıklı materyalden yapılmış olmalıdır.
14. LCD ekranda pilin zayıflama veya bitme durumu ile ilgili uyarı göstergesi olmalıdır.
15. Cihazın uyku modu son ölçümü kaydetmeli ve pil ömrünü uzatmalıdır.
16. Kullanılmış problar cihaz üzerinde bulunan bir tuş ile el değmeden kolaylıkla atılabilmelidir.
17. Cihaz pil ile çalışmalıdır. İhaleyi kazanan firma kullanılan cihazların pil değişimini bedelsiz yapmalıdır.
18. İhaleyi kazanan firma cihazların 3 ayda bir uluslararası standartlara uygun olarak kalibre edilmesini sağlamakla yükümlüdür.Bununla ilgili taahhüdname ihale dosyasında bulunmalıdır.
19. İhaleyi kazanan firma hastane yönetiminin belirleyeceği tüm birimlere,cihazın kullanımı ile ilgili eğitim vermekle yükümlüdür.
20. İhaleyi kazanan firma; kaybolan veya düşürülme sonucu zarar görme,sıvı kaçması gibi çeşitli nedenlerle kullanılamaz duruma gelen cihazları onarmak veya yenisi ile değiştirmekle yükümlüdür.
21. Klinik kullanım için geçerlilik ve güvenilirlik çalışması yapılmış olmalıdır.
22. 5(beş) adet cihazla birlikte her cihaz için 100 adet prob numune olarak ihale komisyonuna teslim edilecektir.
23. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
24. İhaleyi kazanan firma yukarıda belirtilen özelliklere sahip 200 adet cihazı, kulaktan ölçüm yapılamayan ve yenidoğan hastalarında kullanılmak üzere 30 adet cihazı (Türkçe kullanım kılavuzu ile birlikte) hastanede kullanılmak üzere bir defada teslim edecektir. Cihazlar termometrelere, propları hastane deposunda bulunduğu sürece hastane kullanımında kalacaktır.

25. Kutu üzerinde ürün barkodu bulunmalıdır.
26. Kulaktan ölçüm yapılamayan hastalar ve premetüre bebekler için uygun axiller ölçüm probu bulunmalıdır.

(4973) PUDRASIZ CERRAHI MUAYNE ELDIVENİ

Açıklama : PUDRASIZ CERRAHI MUAYNE ELDIVENİ

1. Ten rengini andıran kauçuktan imal edilmiş olmalıdır.
2. TS EN 455-1, TS EN 455-2, TS EN 455-3 nolu standartlara uygun üretilmiş olmalıdır.
3. Non-steril olmalıdır.
4. Eldivenin kalınlığı dokuyu hissedecek hassasiyette olmalıdır.
5. Tek hamlede giyip çıkarmada eldivenlerde yırtılma ve parçalanma olmamalıdır.
6. Eldiven içinde ve dışında imalat atığı kırıntı ve toz bulunmamalıdır.
7. Boyutları standartlara uygun olmalıdır.
8. Giyildiğinde her iki ele uyum göstermelidir.
9. Konçlar sıkı ve bilekten düşmeyecek özellikte olmalıdır.
10. Ambalaj üzerinde eldiven boylarını (S-M-L) gösteren işaret ya da numara belirtilmiş olmalıdır.
11. Ambalaj üzerinde üretim tarihi, markası, adeti, son kullanım tarihi, lot numarası ve barkot bulunmalıdır.
12. 100'lük ambalajlarda uygun şekilde paketlenmiş olmalıdır.
13. Ürünler hastahanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu nedenle Small, Medium ve Large boyutlarda 3'er paket orjinal ürün numune olarak bırakılmalıdır.
14. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
15. CE belgesi bulunmalıdır.