



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20191730

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 18/03/2019 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MERAL IŞIKÇI

İşletme Müdürü

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	CİFT KAFLI CURLED TENKOF KATETER(ERİSKİN)	10,00	ADET
---	---	-------	------

TEKLİF NO : 20191730

NOT : ÖDEMELER 360 GÜNDÜR.TEKLİFLERDE MARKA, UBB KODU VE TESLİM TARİHİ BELİRTİLMELİDİR.

İLGİLİ KİŞİ : YUSUF GÜLER

TEL : 2324122405

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

218.0022.000	CİFT KAFLI CURLED TENKOF KATETER(ERİSKİN)	ADET	10
--------------	---	------	----

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(7412) CİFT KAFLI CURLED TENKOF KATETER(ERİSKİN)

Açıklama : CİFT KAFLI CURLED TENKOF KATETER(ERİSKİN)

1. Kateter silikon malzemeden üretilmiş olup 60-64 cm uzunluğunda olmalıdır.
2. Kateter üzerinde radyoopak şerit bulunmalıdır.
3. Kateterin kalınlığı iç çapı 2,5-3.0 mm, dış çapı 4,5-5.0 mm olmalıdır.
4. Kateter çift keçeli ve vücut içinde kalan kısmı helezonik kıvrımlı olmalıdır.
5. Kateterin keçelerinin genişliği 1 cm olmalıdır.
6. İki keçe arasındaki mesafe 5-7 cm olmalıdır.
7. Helozonik kıvrım uç uzunluğu 20-22 cm olmalıdır.
8. Helozonik kıvrım uç başlangıcı ile keçe arasındaki mesafe 12-14 cm olmalıdır.
9. Düz uç ile keçe arasındaki mesafe 18-22 cm olmalıdır.
10. Kateter steril paketlenmiş ve paket içinde 1 adet kateter,1 adet beta cap klemp,1 adet beta cap adaptörü ve 1 adet cap olmalıdır.
11. Ambalajın üzerinde son kullanma tarihi vb. bilgiler yer almalıdır.
12. Kateterlerin son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren 2 yıl olmalıdır.