



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20192444

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 15/04/2019 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MERAL IŞIKÇI

İşletme Müdürü

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	GAZLI BEZ (METRE)	80.000,00 METRE
---	-------------------	-----------------

TEKLİF NO : 20192444

NOT : ODEME 180GÜN

İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK

TEL : 4122410

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

296.0017.000	GAZLI BEZ (METRE)	METRE	80000
--------------	-------------------	-------	-------

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(3321) GAZLI BEZ (METRE)

Açıklama : GAZLI BEZ (METRE)

1. Pamuk ipliğinden dokunmuş olmalıdır.
2. Gaz bezi kasarlanmış, beyaz, temiz ve kokusuz olmalıdır.
3. Gaz bezi üzerinde kir, elyaf artıkları, yağ lekesi, yabancı cisimler, dikişli, ek yeri ve parça bulunmamalı, kaçmış ilmik görünmemelidir.
4. Dokunmuş bez üzerinde delik, kesik, yırtık ve benzeri bozukluklar olmamalıdır.
5. Ürün cm2 de 20 tel olmalıdır. (+/- 1 tel olabilir.)
6. Atkı ve çözgüler arasındaki uzaklık eşit olup, bezin homojen bir görünümü olmalıdır.
7. Apreli olmamalı, her hangi bir boya içermemeli ve kirli görünmemelidir.
8. Gaz bezi TS 14079'a uygun olmalıdır.
9. Teklif edilen ürün T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır. Belgesi sunulmalıdır.
10. Eni 90cm, boyu 100 metre ölçülerinde top şeklinde olmalıdır.
11. Gaz bezlerinin boyutları; eni belirtilen değer +/- %2'si kadar, boy ise en az belirtilen değer kadar olmalıdır.
12. Ölçüm gaz bezi yatay ve düzgün bir düzlem üzerinde her iki yönden de buruşuklukları düzeltilip herhangi bir gerginlik oluşturmayacak şekilde yapılmalıdır.
13. Gaz bezinden oluşturulan her bir top düzgün şekilde üzerinde seri numaraları yazılı olarak paketlenmiş olmalıdır.
14. Gaz bezleri top şeklinde nem ve kirlilikten korunacak şekilde naylon poşetlere konularak ambalajlanmalıdır.
15. Bu ambalajlar uygun taşıma miktarlarında, kirlenmeden korunacak şekilde uygun bir malzeme ile balya halinde teslim edilmelidir.
16. Non-steril olmalıdır.
17. Gaz bezi paketleri üzerindeki aşağıda yazılı olan bilgiler okunaklı ve silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.
 - 17.1. Firmanın ticari ünvanı adresi ve/veya tescilli markası,
 - 17.2. Hidrofil olduğu,
 - 17.3. Anma boyutları ve adedi,
 - 17.4. Üretim tarihi,
 - 17.5. Atkı-çözgü sayısı,
 - 17.6. Standardın işaret ve numarası (TS 14079),

17.7. Seri ve parti numarası.

- 18.** Değerlendirme için şartnamede belirtilen maddelerdeki özellikleri taşıyan etiketi ile en az 10 metre ürün numune olarak bırakılmalıdır.
- 19.** Muayene komisyonun gerek görmesi halinde Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliğine yeterli sayıda numune analiz için gönderilebilecek, analiz üretici/satıcı firmaya ait olacaktır.
- 20.** Yüklenici firmanın depoya teslim edeceği ürünler numuneler ile aynı özelliği taşıyor olmalıdır.