



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

18/04/2019 00:00:00

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20192630

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 24/04/2019 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA
NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RICA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA
İşletme Müdürü V.

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	MIKOBAKTERİ TÜR TANIMLAMA	96,00	TEST
---	---------------------------	-------	------

TEKLİF NO : 20192630

NOT : TÜR TANIMLAMA TESTİ

İLGİLİ KİŞİ : MÜGE AKER

TEL :

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

1/2


DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI

“Moleküler Mikobakteri tür tanımlama (identifikasyon)” testleri teknik şartnamesi

1. Bu teknik şartname ile “Moleküler Mikobakteri tür tanımlama (identifikasyon)” testlerinin alımı istenmektedir.
2. Test özellikleri:
 - 2.1. Kit, nükleik asit amplifikasyonu ve ardından ters hibridizasyon yöntemi (LiPA) ile mikobakteri türlerinin tanımlamasını yapmalıdır.
 - 2.2. Mikobakteriyal tür tanısı sıvı veya katı besiyerinde üremiş bakteriden aynı anda tek bir test ile yapılabilmelidir. Tanımlamada sistem en az; *M. avium*, *M. chelonae*, *M. abscessus*, *M. fortuitum*, *M. gordonae*, *M. intracellulare*, *M. scrofulaceum*, *M. interjectum*, *M. kansasii*, *M. malmoense*, *M. marinum*-*M. ulcerans*, *M. peregrinum* ve *M. xenopi* türlerini tek bir test ile tespit edebilir olmalıdır.
 - 2.3. Kit ile birlikte kit ile uyumlu DNA izolasyon kiti, gerekli her türlü sarf malzemesi ve ekipman teklif veren firma tarafından sağlanacaktır.
 - 2.4. Çalışma içerisinde testin güvenilirliğini sağlamak ve kontrol kaybını önlemek amacı ile her kit için internal kontroller ve etkene spesifik pozitif kontroller bulunmalıdır.
 - 2.5. Kitlerin miadları teslim tarihinden itibaren en az 6 ay olmalıdır. Teklif veren firma miadi yaklaşan kitleri değiştirmeyi taahhüt edecektir.
 - 2.6. Kit ile birlikte orijinal katalogları verilecektir.
 - 2.7. Teklif edilecek kitler üretici firmaya ait orijinal etiket taşımalı, etiketin üzerinde menşei, son kullanma tarihi, lot numarası ve saklama koşulları belirtilmiş olmalıdır.
 - 2.8. Testin çalışılması için gerekli olan malzemelerin bakımı, test kitlerinin saklanması ve testin çalışması için gerekli koşullar satıcı firmaya ait olmalıdır.



Doç. Dr. Özgen Alpay ÖZBEK



Prof. Dr. Nuran ESEN