



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20192661

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 26/04/2019 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA

İşletme Müdürü V.

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	INTRAVITREAL INJECTION KITI	2.500,00 ADET
---	-----------------------------	---------------

TEKLİF NO : 20192661

NOT : ÖDEMELER180 GÜNDÜR.TEKLİFLERDE MARKA, UBB KODU VE TESLİM TARİHİ BELİRTİLMELİDİR.

İLGİLİ KİŞİ : YUSUF GÜLER

TEL : 2324122405

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

212.0091.000	INTRAVITREAL INJECTION KITI	ADET	2500
--------------	-----------------------------	------	------

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(6189) INTRAVITREAL INJECTION KITI

Açıklama : INTRAVITREAL INJECTION KITI

1. Kit içindeki tüm ürünler disposable olmalıdır.
2. Ürünler bohça şeklinde paketlenmiş olmalıdır. Bohça steril masa örtüsü olarak kullanılmaya elverişli olmalıdır.
3. Eldiven bohçanın dışında tutulmalıdır. Ayrı bir steril paket içinde olmalı ve bohça ile aynı paketten çıkmalıdır.
4. Kitin içinde:
 - 4.1. 1 adet tel bleferosta,
 - 4.2. 1 adet skleral marker.
 - 4.3. 1 adet 40 x 40 ölçülerinde yapışkanlı drep (drep kısmı kesik olacak ve torbasız olacak)
 - 4.4. 1 adet 7,5 eldiven,
 - 4.5. 1 adet 1 mL. enjektör,
 - 4.6. 1 adet 30g iğne,
 - 4.7. 1 adet 20gr iğne,
 - 4.8. 1 adet 50 x 50 ölçülerinde masa örtüsü,
 - 4.9. 2 adet hidrofil bez,
 - 4.10. 5 adet pamuklu çubuk bulunmalıdır.
5. Ürün ISO ve CE kalite belgesine sahip olmalıdır.