



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20192664

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 26/04/2019 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA

İşletme Müdürü V.

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	ADULT ELEKTRODE PADS (NIHON KOHDEN)	100,00	ADET
2	BASINC SETİ TRANSDUCERLİ (TEKLI)	750,00	ADET
3	ERISKIN TUBING SET (ADULT CORONER SET)	75,00	ADET

TEKLİF NO : 20192664

NOT : ÖDEMELER 180 GÜNDÜR.TEKLİFLERDE MARKA, UBB KODU VE TESLİM TARİHİ BELİRTİLMELİDİR.

İLGİLİ KİŞİ : YUSUF GÜLER

TEL : 2324122405

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

202.0002.000	ADULT ELEKTRODE PADS (NIHON KOHDEN)	ADET	100
195.0002.000	BASINC SETİ TRANSDUCERLİ (TEKLİ)	ADET	750
244.0023.000	ERISKIN TUBING SET (ADULT CORONER SET)	ADET	75

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(5099) ERISKIN TUBING SET (ADULT CORONER SET)

Açıklama : ERISKIN TUBING SET (ADULT CORONER SET)

1. Tubing set ile ilgili teknik çizim ekte verilmiş olup, firmalar ürünlerini bu çizime göre imal edeceklerdir.
2. Firma ihalede verecekleri ürünlerin teknik çizimlerini sunacak, bu ürününü vermeyi taahhüt edeceklerdir.
3. Setin pediatrik, koroner, kapak, infant, modelleri için sayılar ayrı ayrı belirlenecektir.
4. İmalat hataları veya ölçü tutarsızlıkları olması halinde set değişimi yapılmalıdır.
5. Steril olmalıdır

(5293) ADULT ELEKTRODE PADS (NIHON KOHDEN)

Açıklama : ADULT ELEKTRODE PADS (NIHON KOHDEN)

1. İstemi yapılan patch, hastaların trans-thoracic defibrilasyon/kardiyoversiyonu için kullanılacaktır.
2. Kullanılacak olan patch in girişleri, klinikte bulunan defibrilatöre bağlanacak olan adaptör çıkışı ile uyumlu olacaktır ve mevcut kablo ile patch kullanılabilir.
3. External patch in hasta ile temas eden yüzeyi jel emdirilmiş sünger, dış taraf ise polyurethaneden mamül olacaktır.
4. External patch in yapışkan yüzeyi alerjik olmayan ve yerinden kolay çıkmayan bir yapışkan ile kaplı olacaktır.
5. External patch düşük değerler ile defibrilasyon/ kardiyoversiyon yapılabilmesi için geniş yüzey alanına sahip olacaktır .
6. External patchlar steril olarak paketlenmiş olacak ve her pakette iki adet patch bulunacaktır.
7. External patch lere bağlı olarak en az 25 cm boyutunda yüksek voltaja dayanıklı kablo bulunacak ve kablo ucundaki konnektör defibrilatör adaptörüne uygun sokete sahip olacaktır.
8. External padler, gerektiğinde transthoracic pace işlemi için de kullanılabilir.
9. External pad düşük empedanslı olacak ve external defibrilatörü empedans ölçümü yapabilmesi için gerekli elektronik devreye sahip olacaktır.

(3528) BASINC SETİ TRANSDUCERLİ (TEKLI)

Açıklama : BASINC SETİ TRANSDUCERLİ (TEKLI)

1. Set içinde: transducer yıkama parçası, sıfırlamaya yarayan üçlü musluk, kan örneği alıcısı, üçlü musluk ve basınç line bulunmalıdır.
2. Set, hastaya bağlandığında devamlı olarak 3 ml/ saat hızla yıkama yapabilmelidir.
3. Bağlanacak olan disposable transducerlerden biri ile bağımlı yıkama ünitesi arasında non shutting üçlü musluk bulunmalıdır.
4. Set hastaya bağlı iken, steril alana girmeden transducerlerin kalibrasyon kontrolünü yapmak mümkün olmalıdır.
5. Transducer hassasiyeti yıkama ünitesinde oluşacak basınçtan etkilenmemelidir.
6. Basınç hattı luer lock standlarında, bükülmeyecek ve basınç dalgasını absorbe etmeyecek özellikte olmalıdır. 800 PSI basınca kadar dayanıklı olmalıdır.
7. Setlerin tekli, ikili, üçlü seçenekleri olmalıdır.
8. Transducerleri sabitlemek için satın alınan setlerle beraber 50 adet ikili 10 adet 3 (üç)'lü holder (sabitleyici) verilmelidir.
9. Set, hastanede bulunan monitörlere uygun olmalı, uygun olmaması halinde yoğun bakım, ameliyathane ve transport cihazlarına uyumlu kablolar (300 adet) transducerli basınç setine uygun olarak yüklenici firma tarafından bedelsiz verilmelidir.