



## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

### Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20192778

## İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 03/05/2019 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA

İşletme Müdürü V.

### ALIM KONUSU MALZEMELER

### MİKTAR

|    |                                               |        |      |
|----|-----------------------------------------------|--------|------|
| 1  | DISPOSABLE TEK BASINCLİ TANSİYON MANSONU NO 3 | 75,00  | ADET |
| 2  | NAZAL AIRWAY NO:7                             | 5,00   | ADET |
| 3  | NAZAL AIRWAY NO:8                             | 5,00   | ADET |
| 4  | NAZAL AIRWAY NO:9                             | 5,00   | ADET |
| 5  | THORAX KATETER NO:16                          | 75,00  | ADET |
| 6  | TORAX KATETER NO:36                           | 250,00 | ADET |
| 7  | TUP REKTAL                                    | 25,00  | ADET |
| 8  | DISPOSABLE AMBU MASKESİ NO:6                  | 60,00  | ADET |
| 9  | ASPIRASYONA UYGUN LARENGEAL MASKE NO:3        | 15,00  | ADET |
| 10 | ASPIRASYONA UYGUN LARENGEAL MASKE NO:4        | 50,00  | ADET |

TEKLİF NO : 20192778

NOT : ÖDEMELER 180 GÜNDÜR.TEKLİFLERDE MARKA, UBB KODU VE TESLİM TARİHİ BELİRTİLMELİDİR.

İLGİLİ KİŞİ : YUSUF GÜLER

TEL : 2324122405

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

\*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.



## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

### Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20192778

## İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 03/05/2019 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA

İşletme Müdürü V.

### ALIM KONUSU MALZEMELER

### MİKTAR

|    |                                        |       |      |
|----|----------------------------------------|-------|------|
| 11 | ASPIRASYONA UYGUN LARENGEAL MASKE NO:5 | 25,00 | ADET |
|----|----------------------------------------|-------|------|

TEKLİF NO : 20192778

NOT : ÖDEMELER 180 GÜNDÜR.TEKLİFLERDE MARKA, UBB KODU VE TESLİM TARİHİ BELİRTİLMELİDİR.

İLGİLİ KİŞİ : YUSUF GÜLER

TEL : 2324122405

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

\*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

### TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

|              |                                               |      |     |
|--------------|-----------------------------------------------|------|-----|
| 210.0015.000 | DISPOSABLE TEK BASINCLİ TANSİYON MANSONU NO 3 | ADET | 75  |
| 191.0010.000 | NAZAL AIRWAY NO:7                             | ADET | 5   |
| 191.0011.000 | NAZAL AIRWAY NO:8                             | ADET | 5   |
| 191.0012.000 | NAZAL AIRWAY NO:9                             | ADET | 5   |
| 218.0171.000 | THORAX KATETER NO:16                          | ADET | 75  |
| 218.0179.000 | TORAX KATETER NO:36                           | ADET | 250 |
| 209.0035.000 | TUP REKTAL                                    | ADET | 25  |
| 226.0027.000 | DISPOSABLE AMBU MASKESİ NO:6                  | ADET | 60  |
| 226.0031.000 | ASPIRASYONA UYGUN LARENGEAL MASKE NO:3        | ADET | 15  |
| 226.0032.000 | ASPIRASYONA UYGUN LARENGEAL MASKE NO:4        | ADET | 50  |
| 226.0033.000 | ASPIRASYONA UYGUN LARENGEAL MASKE NO:5        | ADET | 25  |

### 1.GENEL ÖZELLİKLER

### 2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

#### (5199) THORAX KATETER NO:16

##### Açıklama : THORAX KATETER NO:16

- 52 ± 5 cm uzunluğunda, plevra boşluğuna uyum sağlayan, esnek polimerden imal edilmiş bir kateter olmalıdır.
- Toraks kateteri travma oluşturmaman yuvarlatılmış, açık distal uca sahip olmalıdır.
- Kateterde doku emilimini engelleyen çapraz yan delikler bulunmalıdır.
- Toraks kateteri X Ray ışını altında görüntülenebilmek için radyopak çizgiye sahip olmalıdır.
- Kateterin üzerinde cm işaretli ölçek bulunmalıdır.
- Toraks kateteri her türlü bağlantıya uyacak şekilde tasarlanmış genişleyen proksimal uca sahip olmalıdır.
- Toraks kateterinin kıvrık ve düz olmak üzere iki ayrı modeli mevcut olmalıdır
- Toraks kateterlerinin düz ve kıvrık olarak 16-36 aralığındaki her ölçüsü mevcut bulunmalıdır.
- Toraks kateteri tekli ve steril paketlerde sunulmalıdır.

**(8255) ASPIRASYONA UYGUN LARENGEAL MASKE NO:5**

**Açıklama : ASPIRASYONA UYGUN LARENGEAL MASKE NO:5**

1. Hasta anatomisine uygun şekilde tasarlanmış, tercihen SEBS(Styrene Ethylene Butadiene Styrene) termoplastik madde kullanılarak üretilmiş olmalıdır.
2. Ürün tek kullanımlık olmalıdır ve lateks içermemelidir.
3. Ürün şeffaf olmalıdır.
4. Ürün yerleştirildiği konumda, etrafında dönmesini önlemek için, eliptik yapıda tasarlanmış olmalıdır.
5. Ürünün, damak ile temas eden yüzeyi, düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.
6. Ürünün epiglottise denk gelen bölgesi epiglottun düşmesini ve hava akımına engel oluşturmasını önleyecek bir çıkıntı parçasına sahip olmalıdır.
7. Ürün şişirilebilir "cuff" içermeyen tasarıma sahip olmalıdır.
8. Ürünün doğru yerleştirilmesini sağlamak için kesici dişlerin hizalanması amacıyla bir işaret çizgisine sahip olmalıdır.
9. Ürün, yerleştirildiği konumda olağan klinik uygulamalarda kullanılacak şekilde düşük havayolu basınçlarında kaçak oluşturmamalıdır; bu özelliği klinik çalışmalarla gösterilebilmelidir.
10. Ürün üzerinde gastrik kanal girişi bulunmalıdır; bu kanalın içinden nazogastrik tüp geçmesini sağlayacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.
11. Hasta tarafından ısırılarak havayolu tıkanıklığına yol açmayacak şekilde ürün ile bütünlüklü bir ısırma koruyucu blok sistemi bulunmalıdır ve sert blok parçasının birleşme yerinde, ürün yerleştirilken kıvrılmasını engellemek için bir tasarım özelliğine sahip olmalıdır.
12. Kolay ve hızlı yerleşim için esnek bir yapıya sahip olmalıdır.
13. Ürünün 1-1½-2-2½ pediatrik ve 3-4-5 erişkin boyutları bulunmalıdır.
14. Ürün renk kodlu kaplar içinde kullanıma hazır ambalajlanmış olmalıdır.
15. Ürün tekli paketlerde ve steril olarak sunulmalıdır.
16. Ürün, CE belgesine sahip olmalıdır.

**(4947) DISPOSABLE TEK BASINCLİ TANSİYON MANŞONU NO 3**

**Açıklama : DISPOSABLE TEK BASINCLİ TANSİYON MANŞONU NO 3**

1. Manşon hastanemiz bünyesinde kullanılan monitör cihazlarına uyumlu olmalıdır. Yenidoğan uyumlu tip olmalıdır. ( 1-2-3 numara manşon verilmelidir.)
2. Manşon monitöre ait ara bağlantısı kablosuna uyumlu olmalıdır.
3. Manşon monitördeki venous stasis sistemine uygun olmalıdır.
4. Paket üzerinde firmanın adı ve parça numarası belirtilmiş olmalıdır.
5. Tüm parçalar tek bir firma ürünü olmalıdır. toplama parçalardan oluşmamalıdır Numune onayı alınmalıdır.
6. Manşon onlu orjinal paketlerde sunulmalıdır.
7. Manşon monitör NIBP kanalı kalibrasyon testlerinden geçebilmelidir.
8. Firmalar satmış oldukları ürün için tek yetki belgesi sunmalıdır. CE belgesi eklenmelidir.
9. Teklif veren firmaların ISO sertifikası olmalıdır.

10. Manşon tek giriş hortumlu olmalıdır.

**(5300) NAZAL AIRWAY NO:8**

**Açıklama : NAZAL AIRWAY NO:8**

1. Non-toksik tıbbi malzemeden imal edilmiş olmalı ve lateks içermemeli
2. Bükülebilir özellikte olmalı
3. Nazal pasaja travma oluşturmeyen yuvarlatılmış, yumuşak kenarlı olmalı
4. Steril ve kullanıma hazır olmalı
5. 20-36 Fr ölçüleri bulunmalı
6. Tekli paketler halinde olmalıdır.
7. Paketler en az üç yıl miatlı olmalıdır.

**(5199) TORAX KATETER NO:36**

**Açıklama : TORAX KATETER NO:36**

1.  $52 \pm 5$  cm uzunluğunda, plevra boşluğuna uyum sağlayan, esnek polimerden imal edilmiş bir kateter olmalıdır.
2. Toraks kateteri travma oluşturmeyen yuvarlatılmış, açık distal uca sahip olmalıdır.
3. Kateterde doku emilimini engelleyen çapraz yan delikler bulunmalıdır.
4. Toraks kateteri X Ray ışını altında görüntülenebilmek için radyopak çizgiye sahip olmalıdır.
5. Kateterin üzerinde cm işaretli ölçek bulunmalıdır.
6. Toraks kateteri her türlü bağlantıya uyacak şekilde tasarlanmış genişleyen proksimal uca sahip olmalıdır.
7. Totaks kateterinin kıvrık ve düz olmak üzere iki ayrı modeli mevcut olmalıdır
8. Toraks kateterlerinin düz ve kıvrık olarak 16-36 aralığındaki her ölçüsü mevcut bulunmalıdır.
9. Toraks kateteri tekli ve steril paketlerde sunulmalıdır.

**(3522) TUP REKTAL**

**Açıklama : TUP REKTAL**

1. Tüp, giriş kolaylığı sağlayan bir yüzeye sahip olmalıdır.
2. Tüp bükülmeye karşı dirençli olmalıdır.
3. Tüp travma oluşturmeyen, yuvarlatılmış, kapalı distal uca sahip olmalıdır.

4. Tüpün uç yan kısmında çapraz dilekler bulunmalıdır.
5. Tüpün uzunluğu 36 cm olmalıdır,
6. Tüp 18 ch' den 35 ch'ye kadar ölçülere sahip olmalıdır. ( 18,20,22,24,25,26,28,30,32,35 ch)
7. Tüp her bir ölçüyü belirleyen renk kodlu kannektöre sahip olmalıdır.

**(5300) NAZAL AIRWAY NO:7**

**Açıklama : NAZAL AIRWAY NO:7**

1. Non-toksik tıbbi malzemeden imal edilmiş olmalı ve lateks içermemeli
2. Bükülebilir özellikte olmalı
3. Nazal pasaja travma oluşturmeyen yuvarlatılmış, yumuşak kenarlı olmalı
4. Steril ve kullanıma hazır olmalı
5. 20-36 Fr ölçüleri bulunmalı
6. Tekli paketler halinde olmalıdır.
7. Paketler en az üç yıl miatlı olmalıdır.

**(5292) DISPOSABLE AMBU MASKESİ NO:6**

**Açıklama : DISPOSABLE AMBU MASKESİ NO:6**

1. 6 ayrı boyu bulunmalıdır.
2. Ürün disposable olmalıdır.
3. Her boy maske istenildiği miktarda temin edilebilmelidir.
4. Maske tamamen şeffaf ve yüze tam uyum için şişirilebilir olmalıdır.
5. Maske girişleri maske tutucunun adapte olması için renk kodlu çengelli olmalıdır.
6. Maske lateks içermemelidir.

**(8255) ASPIRASYONA UYGUN LARENGEAL MASKE NO:3**

**Açıklama : ASPIRASYONA UYGUN LARENGEAL MASKE NO:3**

1. Hasta anatomisine uygun şekilde tasarlanmış, tercihen SEBS(Styrene Ethylene Butadiene Styrene) termoplastik madde kullanılarak üretilmiş olmalıdır.
2. Ürün tek kullanımlık olmalıdır ve lateks içermemelidir.
3. Ürün şeffaf olmalıdır.

4. Ürün yerleştirildiği konumda, etrafında dönmesini önlemek için, eliptik yapıda tasarlanmış olmalıdır.
5. Ürünün, damak ile temas eden yüzeyi, düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.
6. Ürünün epiglottise denk gelen bölgesi epiglotun düşmesini ve hava akımına engel oluşturmasını önleyecek bir çıkıntı parçasına sahip olmalıdır.
7. Ürün şişirilebilir "cuff" içermeyen tasarıma sahip olmalıdır.
8. Ürünün doğru yerleştirilmesini sağlamak için kesici dişlerin hizalanması amacıyla bir işaret çizgisine sahip olmalıdır.
9. Ürün, yerleştirildiği konumda olağan klinik uygulamalarda kullanılacak şekilde düşük havayolu basınçlarında kaçak oluşturmamalıdır; bu özelliği klinik çalışmalarla gösterilebilmelidir.
10. Ürün üzerinde gastrik kanal girişi bulunmalıdır; bu kanalın içinden nazogastrik tüp geçmesini sağlayacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.
11. Hasta tarafından ısıtarak havayolu tıkanıklığına yol açmayacak şekilde ürün ile bütünleşik bir ısıрма koruyucu blok sistemi bulunmalıdır ve sert blok parçasının birleşme yerinde, ürün yerleştirilken kıvrılmasını engellemek için bir tasarım özelliğine sahip olmalıdır.
12. Kolay ve hızlı yerleşim için esnek bir yapıya sahip olmalıdır.
13. Ürünün 1-1½-2-2½ pediatrik ve 3-4-5 erişkin boyutları bulunmalıdır.
14. Ürün renk kodlu kaplar içinde kullanıma hazır ambalajlanmış olmalıdır.
15. Ürün tekli paketlerde ve steril olarak sunulmalıdır.
16. Ürün, CE belgesine sahip olmalıdır.

### (5300) NAZAL AIRWAY NO:9

#### Açıklama : NAZAL AIRWAY NO:9

1. Non-toksik tıbbi malzemeden imal edilmiş olmalı ve lateks içermemeli
2. Bükülebilir özellikte olmalı
3. Nazal pasaja travma oluşturmayan yuvarlatılmış, yumuşak kenarlı olmalı
4. Steril ve kullanıma hazır olmalı
5. 20-36 Fr ölçüleri bulunmalı
6. Tekli paketler halinde olmalıdır.
7. Paketler en az üç yıl miatlı olmalıdır.

### (8255) ASPIRASYONA UYGUN LARENGEAL MASKE NO:4

#### Açıklama : ASPIRASYONA UYGUN LARENGEAL MASKE NO:4

1. Hasta anatomisine uygun şekilde tasarlanmış, tercihen SEBS(Styrene Ethylene Butadiene Styrene) termoplastik madde kullanılarak üretilmiş olmalıdır.
2. Ürün tek kullanımlık olmalıdır ve lateks içermemelidir.

3. Ürün şeffaf olmalıdır.
4. Ürün yerleştirildiği konumda, etrafında dönmesini önlemek için, eliptik yapıda tasarlanmış olmalıdır.
5. Ürünün, damak ile temas eden yüzeyi, düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.
6. Ürünün epiglottise denk gelen bölgesi epiglotun düşmesini ve hava akımına engel oluşturmasını önleyecek bir çıkıntı parçasına sahip olmalıdır.
7. Ürün şişirilebilir "cuff" içermeyen tasarıma sahip olmalıdır.
8. Ürünün doğru yerleştirilmesini sağlamak için kesici dişlerin hizalanması amacıyla bir işaret çizgisine sahip olmalıdır.
9. Ürün, yerleştirildiği konumda olağan klinik uygulamalarda kullanılacak şekilde düşük havayolu basınçlarında kaçak oluşturmamalıdır; bu özelliği klinik çalışmalarla gösterilebilmelidir.
10. Ürün üzerinde gastrik kanal girişi bulunmalıdır; bu kanalın içinden nazogastrik tüp geçmesini sağlayacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.
11. Hasta tarafından ısırılarak havayolu tıkanıklığına yol açmayacak şekilde ürün ile bütünleşik bir ısırma koruyucu blok sistemi bulunmalıdır ve sert blok parçasının birleşme yerinde, ürün yerleştirilken kıvrılmasını engellemek için bir tasarım özelliğine sahip olmalıdır.
12. Kolay ve hızlı yerleşim için esnek bir yapıya sahip olmalıdır.
13. Ürünün 1-1½-2-2½ pediatrik ve 3-4-5 erişkin boyutları bulunmalıdır.
14. Ürün renk kodlu kaplar içinde kullanıma hazır ambalajlanmış olmalıdır.
15. Ürün tekli paketlerde ve steril olarak sunulmalıdır.
16. Ürün, CE belgesine sahip olmalıdır.