



## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

### Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20192785

## İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 03/05/2019 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA

İşletme Müdürü V.

### ALIM KONUSU MALZEMELER

### MİKTAR

|   |                                                                  |          |      |
|---|------------------------------------------------------------------|----------|------|
| 1 | ABSORBEND STICK                                                  | 7.500,00 | ADET |
| 2 | ASPIRASYON KANULU BİMANUEL 23G                                   | 10,00    | ADET |
| 3 | EVİSERASYON SFERE                                                | 10,00    | ADET |
| 4 | SASILIK KOTERİ                                                   | 40,00    | ADET |
| 5 | INTRAOCULAR RINGS (ENDOCAPSULAR RINGS) 11.0X13.0(CIONNI HALKASI) | 5,00     | ADET |

TEKLİF NO : 20192785

NOT : ÖDEMELER 180 GÜNDÜR.TEKLİFLERDE MARKA, UBB KODU VE TESLİM TARİHİ BELİRTİLMELİDİR.

İLGİLİ KİŞİ : YUSUF GÜLER

TEL : 2324122405

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

\*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

### TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

|              |                                                                  |      |      |
|--------------|------------------------------------------------------------------|------|------|
| 212.0008.000 | ABSORBEND STICK                                                  | ADET | 7500 |
| 212.0009.000 | ASPIRASYON KANULU BİMANUEL 23G                                   | ADET | 10   |
| 212.0022.000 | EVİSERASYON SFERE                                                | ADET | 10   |
| 212.0058.000 | SASILIK KOTERİ                                                   | ADET | 40   |
| 212.0098.000 | INTRAOCULAR RINGS (ENDOCAPSULAR RINGS) 11.0X13.0(CIONNI HALKASI) | ADET | 5    |

### 1.GENEL ÖZELLİKLER

### 2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

#### (4864) ABSORBEND STICK

##### Açıklama : ABSORBEND STICK

1. Steril ambalaj içerisinde olmalıdır.
2. Hızlı kan ve sıvı absorbe etme özelliğine sahip olmalıdır.
3. Üç taraftan 45 derecelik açı ile sivriltilmiş olmalıdır.
4. 10 adedi bir poşetle steril edilmiş olarak bulunmalıdır.
5. Non-Women materyalden yapılmış olmalıdır.

#### (7421) INTRAOCULAR RINGS (ENDOCAPSULAR RINGS) 11.0X13.0(CIONNI HALKASI)

##### Açıklama : INTRAOCULAR RINGS (ENDOCAPSULAR RINGS) 11.0X13.0(CIONNI HALKASI)

1. 12.0-13.0mm uzunluklarda,dört delikli,PMMA'dan yapılmış olmalıdır.
2. Sütür koymaya uygun haptikleri olmalıdır.
3. Hem sağ hem sol taraf için kullanıma uygun olmalıdır.
4. Steril orjinal ambalajlarında olmalıdır.
5. Teslim edilen malzemenin depoya teslim edildiği tarihte raf ömürlerinin en az üçte ikisi kalmış olmalıdır.
6. Depoya teslim edilen malzemeler firmaya 1 (bir) ay önceden haber vermek kaydı ile miktarı ne olursa olsun firma tarafından istenen ölçülerde,veya uzun miadlılarla değiştirilecektir.
7. Teklif edilen ürün Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıtlı ve onaylı olmalı, tekliflerde onaylı ürün kodu belirtilmelidir.

**(4852) EVISERASYON SFERE**

**Açıklama : EVISERASYON SFERE**

1. Orbital cerrahide kullanılmak üzere üretilmiş olmalıdır.
2. Doğal hydroxyapatite'den üretilmiş olmalıdır.
3. Ürün kolayca şekillendirilebilir olmalıdır.
4. Ürün ağırlığı 0.31gm,implant'taki boş alan %90 olmalıdır.
5. Ölçüleri 16-18-20 ve 22mm ölçüleri olmalıdır.
6. Ürün orijinal ambalajında olmalıdır.
7. Gerekğinde farklı bir ölçü ile 24 saat içinde değiştirileceği taahhüt edilecektir.
8. Ürün Ulusal Bilgi bankasına kayıtlı,Sağlık Bakanlığınca Onaylı olmalıdır.

**(4652) ASPIRASYON KANULU BIMANUEL 23G**

**Açıklama : ASPIRASYON KANULU BIMANUEL 23G**

1. 0,60 x 16 mm ve 23 G, 0,40 mm ölçülerinde olan thinwall kanül olmalıdır
2. Polişirli olmalıdır
3. Ürün numunesi ilgili hekimler tarafından denenerek karar verilecektir.
4. Ürün üzerindeki bilgiler üretim yeri çıkışı(orjinal) olmalıdır. Sonradn yapıştırma (stiker vs.) olmamalıdır
5. Teklif edilen ürün Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıtlı ve onaylı olmalı, tekliflerde onaylı ürün kodu belirtilmelidir.

**(4851) SASILIK KOTERİ**

**Açıklama : SASILIK KOTERİ**

1. Fine tip olmalıdır.
2. Düşük dereceli ısıya sahip olmalıdır.
3. Temp range seviyesi 1100°F (±50°F) olmalıdır.
4. Pille çalışmalı ve steril edilebilmelidir.