



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20192795

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 03/05/2019 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA

İşletme Müdürü V.

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	CERRAHI SUTUR, POLİGLAKTİN, HIZLI EMİLEBİLEN, ORGULU 4/0 17MM YUV.	240,00	ADET
2	6F STEERABLE DECAPOLAR	10,00	ADET
3	POLYGLACTIN MESH	13,00	ADET
4	EKLEM POMPA SETİ	150,00	ADET
5	TEK YONLU VALFSİZ ÇIKIS BORULARI	150,00	ADET

TEKLİF NO : 20192795

NOT : ÖDEMELER 180 GÜNDÜR.TEKLİFLERDE MARKA, UBB KODU VE TESLİM TARİHİ BELİRTİLMELİDİR.

İLGİLİ KİŞİ : YUSUF GÜLER

TEL : 2324122405

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

201.0248.000	CERRAHI SUTUR, POLİGLAKTİN, HIZLI EMİLEBİLEN, ORGULU 4/0 17MM YUV.	ADET	240
218.0160.000	6F STEERABLE DECAPOLAR	ADET	10
224.0011.000	POLYGLACTIN MESH	ADET	13
228.0282.000	EKLEM POMPA SETİ	ADET	150
228.1633.003	TEK YONLU VALFSIZ ÇIKIS BORULARI	ADET	150

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(7236) TEK YONLU VALFSIZ ÇIKIS BORULARI

Açıklama : TEK YONLU VALFSIZ ÇIKIS BORULARI

1. Günlük set ve hasta seti olmak üzere ayrı ayrı paketlenmiş iki kısımdan oluşmalıdır.
2. Günlük setin üzerinde kontaminasyonu önleyici tek yönlü valf, oto-kilitleme aparatı, basınç odacığı, transduser bağlantısı, serum y hattı, basınç odacığının altında bir adet, iki serum hattında da birer adet olmak üzere toplam 3 (üç) adet klemp bulunmalıdır. Elektrodlar uçtan ve yandan etkili olmalıdır.
3. Hasta setinin üzerinde bir adet atık torbası, bir adet oto kilitleme aparatı, bir adet emme kanül giriş hattı bir adet de shaver giriş hattı bulunmalıdır.
4. Setlerle birlikte cihaz da verilmelidir.
5. Set cihazının en az 100cc/dak akım hızında problemsiz çalışabilmelidir.
6. Setler dış akış emişini ve shaver emişini sağlayabilecek tasarımda olmalıdır.
7. Bu setlerin kullanımı ameliyathane duvarında aspiratör tedarik etmeye gerek duyulmamaktadır.
8. Aspirasyon yapabilen çeşitleri bulunduğu gibi, istendiği taktirde elektroda dışarıdan aspirasyon kılıfı takılabilmelidir.
9. Günlük setkontaminasyona izin vermeden birden fazla hastaya aynı gün içerisinde ameliyathanede kullanım olanağı sağlamalıdır.
10. Setler renk kodlarıyla farklılaştırılmalıdır.
11. Setler latex ihtiva etmemelidir.
12. Setler steril ve tekil ambalajlarda olmalıdır.
13. Setler hastanemizde kullanıldığı sürece firma tarafından setlerle birlikte kullanılmak üzere 2 adet pompa cihazı verilmelidir.

(7323) 6F STEERABLE DECAPOLAR

Açıklama : 6F STEERABLE DECAPOLAR

1. Koroner sinüs'e ulaşarak elektrofizyolojik çalışma yapılmasına olanak sağlayan tasarımda olmalıdır.
2. Kateterler Decapolar olmalıdır.

3. Katateterlerin shaft çapı 6 French olmalıdır.
4. Kateterin distal tip kısmının shaftı daha az travmatik olması için özel materyalden imal edilmiştir.
5. Subclavian, Jugular veya Femoral uygulamalara uygun bir yapıya sahip olmalıdır.
6. Kateterin farklı curve seçenekleri olmalıdır.
7. 2-5-2 veya 2-8-2 elektrod aralığı seçenekleri olmalıdır.
8. Band elektrod genişliği 2mm olmalıdır.
9. Handle kısmı ergonomik olarak tasarlanmıştır. Handle' ın simetrik olması sayesinde sağ ve sol el ile kullanım için uygun olmalıdır.
10. Handle itme ve çekme manevraları uygulanarak kontrol edilebilmelidir.
11. Uni-directional yapısı sayesinde fleksiyon yeteneği olmalıdır. Tek yönde curve verilmelidir.

(5246) POLYGLACTIN MESH

Açıklama : POLYGLACTIN MESH

1. Mesh polyglactinden üretilmiş olmalıdır.
2. Ürün tek tek steril ve orjinal ambalajında olup, ambalaj üzerinde sterilizasyon ve son kullanma tarihi üretim parti numarası belirtilmiş olmalıdır.
3. Son kullanma tarihi teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
4. CE belgesi olmalıdır.
5. Teklif edilen ürün TITUBB ye kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı onaylı olmalıdır.
6. Firma TITUBB ye kayıt belgesini ihale dosyasında ibraz etmelidir.
7. Ürün numune üzerinden değerlendirilecektir.

(4809) EKLEM POMPA SETİ

Açıklama : EKLEM POMPA SETİ

1. İrrigasyon seti cihaz bağlantısı kartuş sisteminde olmamalıdır.
2. İki ayrı sıvı girişi bulunmalı ve aynı anda iki torbaya takılabilmelidir.
3. Uzantısı üzerinde 26cm uzunluğunda silikon yapıda çevirme turnikelerinde rahat takılan bağlantısı olmalıdır.
4. Silikon bağlantının devamında silindirik şekilde ve basıncı dengeleyecek algılayıcı sensör olmalıdır.
5. İrrigasyon sesi her marka artroskop kanülüne takılabilir olmalıdır.
6. UBB barkod olmalıdır.
7. Sadece inflow özellikte olmalıdır.

8. Cihaz bağlantısı ile kanül bağlantısı arası uzunluk en az 2,5m olmalıdır.
9. Cihaz bağlantısı ile sıvı torbaları arası en az 1,0 metre olmalıdır.
10. Sıvının akışını kesmeye yarayan üç adet kapama anahtarı bulunmalıdır.
11. Sterilizasyon şekli, tarihi ve son kullanım tarihi, üretim parti no (LOT) numarası belirtilmelidir.