



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20192812

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 03/05/2019 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA

İşletme Müdürü V.

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	EPTFE VASCULAR GRAFT CONFIGURED FOR PEDIATRIC SHUNT	2,00	ADET
---	---	------	------

TEKLİF NO : 20192812

NOT : ÖDEMELER 180 GÜNDÜR.TEKLİFLERDE MARKA, UBB KODU VE TESLİM TARİHİ BELİRTİLMELİDİR.

İLGİLİ KİŞİ : YUSUF GÜLER

TEL : 2324122405

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

244.0162.000	EPTFE VASCULAR GRAFT CONFIGURED FOR PEDIATRIC SHUNT	ADET	2
--------------	---	------	---

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(8219) EPTFE VASCULAR GRAFT CONFIGURED FOR PEDIATRIC SHUNT

Açıklama : EPTFE VASCULAR GRAFT CONFIGURED FOR PEDIATRIC SHUNT

1. Graft PTFE den mamul olmalıdır.
2. Graft stretch teknolojisi ile üretilmiş olmalıdır. Stretch teknolojisi üretici firma tarafından belgelendirilmelidir
3. Stretch özellikli greftlerde greftin PTFE yapısı uzayabilme özelliğine sahip olmalı ve kink oluşumuna karşı dirençli olmalıdır
4. Greftlerin üzerinde dilatasyonu engellemek için iki kat kuvvetlendirici tabaka bulunmalıdır.
5. Graft uzayabilme özelliğinden dolayı ölçü alma kolaylığı sağlamalıdır
6. Graft 3 kereye kadar steril edilebilmelidir
7. Graft ince duvar kalınlığı 0.39mm den fazla olmamalıdır
8. Malzeme kalınlığı 3,5 - 5,0mm aralığında, uzunluğu ise minimum 10cm olmalıdır.