



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20192204

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 05/04/2019 TARİHİ, SAAT 12:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MERAL IŞIKÇI

İşletme Müdürü

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	BAKTERİ FİLTRESİ	6.500,00	ADET
2	ISI NEM FİLTRESİ (HME)	5.000,00	ADET
3	THERMOVENT O2 (LINE)	4.000,00	ADET
4	THERMOVENT T (FİLTRE)	4.000,00	ADET

TEKLİF NO : 20192204

NOT : ÖDEMELER 180 GÜNDÜR.

İLGİLİ KİŞİ : EMEL SÜRER

TEL : 4122408

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

238.0002.000	BAKTERİ FİLTRESİ	ADET	6500
238.0017.000	ISI NEM FİLTRESİ (HME)	ADET	5000
238.0018.000	THERMOVENT O2 (LINE)	ADET	4000
238.0019.000	THERMOVENT T (FİLTRE)	ADET	4000

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(4932) ISI NEM FİLTRESİ (HME)

Açıklama : ISI NEM FİLTRESİ (HME)

1. Filtrenin filtrasyon etkinliği en az % 99,9995 olmalıdır.
2. Filtrenin nemlendirme kapasitesi en az VT=500 ml iken, en az (25 mgH₂O/L air) olmalıdır.
3. Filtrenin ölü boşluğu 80 ml'den fazla olmamalıdır.
4. Filtre ağırlığı en fazla 45 gr olmalıdır.
5. Filtre üzerinde 45 veya 90 derece açıyla örnekleme portu bulunmalıdır.
6. Filtre steril olmalıdır.
7. Ürünün Sağlık Bakanlığı onaylı UBB kaydı bulunmalı, ürünün CE belgesi olmalıdır.
8. Ürünün raf ömrü 3 yıl olmalıdır.
9. Higroskopik özellik taşımalıdır.
10. Teklif edilen ürünün orijinal ambalajı üzerinde basılı olarak ürünün adı, kodu ve teknik özellikleri ile ilgili bilgiler bulunmalı yada numune ile birlikte teknik özellikleri gösteren ürünü tanıttıcı katalog veya broşür verilmelidir.

(4925) THERMOVENT T (FİLTRE)

Açıklama : THERMOVENT T (FİLTRE)

1. Filtre aspirasyon portlu ve O₂ bağlantı portlu olmalıdır.
2. Filtre ölü boşluğu 12 (oniki) cc'den büyük olmamalıdır.
3. Filtre küçük ve hafif olmalı ağırlığı 10 gramı geçmemelidir.
4. Nemlendirme kapasitesi en az 25 (mgH₂O/L air) olmalıdır.
5. Higroskopik ve microwell kağıt yapıda olmalıdır.
6. Filtrenin ortasında hastayı aspire edebilmek için valf olmalıdır.
7. Her boy aspirasyon sondası ile uyumlu olmalıdır.

(4952) BAKTERİ FİLTRESİ

Açıklama : BAKTERİ FİLTRESİ

1. Ürün mekanik ventilasyon tedavisi gören veya inhalasyon anestezisi altındaki hastalarsa bakterial-viral filtrasyon amaçlı olarak kullanılmalıdır.
2. Ürün şeffaf yapıda olmalı, alt ve üst yanlarının birleşim yerinde sekresyonları görmeye engelleyici veya fungus oluşumunu tetikleyici herhangi bir etiket bulunmamalı, filtrenin alt ve üst yanlarını birleştirme için yapıştırıcı madde kullanılmamış olmalıdır.
3. Filtrenin bakteriyal/virüsial filtrasyon etkinliği %99,9995 tidal volume aralığı 300-1500 ml aralığında olmalıdır
4. Filtrenin ölü boşluğu en fazla 80 ml; ağırlığı en fazla 45 gr olmalıdır.
5. Ürünün ambalajı, üretici firma tarafından kapatılmış olup açıldıktan sonra ikinci kez kapatılmayı olanaksız kılacak şekilde olmalıdır.
6. Filtre steril olmalıdır.
7. Teklif edilen ürünün orjinal ambalajı üzerinde basılı olarak ürünün adı, kodu ve teknik özellikleri ile ilgili bilgiler bulunmalı yada numune ile birlikte teknik özellikleri gösteren ürünü tanıttıcı katalog veya broşür verilmelidir.
8. Ürünün raf ömrü 3 yıl olmalıdır.

(5907) THERMOVENT O2 (LINE)

Açıklama : THERMOVENT O2 (LINE)

1. Oksijen bağlantı hortumu hastanemizde kullanılan Trakeostomi HME filtresi ile uyumlu olmalıdır.
2. Oksijen bağlantı hortumunu en az 180 cm uzunluğunda olmalıdır.
3. Kolay deforme olmayan ve kink yapmayan tıbbi malzemeden üretilmiş olmalıdır.
4. Hastanemizde kullanılan oksijen başlığına uyumlu olmalıdır.