



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20192318

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 09/04/2019 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MERAL IŞIKÇI

İşletme Müdürü

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	ETİL ALKOL(96 DERECE)LT.	1.500,00	LİTRE
2	PETRI KUTUSU (50MMX9MM)20LİK	600,00	ADET
3	SANTRİFUJ TUP 15 ML (KAPAKLI)	4.000,00	ADET
4	ABSOLU ALKOL	150,00	LİTRE

TEKLİF NO : 20192318

NOT : ODEME 180GÜN

İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK

TEL : 4122410

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

303.0017.000	ETİL ALKOL(96 DERECE)LT.	LİTRE	1500
306.0028.000	PETRI KUTUSU (50MMX9MM)20LİK	ADET	600
293.0206.000	SANTRİFUJ TUP 15 ML (KAPAKLI)	ADET	4000
303.0051.000	ABSOLU ALKOL	LİTRE	150

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(5804) PETRI KUTUSU (50MMX9MM)20LİK

Açıklama : PETRI KUTUSU (50MMX9MM)20LİK

1. Nonpirojenik olmalıdır ve crystal-grade polystyrenden imal edilmiş olmalıdır.
2. Embriyo kültürüne uygun gama ışınları ile sterilize edilmiş olmalıdır.
3. Boyutları 50,25 MM. O.D. X 8,26 MM. olmalıdır.
4. 20 adetlik ambalajlarda steril edilerek paketlenmelidir.
5. İştirak edecek firmalar ihale öncesi, numunelerini getirip uygunluk belgesi alacaklardır.

(7163) ABSOLU ALKOL

Açıklama : ABSOLU ALKOL

1. Alkol oranı en az %99.99 olmalı.
2. Şeffaf görüntüde ve katkı maddesi içermemeli.
3. Ambalaj içinde tortu içermemeli.
4. Teslim alınmadan önce laboratuvarında denenmeli.
5. Ambalajlar hava, su ve nemden etkilenmeyecek yapıda olmalı.
6. TSE,CE belge standartlarına uygun olmalı.
7. Ürünle birlikte MSDS formu teslim edilmelidir.
8. Son kullanım tarihin en az (12 ay) olmalıdır.

(4589) SANTRIFUJ TUP 15 ML (KAPAKLI)

Açıklama : SANTRIFUJ TUP 15 ML (KAPAKLI)

1. Plastik malzemeden üretilmiş olmalıdır.
2. Ortalama duvar kalınlığı 1,0-1,1 mm olmalıdır.
3. Vida kapaklar tam sızdırmaz olmalıdır.
4. Otoklavlanabilmelidir.
5. Ürün ambalajlı (kutu/poşet) olmalıdır.
6. Ürün ambalajı üzerinde barkot basılmış olmalıdır.
7. Üretici firma laboratuvarında denenmek üzere 20 adet numune temin etmelidir.

(132) ETİL ALKOL(96 DERECE)LT.

Açıklama : ETİL ALKOL(96 DERECE)LT.

1. İhaleye teklif verecek olan firmanın "Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu'nca "Etıl Alkol dağıtımına yetkilendirilmiş firma veya 21.10.2004 tarihli resmi gazetede yayınlanan; "Etıl Alkolün Piyasaya arzı" hakkında tebliğ'in 5. maddesinin c fıkrasına göre ecza depoları, eczane gibi özel dağıtım kanalları olması gerekmektedir.
2. İhaleye, 21.10.2004 tarihli resmi gazetede yayınlanan; "Etıl Alkolün Piyasaya arzı" hakkında tebliğ'in 5. maddesinin c fıkrasına göre ecza deposu, eczane gibi özel dağıtım kanalı olarak teklif veren firmanın, ithalatçı firmanın "Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu'nca verilen "Etıl Alkol İthalatçı Dağıtım Yetki Belgesi'ni ibraz etmesi gerekmektedir.
3. Alkol dansimetresiyle ölçüldüğünde dansimetre değeri 96'nın altında olmamalıdır.
4. Herhangi bir katkı maddesi içermemelidir.
5. Berrak ve tortusuz olmalıdır.
6. Su ile karıştırıldığında bulanıklık oluşmamalıdır.
7. 5 litre'lik bidonlarda teslim edilmelidir.
8. Metil içermemelidir.
9. Ambalajlar üzerinde ürünün kimyasal özelliklerini içeren bir etiket olmalıdır.
10. Ürünün üretim yerindeki analiz raporu ve Hıfzısıhha Enstitüsünce yapılmış Türk Kodeksine ve TSE'ye uygun olduğuna dair raporu ibraz edilmelidir.
11. Üretici firma laboratuvarında denemek ve şahit numune olarak saklamak için numune temin etmelidir.