



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20193024

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 13/05/2019 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA

İşletme Müdürü V.

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	KANUL OPTIFLOW	60,00	ADET
2	NASAL HIGH FLOW SYSTEM COÇUK HORTUM VE CHAMBER KITI	60,00	ADET

TEKLİF NO : 20193024

NOT : ÖDEMELER 180 GÜNDÜR.TEKLİFLERDE MARKA, UBB KODU VE TESLİM TARİHİ BELİRTİLMELİDİR.

İLGİLİ KİŞİ : YUSUF GÜLER

TEL : 2324122405

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

226.0041.000	KANUL OPTIFLOW	ADET	60
226.0042.000	NASAL HIGH FLOW SYSTEM COÇUK HORTUM VE CHAMBER KİTİ	ADET	60

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(6991) KANUL OPTIFLOW

Açıklama : KANUL OPTIFLOW

1. Kanüller nazal yüksek akış sistemleri için özel üretilmiş olmalıdır.
2. Nazal yüksek akış kanüllerinin prematüre, infant ve pediatrik hasta gruplarında kullanılabilmesi için renk kodlu en az dört farklı boyu olmalıdır. Ayrıca yetişkin hastalarda kullanılmak üzere small, medium ve large boyları olmalıdır.
3. Kanüller kink olup tıkanma oluşturmaması adına spiral telli yapıya sahip olmalıdır.
4. Prematüre, infant ve pediatrik kanüllerin düşük ve yüksek akış aralıklarında kullanıma uygun olması gerekmektedir.
5. Prematüre, infant ve pediatrik kanüllerin hastaya bağlantı sistemi hidrocolloid band sistemi içermeli, sabitleme sadece yanak kısımlarında olmalı ve üst kısmı cırcırt sistemli olmalı bu sayede septumda oluşabilecek sıkıntılar ortadan kaldırılabilir.
6. Prematüre, infant ve pediatrik kanüllerin kanüller ayrı ambalajlarda olmalı ve her kanülün üzerinde belirli bir oksijen akışında hastaya giden oksijen akışı litre/dakika olarak belirtilmiş olmalıdır.
7. Prematüre, infant ve pediatrik kanüllerin en az 4 (dört) farklı boyda ve her bir kanülün üzerinde beslenme ve çıkış değerleri açıkça belirtilmiş olmalıdır. Farklı boy kanül sayıları alım esnasında belirlenecektir.
8. Hangi boy kanülden ne kadar alınacağı ünite tarafından belirlenecektir.
9. Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında numuneler denenecektir. Numune getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirilmeyecektir.
10. Teklif veren firma serviste kanüllerin kullanılacağı ventilatör cihazlarında bulunan nemlendiricilerin teknik servisini vermeye yetkili olmalıdır. Bunu tekliflerinde belgelendirmelidirler.
11. Numune denendikten sonra uygunluk verilecektir. Numune getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
12. Tedarikçi firma, kurumun ihtiyacına göre kanül ve kit kullanımı süresince cihaz temininde bulunacaktır.
13. Tedarikçi firma tarafından hastanemiz demirbaşları olan 4 adet fisher paykel marka nazal yüksek akış ısıtıcı nemlendirme ünitesi cihazlarının yedek parçası dahil, yıllık tüm arıza onarımları ve bakımları yapılacaktır.

(6992) NASAL HIGH FLOW SYSTEM COÇUK HORTUM VE CHAMBER KİTİ

Açıklama : NASAL HIGH FLOW SYSTEM COÇUK HORTUM VE CHAMBER KİTİ

1. Nazal yüksek akış kiti en az 1,1 m ısıtıcı inspirasyon hattı, su haznesi (chamber)'dan oluşmalıdır.
2. Nazal yüksek akış kitinin inspirasyon hattı içerisindeki ısıtıcı teller spiralli yapıda olmalıdır ve bu özellik sayesinde devre içindeki hava homojen bir şekilde hastaya gönderilmeli ve inspirasyon hattı içerisindeki su yoğunlaşması önlenmelidir.
3. Her devre paketi içerisinde hastayı koruma amaçlı basınç manifoldu bulunmalıdır.
4. Nazal yüksek akış kiti paketi içerisinde bir adet çift şamandıralı otomatik beslemeli chamber bulunmalıdır.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

5. Nazal yüksek akış sisteminde kullanılacak kanüller klinikte kullanılan hasta devreleri ile birlikte gelen konnektörler ile başka bir adaptöre ihtiyaç duyulmadan kullanılabilir tasarım ve yapıda olmalıdır.
6. Serviste kullanılan nazal yüksek akış kanülleri ile birlikte kullanılabilmelidir.
7. Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında numuneler denenecektir. Numune getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirilmeyecektir.
8. Tedarikçi firma kurumun ihtiyacına göre kanül ve kit kullanımı süresince cihaz temininde bulunacaktır.
9. Tedarikçi firma kurumun ihtiyacına göre kanül ve kit kullanımı süresince inhalasyon adaptörü ve wire adaptörü temininde bulunacaktır.
10. Tedarikçi firma tarafından hastanemiz demirbaşları olan 4 adet fisher paykel marka nazal yüksek akış ısıtıcı nemlendirme ünitesi cihazlarının yedek parçası dahil, yıllık tüm arıza onarımları ve bakımları yapılacaktır.