



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20193241

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 24/05/2019 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	EXTENSION LINE M/F (VENOZ)	1.500,00	ADET
2	NAZOGASTRIK SONDA NO:12	500,00	ADET
3	NAZOGASTRIK SONDA NO:14	2.500,00	ADET
4	NAZOGASTRIK SONDA NO:16	2.800,00	ADET
5	NAZOGASTRIK SONDA NO:20	100,00	ADET
6	NAZOGASTRIK SONDA NO:18	1.000,00	ADET

TEKLİF NO : 20193241

NOT : ÖDEMELER 22/Ç KAPSAMINDA 180 GÜNDÜR.

İLGİLİ KİŞİ : EMEL SÜRER

TEL : 4122408

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

242.0014.000	EXTENSION LINE M/F (VENOZ)	ADET	1500
232.0030.000	NAZOGASTRIK SONDA NO:12	ADET	500
232.0031.000	NAZOGASTRIK SONDA NO:14	ADET	2500
232.0032.000	NAZOGASTRIK SONDA NO:16	ADET	2800
232.0033.000	NAZOGASTRIK SONDA NO:20	ADET	100
232.0034.000	NAZOGASTRIK SONDA NO:18	ADET	1000

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(3530) EXTENSION LINE M/F (VENOZ)

Açıklama : EXTENSION LINE M/F (VENOZ)

1. Steril ambalaj içinde bulunmalıdır.
2. İntravenöz infüzyon setinin uzatılması amacıyla kullanıma uygun olmalıdır.
3. PVC den yapılmış, nonpirojen, her iki ucu bağlantı yapmaya uygun standartlarda olmalıdır.
4. 250 psi özellikte olmalıdır.
5. En az 120 cm uzunlukta olmalıdır.

(4916) NAZOGASTRIK SONDA NO:14

Açıklama : NAZOGASTRIK SONDA NO:14

1. Tıbbi PVC'den yapılmış olmalıdır.
2. Ucu yuvarlatılmış ve atravmatik olmalıdır.
3. Sondanın distal kısmındaki çıkışında en az 3 delik olmalıdır.
4. Sonda üzerinde işaretlenmeye yardımcı çizgiler olmalıdır.
5. Dışarıda kalan ucu beslenme setleri beslenme setleri çam uçlu enjektör ile bağlantıya uygun olmalıdır. Renk kodlu olmalıdır.
6. Ölçekli derinlik işareti olmalıdır.
7. Giriş kolaylığı sağlayan yüzey olmalıdır.
8. Bükülmeye dirençli kolay yerleştirmeyi sağlayan sertlikte olmalıdır.
9. Boyları en az 120 cm olmalıdır.
10. Sondalar tekli steril paketlerde olmalı paketlerin üzerinde son kullanma tarihi ve barkod bulunmalıdır.

11. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir.Bu nedenle 10 adet numune bırakılmalıdır.
12. Nazogastrik sondalar radyografilerde görüntülenebilir (radyoopak) olmalıdır.

(4916) NAZOGASTRIK SONDA NO:18

Açıklama : NAZOGASTRIK SONDA NO:18

1. Tıbbi PVC'den yapılmış olmalıdır.
2. Ucu yuvarlatılmış ve atravmatik olmalıdır.
3. Sondanın distal kısmındaki çıkışında en az 3 delik olmalıdır.
4. Sonda üzerinde işaretlenmeye yardımcı çizgiler olmalıdır.
5. Dışarıda kalan ucu beslenme setleri beslenme setleri çam uçlu en jektör ile bağlantıya uygun olmalıdır. Renk kodlu olmalıdır.
6. Ölçekli derinlik işareti olmalıdır.
7. Giriş kolaylığı sağlayan yüzey olmalıdır.
8. Bükülmeye dirençli kolay yerleştirmeyi sağlayan sertlikte olmalıdır.
9. Boyları en az 120 cm olmalıdır.
10. Sondalar tekli steril paketlerde olmalı paketlerin üzerinde son kullanma tarihi ve barkod bulunmalıdır.
11. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir.Bu nedenle 10 adet numune bırakılmalıdır.
12. Nazogastrik sondalar radyografilerde görüntülenebilir (radyoopak) olmalıdır.

(4916) NAZOGASTRIK SONDA NO:16

Açıklama : NAZOGASTRIK SONDA NO:16

1. Tıbbi PVC'den yapılmış olmalıdır.
2. Ucu yuvarlatılmış ve atravmatik olmalıdır.
3. Sondanın distal kısmındaki çıkışında en az 3 delik olmalıdır.
4. Sonda üzerinde işaretlenmeye yardımcı çizgiler olmalıdır.
5. Dışarıda kalan ucu beslenme setleri beslenme setleri çam uçlu en jektör ile bağlantıya uygun olmalıdır. Renk kodlu olmalıdır.
6. Ölçekli derinlik işareti olmalıdır.
7. Giriş kolaylığı sağlayan yüzey olmalıdır.
8. Bükülmeye dirençli kolay yerleştirmeyi sağlayan sertlikte olmalıdır.
9. Boyları en az 120 cm olmalıdır.

10. Sondalar tekli steril paketlerde olmalı paketlerin üzerinde son kullanma tarihi ve barkod bulunmalıdır.
11. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir.Bu nedenle 10 adet numune bırakılmalıdır.
12. Nazogastrik sondalar radyografilerde görüntülenebilir (radyoopak) olmalıdır.

(4916) NAZOGASTRIK SONDA NO:12

Açıklama : NAZOGASTRIK SONDA NO:12

1. Tıbbi PVC'den yapılmış olmalıdır.
2. Ucu yuvarlatılmış ve atravmatik olmalıdır.
3. Sondanın distal kısmındaki çıkışında en az 3 delik olmalıdır.
4. Sonda üzerinde işaretlenmeye yardımcı çizgiler olmalıdır.
5. Dışarıda kalan ucu beslenme setleri beslenme setleri çam uçlu en jektör ile bağlantıya uygun olmalıdır. Renk kodlu olmalıdır.
6. Ölçekli derinlik işareti olmalıdır.
7. Giriş kolaylığı sağlayan yüzey olmalıdır.
8. Bükülmeye dirençli kolay yerleştirmeyi sağlayan sertlikte olmalıdır.
9. Boyları en az 120 cm olmalıdır.
10. Sondalar tekli steril paketlerde olmalı paketlerin üzerinde son kullanma tarihi ve barkod bulunmalıdır.
11. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir.Bu nedenle 10 adet numune bırakılmalıdır.
12. Nazogastrik sondalar radyografilerde görüntülenebilir (radyoopak) olmalıdır.

(4916) NAZOGASTRIK SONDA NO:20

Açıklama : NAZOGASTRIK SONDA NO:20

1. Tıbbi PVC'den yapılmış olmalıdır.
2. Ucu yuvarlatılmış ve atravmatik olmalıdır.
3. Sondanın distal kısmındaki çıkışında en az 3 delik olmalıdır.
4. Sonda üzerinde işaretlenmeye yardımcı çizgiler olmalıdır.
5. Dışarıda kalan ucu beslenme setleri beslenme setleri çam uçlu en jektör ile bağlantıya uygun olmalıdır. Renk kodlu olmalıdır.
6. Ölçekli derinlik işareti olmalıdır.
7. Giriş kolaylığı sağlayan yüzey olmalıdır.
8. Bükülmeye dirençli kolay yerleştirmeyi sağlayan sertlikte olmalıdır.

9. Boyları en az 120 cm olmalıdır.
10. Sondalar tekli steril paketlerde olmalı paketlerin üzerinde son kullanma tarihi ve barkod bulunmalıdır.
11. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir.Bu nedenle 10 adet numune bırakılmalıdır.
12. Nazogastrik sondalar radyografilerde görüntülenebilir (radyoopak) olmalıdır.