



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20192828

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 06/05/2019 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA

İşletme Müdürü V.

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	SUTURSUZ KAPSUL GERME HALKALARI 10-11 MM	75,00	ADET
2	TORIC HIDROFOBİK GOZ İCİ LENS	10,00	ADET

TEKLİF NO : 20192828

NOT : ÖDEMELER 360 GÜNDÜR.TEKLİFLERDE MARKA, UBB KODU VE TESLİM TARİHİ BELİRTİLMELİDİR.

İLGİLİ KİŞİ : YUSUF GÜLER

TEL : 2324122405

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

212.0036.000	SUTURSUZ KAPSUL GERME HALKALARI 10-11 MM	ADET	75
212.0147.000	TORIC HIDROFOBİK GOZ İCİ LENS	ADET	10

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(4845) SUTURSUZ KAPSUL GERME HALKALARI 10-11 MM

Açıklama : SUTURSUZ KAPSUL GERME HALKALARI 10-11 MM

1. Ring tek parça ve PMMA yapıda olmalıdır.
2. 10 mm ve 11mm ölçülerinde olmalıdır.
3. Halkanın her ucunda pozisyon delikleri olmalıdır.
4. En az 2 yıl matlı olacaktır.

(7435) TORIC HIDROFOBİK GOZ İCİ LENS

Açıklama : TORIC HIDROFOBİK GOZ İCİ LENS

1. Monoblok (tek parçadan mamul) akrilat metakrilat 'tan üretilmiş olmalıdır.
2. 400-500 nanometre arasında zararlı mavi ışığı filtre eden 0.04% sarı polimerize ilave (n-2-13-(2-metilfenilazo)-4-hidroksifenil etilmetakrilamide, al-8739 boya maddesi lens materyalinin içeriğinde olmalıdır.
3. lenslerin su içeriği %3 'ten fazla olmamalıdır.
4. UV koruyucu olmalıdır.
5. Hidrofobik yapıda, anterior biconvex toric aspheric yüzeye sahip olmalıdır. Haptik yapısı stableforce modifiye L olmalıdır. (sıvı ile doldurulmuş flakonlar içinde olmamalıdır). Katlanabilme özelliği özelliği olmalıdır.
6. Lens düzleminde düzeltici silindirik gücü 1.5 D, 2.25 D, 3.00 D, 3.5 D, 4.0 D olmalıdır.
7. Lensin arka yüzeyindeki flat eksenini gösteren "eksen işaretleri" yer almalıdır.
8. Refraktif indeksi 1.47-1.55 arası olmalıdır.
9. Toplam lens uzunluğu 13.0mm olmalıdır.
10. 6.0mm optik çapında olmalıdır.
11. Optik haptik düzlemi arasında açı olmamalıdır.
12. Ön kamara derinliği 5,30-5,40 mm arasında olmalıdır.
13. A sabiti 118.7-119.0 arasında olmalıdır.
14. +6.0 D ile +30.0 D dioptri aralığında ve 0.5 dioptrileri ve +31.0D ile +34.0D türkiye pazarında stoklu olmalıdır.
15. Sferik eşdeğer gücü hesaplayan , kullanıcıya kolaylık sağlayan online bir program olmalıdır.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

16. Teklif edilen lenslerin bütün dioptriler en fazla 2.2-2.4mm kesiden rahatça implant edilebilmelidir.
17. Unfolder ve kartuş sistemi hasta güvenliği açısından teklif edilen lens ile aynı marka olmalı ve bunların ubb kaydı olmalıdır. Teklif veren firmalar teklifleri ile birlikte ubb kaydı ve katalog veya belge vermelidirler.
18. Tedarikçi firma malzemenin kullanılabilmesi için gerekli olan 1 adet toric lens işaretleyici (intra-op marker), 1 adet derce gösterge halkası (intra-op marker), 1 adet yatay eksen işaretleyici (pre-op marker) ürünlerle birlikte teslim etmelidir.