



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20193658

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 14/06/2019 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	VENTRİKULER REZERVUAR	1,00	ADET
---	-----------------------	------	------

TEKLİF NO : 20193658

NOT : 22/D (DOĞRUDAN TEMİN)

İLGİLİ KİŞİ : EMEL SÜRER

TEL : 4122408

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

227.0004.000	VENTRIKULER REZERVUAR	ADET	1
--------------	-----------------------	------	---

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(8702) VENTRIKULER REZERVUAR

Açıklama : VENTRIKULER REZERVUAR

1. Girişkonnektörü katater için sadece bir devir bağlantısı sağlanmalıdır.
2. Enjeksiyon yapılabilir dome 25 gauge iğne ile eğik olarak en az 130 enjeksiyona müsaade edebilmelidir.
3. Polipropilen iğne gardı delip geçmeyi engellemeyi sağlamalıdır.
4. CT ve MRI görüntüsünde ki yansımayı(parazit) engelleyen , metalik olmayan dizayna sahip olmalıdır.
5. Radyopak indikatör rezervuar kataer bağlantı yaklaşıklığını kontrol kolaylığı sağlamalıdır.
6. Dacronla güçlendirilmiş suture tabanı, tabanının yırtılmadan suturlenmesine olanak sağlamalıdır.
7. Baryum kaplı ventricular katater katater kink olmayı ve baskı direncinin radyopak görüntülenmesine olanak sağlamalıdır.
8. Rezaervuar çapı 18-28mm, yüksekliği 6-8mm olmalıdır.
9. Rezervuar dome hacmi 0,3ml veya 1,1 ml olmalıdır.
10. Düz tabanlı ve yandan girişli dome olmalıdır.
11. Rezervuarla birlikte 23cm uzunluğunda baryum kaplı küçük çaplı ventricular katater olmalı, ventricular katater olmalı, ventricular kataterin sağ açılı konnektörü bulunmalıdır.
12. Katater iç çapı 1.2ml, dış çapı 2.1 olmalı, yuvarlatılmış ucundan sonra 1.6 cm uzunluğundaki mesafedeki 4 sıralı 8 delikli giriş ucu bulunmalı, 5 cm aralıklı 3 adet radyopak mesafe belirleyici işareti bulunmalıdır.