



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20194460

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 25/07/2019 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA

İŞLETME MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	HAVAN PORSELEN (TAKIM)	10,00	ADET
2	NST KAGIDI KRANZBUHLER (PHILPS AVALON FETAL MONITOR 20/30,40/50 ICIN)	100,00	ADET
3	HUCRE KULTUR TUPU 12 ML	1.500,00	ADET
4	SKOPI BASLIGI(AMELIYATHANE)	1.800,00	ADET

TEKLİF NO : 20194460

NOT : ODEME 180 GUN

İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK

TEL : 4122410

E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

298.0058.000	HAVAN PORSELEN (TAKIM)	ADET	10
292.0031.000	NST KAGIDI KRANZBUHLER (PHILPS AVALON FETAL MONITOR 20/30,40/50 ICIN)	ADET	100
293.0142.000	HUCRE KULTUR TUPU 12 ML	ADET	1500
295.0008.000	SKOPI BASLIGI(AMELIYATHANE)	ADET	1800

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(5467) HUCRE KULTUR TUPU 12 ML

Açıklama : HUCRE KULTUR TUPU 12 ML

1. Steril, tek kullanımlık olmalıdır.
2. Hücre kültürü için özel işlemlenmiş olmalıdır.
3. Tüp 17x100 mm ebatlarında olmalıdır, 12 ml hacminde olmalıdır.
4. Tüp polistiren, kapak yüksek dansiteli polietilen olmalıdır.
5. Konik dipli olmalıdır.
6. Tüp tabanı etekli olmalıdır (tüp portüpsüz dik durabilmelidir).
7. 'DNase, RNase, human DNA, pyrogens free' olmalıdır.
8. Non-sitotoksik olmalıdır.
9. -20 ve +60 derece arasında kullanılabilirdir.
10. Üretim tarihinden itibaren 4 yıllık bir kullanım süresi olmalıdır.
11. 5'li paketlerde ambalajlanmış olmalıdır.
12. Ürün ambalajı üzerinde barkot basılmış olmalıdır.
13. Üretici firma laboretuvarda denemek ve şahit numune olarak saklamak için 20 adet numune temin etmelidir.

(3617) HAVAN PORSELEN (TAKIM)

Açıklama : HAVAN PORSELEN (TAKIM)

1. Porselenden imal edilmiş olmalıdır.
2. 12 cm çapında ve ağızlı yapıda olmalıdır.
3. Porselenden yapılmış tokmak bulunmalıdır.
4. Karton kutu içinde takım olarak paketlenmiş olmalıdır.Kutu üzerinde barkot bulunmalıdır.

5. Havan, ezilen ilaçların dibine yapışmayacak özellikte porselenden imal edilmiş olmalıdır.
6. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir, bu nedenle 1 adet numune bırakılmalıdır.
7. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.

(5446) SKOPI BASLIGI(AMELIYATHANE)

Açıklama : SKOPI BASLIGI(AMELIYATHANE)

1. Ebatları 90 x 130 cm olmalıdır.
2. Bir ucu kapalı bir ucu açık olan ucu lastik ile çevrilmiş olmalıdır.
3. Lastikle poşet arasında delik ve yırtık olmamalıdır.
4. Lastik olan uç kendi halinde bırakıldığında 45cm. den daha kısa olmamalıdır.
5. Kullanılan lastik lateks içermemelidir.
6. Örtü kalın naylon, şeffaf ve yırtılmaz naylondan yapılmış olmalıdır.
7. Tekli steril paketlerde olmalı.
8. E.O. ile steril edilmiş olmalı.
9. Teslim tarihinden itibaren en az iki yıl raf ömrü olmalı.
10. Ulusal bilgi bankası kaydı olmalı.