



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20194017

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 04/07/2019 TARİHİ, SAAT 00:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	OXYGENATOR VE REZARVUAR (YETİSKİN)	100,00	ADET
---	------------------------------------	--------	------

TEKLİF NO : 20194017

NOT : ÖDEMELER 360 GÜNDÜR.TEKLİFLERDE MARKA, UBB KODU VE TESLİM TARİHİ BELİRTİLMELİDİR.

İLGİLİ KİŞİ : YUSUF GÜLER

TEL : 2324122405

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

Ek: Teknik Şartname (1 syf)

FORM NO: MYS_0072

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

244.0042.000	OXYGENATOR VE REZARVUAR (YETISKIN)	ADET	100
--------------	------------------------------------	------	-----

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(5036) OXYGENATOR VE REZARVUAR (YETISKIN)

Açıklama : OXYGENATOR VE REZARVUAR (YETISKIN)

1. Oksijenatör altı saate kadar olan, açık kalp ve aort damar ameliyatlarında damar dışı dolaşım sisteminde güvenle kullanılabilir özellikte olmalıdır.
2. Oksijenatör Polypropylene membrane yapıda ve ya heparin ve biaktivite içermeyen Phisio (Phosphorylcholine) kaplı olmalıdır.
3. Oksijenatörün membran yüzey alanı 1,3 m2 den az olmamalıdır.
4. Oksijenatör statik priming volume 275 ml.den fazla olmamalıdır (filtre entegreli olmayanlar için)
5. Oksijenatör ve rezervuar içi görünür yapıda şeffaf olmalıdır.
6. Rezervuar kapasitesi 4000 ml.den az olmamalıdır.
7. Oksijenatör minimum 0,7- (+/- 0,3)litre/dakika maximum 7,5 (+/- 0,5) litre / dakika flowa uygun olmalıdır.
8. Oksijenatörde gerektiğinde kullanılmaya hazır hava çıkarma portu olmalı, bu sayede oksijenatör içerisinde ki hava kolaylıkla çıkarılabilmelidir (Resirkülasyon hattı).
9. Rezervuarın venöz girişi rotatable olmalıdır.
10. Oksijenatörde arterial ve venöz kan alma portları ile ısı ölçme portları olmalıdır.
11. Oksijenatörden gerektiğinde volatil ajanlar verilebilmelidir üzerinde bulunan suction tüp girişleri 360° dönebilme özelliğine sahip olmalıdır.
12. Rezervuar üzerinde ¼ ve 3/8 girişlere uygun konektörler bulunmalıdır.
13. Rezervuar filtresi 40µ (+/- 1) altında olmamalıdır.
14. Hastane talep ettiğinde, belirlenen adetlerdeki mevcut oksijenatör, vakuma dayanıklı rezervuara sahip oksijenatör ile değiştirilecektir.
15. Oksijenatörde minimum çalışma hacmi 300 ml den fazla olmamalıdır.(tercihen düşük olmalı)
16. Oksijenatör Heat Exchanger alanı 0,45 m2 den çok olmamalıdır
17. Oksijenatör ve rezervuarı, tekli ve steril paketler halinde olmalıdır.
18. Oksijenatör CE kalite kontrol belgesine sahip olmalıdır.
19. Son kullanma tarihinin tamamlanmasına 6 ay kalan ürünler yüklenici firma tarafından 1 kez yeni tarihli ürünlerle değiştirilmeli veya malzemelerin sterilizasyonu mümkün ise firma tarafından sterilizasyonu yapıp yeniden 2 yıl miadlı olarak teslim edilmelidir.
20. Kırık, eksik, bozuk ürün çıkması halinde firma tarafından tamamlanmalı veya değişim yapılmalıdır.
21. Oksijenatör prime hacmi düşük olanlar tercih nedenidir.
22. Oksijenatörlerin holder'ları (en az 2 adet) ve uygun ısı prop'ları (en az 4 adet) teslim edilmelidir.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

01/07/2019 09:08:12