



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20194963

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 22/08/2019 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA

İŞLETME MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	PRINTER KAGIDI (GETİNGE BUHAR STERİLİZATORUNE UYUMLU)	200,00	ADET
---	---	--------	------

TEKLİF NO : 20194963

NOT : ODEME 180GÜN

İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK

TEL : 4122410

E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

292.0066.000	PRINTER KAGIDI (GETINGE BUHAR STERİLİZATORUNE UYUMLU)	ADET	200
--------------	---	------	-----

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(8165) PRINTER KAGIDI (GETINGE BUHAR STERİLİZATORUNE UYUMLU)

Açıklama : PRINTER KAGIDI (GETINGE BUHAR STERİLİZATORUNE UYUMLU)

1. Printer Kağıdı , Hastanemiz Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde yerleşik Getinge marka buhar sterilizatörüne uygun olmalıdır.
2. Termal özellikte olmalıdır.
3. Sıcaklık, basınç ve zaman parametreleri kaydedilebilmelidir.
4. Printer Kağıdı, Hastanemiz Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde bulunan buhar sterilizatör üzerindeki numunesine uygun olmalıdır.