



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20194733

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 09/08/2019 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA

İŞLETME MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	KULAK SPEKULUMU NO:2,5 (HEINE OTOSKOP'A UYUMLU)	2.000,00	ADET
2	SEROLOJİK PİPET 25 ML STERİL	120,00	ADET
3	NAYLON TORBA 20X30 (1 KG'LIK)	1.200,00	KİLOGRAM
4	ANNE-BEBEK KOL BANDI (PEMBE-KIZ)(CİFT)	300,00	ADET
5	SFT BLOK AGIZLIGI (FİLTRELİ - PEDIATRİK)	1.200,00	ADET
6	NİTRİL PUDRASIZ MUAYENE EL DİVENİ	70.000,00	ADET

TEKLİF NO : 20194733

NOT : ODEME 180 GÜN

İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK

TEL : 4122410

E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

298.0022.000	KULAK SPEKULUMU NO:2,5 (HEINE OTOSKOP'A UYUMLU)	ADET	2000
293.0044.000	SEROLOJİK PIPET 25 ML STERİL	ADET	120
305.0017.000	NAYLON TORBA 20X30 (1 KG'LIK)	KİLOGRAM	1200
298.0265.000	ANNE-BEBEK KOL BANDI (PEMBE-KIZ)(CİFT)	ADET	300
299.0017.000	SFT BLOK AGIZLIGI (FILTRELİ - PEDIATRİK)	ADET	1200
298.0487.000	NITRİL PUDRASIZ MUAYENE EL DİVENİ	ADET	70000

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(6383) SFT BLOK AGIZLIGI (FILTRELİ - PEDIATRİK)

Açıklama : SFT BLOK AGIZLIGI (FILTRELİ - PEDIATRİK)

1. Filtre, birimimizde kullanılan ZAN100 marka spirometre cihazına birebir uyumlu olmalı, ayrıca adaptör vs. gerektirmemelidir.
2. Filtre, tek kullanımlık (disposable) olmalıdır.
3. İstenilen filtre, extra ağızlığı gerek kalmaksızın, kendinden ağızlıklı olmalıdır. Ayrıca ağızlık, çocukların ve yetişkinlerin anatomik ağız yapısına uygun olmalıdır.
4. İstenilen filtrenin ağızlık kısmı, ölçüm esnasına hastanın dudaklarına yapışmaması ve kaymaması için gerekli olan pürüzlü yapıya sahip olmalıdır.
5. İstenilen filtrede bakteriyel ve viral filtrasyon bir arada olmalıdır. Her iki filtrasyonda da etkinlik %99' dan yüksek olmalıdır. Bu husus test raporları ile belgelendirilmelidir.
6. Teklif edilen nihai ürüne ve ürün içerisindeki filitreleme pedine ait bakteri ve virüs filtrasyon raporları, teklif ile birlikte ayrı ayrı sunulmalıdır.
7. Bakteri filtresinin hava akım rezistansı, hem nefes alma hem de nefes verme sırasında %0,70'den fazla, filtrede ölü boşluk 75 ml'den büyük olmamalıdır.
10. Filtrenin dış çapı 29 mm olmalıdır.
10. Filtre, solunum akımında basınç kaybı olmaması ve dış etkenlerden etkilenmemesi için stabil, açılmaz yapıda olmalıdır. İnsan sağlığı açısından üründe kimyasal yapıştırıcı kullanılmamış ve ultrasonik yöntemle yapıştırılmış olmalıdır.

(6421) SEROLOJİK PIPET 25 ML STERİL

Açıklama : SEROLOJİK PIPET 25 ML STERİL

1. Tek tek steril edilmiş ve paketlenmiş olmalıdır.
2. Pipetin malzemesi polystrene olmalıdır.
3. Pipetler tıpalı olmalıdır.
4. Steril ve şeffaf paketlerde içindeki pipetlerin renkli kodları ile kolayca ayırt edilebilir olmalıdır
5. Pipet 25 ml taşıma hacmine sahip olmalıdır.

6. Pipetler üzerinde rahatlıkla okunabilir skala olmalıdır
7. Non-projenik ve non-toksik sertifikalı olmalıdır.
8. Ürün ambalajlı (kutu/poşet) olmalıdır.
9. Ambalaj üzerinde barkod basılmış olmalıdır.
10. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu nedenle 1 adet numune bırakılmalıdır.
11. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.

(5438) NAYLON TORBA 20X30 (1 KG'LIK)

Açıklama : NAYLON TORBA 20X30 (1 KG'LIK)

1. Ağırlığı en az 4 gram olmalıdır.
2. 300X200 ±2 mm uzunluğunda olmalıdır.
3. Şeffaf renk olmalıdır.
4. İçerisine toz, hava vs almayacak şekilde plastik torba içinde 250 'lik paketler halinde teslim edilmelidir.
5. Tarım ve Köy işleri Bakanlığı izni ile üretilmiş olacaktır. Üretim izni teslim anında belgelenecektir.
6. Ürün ambalajı üzerine ürünün nerde üretildiği, üretim tarihi, adres ve irtibat bilgileri, tescilli markası olacaktır.
7. Tüm yüzeyler pürüzsüz ve düz olmalıdır. Herhangi bir kabarıklık, üretim hatası içermemelidir.
8. Kenarlarında kesim yerlerinde(uç noktalarında) çapak olmamalıdır.
9. LDPE malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
10. Gıda ürünlerinin saklanması uygun olmalıdır.
11. Desensiz düz formda olmalıdır.

(5881) KULAK SPEKULUMU NO:2,5 (HEINE OTOSKOP'A UYUMLU)

Açıklama : KULAK SPEKULUMU NO:2,5 (HEINE OTOSKOP'A UYUMLU)

1. Hastanemizde kullanılmakta olan HEINE marka ve K-100 model duvar tipi otoskoplara uygun olmalıdır.
2. Disposable olmalıdır.
3. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibari ile en az 2 yıl miadlı olmalıdır.
4. Malzemenin kutu/paketi üzerinde barkot basılı olmalıdır.
5. Üretici firma denenmek ve şahit numune olarak saklanmak üzere 10 adet numune temin etmelidir.
6. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.

(7727) NITRİL PUDRASIZ MUAYENE ELDIVENİ

Açıklama : NITRİL PUDRASIZ MUAYENE ELDIVENİ

1. Nitriden imal edilmiş olmalıdır, latex (kauçuk) ihtiva etmez.
2. TS EN 455-1, TS EN 455-2, TS EN 455-3 nolu standartlara uygun üretilmiş olmalıdır.
3. Non-steril olmalıdır.
4. Mavi renk olmalıdır.
5. Pudrasız olmalıdır.
6. Sağ-sol ayrımı yoktur. Harici ele de giyilebilir olmalıdır.
7. Eldivenin kalınlığı dokuyu hissedecek hassasiyette olmalıdır.
8. Tek hamlede giyip çıkarmada eldivenlerde yırtılma ve parçalanma olmamalıdır.
9. Eldiven içinde ve dışında imalat atığı kırıntı ve toz bulunmamalıdır.
10. Boyutları standartlara uygun olmalıdır.
11. Giyildiğinde her iki ele uyum göstermelidir.
12. Konçlar sıkı ve bilekten düşmeyecek özellikte olmalıdır.
13. Ambalaj üzerinde eldiven boylarını (S-M-L) gösteren işaret ya da numara belirtilmiş olmalıdır.
14. Ambalaj üzerinde üretim tarihi, markası, adeti, son kullanım tarihi, lot numarası ve barkot bulunmalıdır.
15. 100'lük ambalajlarda uygun şekilde paketlenmiş olmalıdır.
16. Ürünler hastahanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu nedenle Small, Medium ve Large boyutlarda 3'er paket orjinal ürün numune olarak bırakılmalıdır.
17. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
18. Yırtılmaya, delinmeye dayanıklı olmalıdır.
19. Hipoallerjik olmalı.
20. CE belgesi bulunmalıdır.