



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20195512

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 23/09/2019 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA
İŞLETME MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	ELEKTRİKLİ SUPURGE	2,00	ADET
---	--------------------	------	------

TEKLİF NO : 20195512

NOT : ÖDEMELER 180 GÜNDÜR. TEKLİFLERDE MARKA MODEL BELİRTİLMELİDİR.

İLGİLİ KİŞİ : BINAY YEŞİLYAYLA

TEL : 4123945

E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

* TEKLİFLE BİRLİKTE TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI VERİLECEKTİR. TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMeye ALINMAYACAKTIR.

* TEKLİFLE BİRLİKTE MARKA, MODEL VE UBB KODLARININ DA VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

441.0710.000	ELEKTRIKLI SUPURGE	ADET	2
--------------	--------------------	------	---

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(8291) ELEKTRIKLI SUPURGE

Açıklama : ELEKTRIKLI SUPURGE

- KONU: Bu teknik şartname;DEÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği'nin ihtiyacı olan idari hizmetler temizlik işlerinde kullanılmak üzere "Elektrik Süpürgesi Torbasız (Islak -Kuru çekim)" ile ilgili istenilen teknik özellikleri kapsar.
- TEKNİK ÖZELLİKLER :
 - Darbelere karşı dayanıklı olmalı, taşınabilirliği kolay olmalıdır.
 - Makinenin tank hacmi en az 22 Litre olmalıdır.
 - Makine (ıslak ve kuru çekerken) torbasız kullanılmalıdır.
 - Makine motor gücü en az 1000 W olmalıdır.
 - Güç kablosu uzunluğu en az 10 m olmalıdır.Makine üzerinde kablo toplama,sarma özelliği olmalıdır.
 - Makinenin ses seviyesi en fazla 62 db(A) olmalıdır.
 - Vakum gücü en az 200 mbar olmalıdır.
 - Hava akışı en az 48 Litre/saniye olmalıdır.
 - Makinenin boş ağırlığı (kablo ile birlikte) en fazla 15 kg olmalıdır.
 - Makine 220-240 V AC - 50/60 Hz şehir şebeke akımı ile çalışmalıdır.
 - Makine'de motoru koruyan filtre sistemi olmalıdır. Bu özellik numune cihaz üzerinde de gösterilmelidir.
 - Aksesuarlar: A) Koltuk Döşemeleri için kullanıma uygun temizleme aparatı 1 set, B) Islak ve Kuru Sert zeminde, halıda, parkede, epoksi, marley, vb. tüm zeminlerde kullanıma uygun aparatlar 1 set C) Metal emiş tüpleri (Uzatma boruları) 1 set D) Vakum hortumu 1 set E) Emiş başlığı (Fixomat) 1 set F) Su ve toz çekme filtre sistemleri 1 set G) Motoru koruyan filtre sistemi 1 set H) Bu maddede özellikle belirtilmemiş ancak Makinenin orjinal kataloğunda gösterilen tüm aksesuarlardan 1 set teslim edilecektir. İstenen ve orijinal kataloğunda gösterilmiş tüm aksesuarlar, orijinal katalog üzerinde işaretlenerek gösterilecektir.
 - Vakum tankı dolduğunda vakum sistemini kapatabilen veya korumaya alan bir sistemi olmalıdır. Bu sistem sayesinde vakum motoruna sıvı vb. kaçması engellenmelidir. Bu özellik numune cihaz üzerinde de gösterilmelidir.
 - Makinede mekanik şamandıra sistemi veya elektronik şamandıra sistemine sahip olmalıdır. Bu özellik numune cihaz üzerinde de gösterilmelidir.
 - Makine çalışırken, dışarıya toz ve partiküllerin çıkmasını engelleyecek filtre sistemine sahip olmalıdır. Bu özellik numune cihaz üzerinde de gösterilmelidir.
- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ:
 - Sistemin tüm parçaları kullanılmamış olmalıdır. Aynı zamanda makine ; hiç kullanılmamış olduğunu belirtir özel işaretli orijinal ambalajında teslim edilecektir. Daha önce "demo" amaçlı olarak kullanılmış cihaz teslim edilmeyecektir.
 - Teklifler ile birlikte tanıtıcı broşür ve katalogların verilmesi ve teklif edilen malzemelerin Şartnameye Uygunluk Belgesinde belirtilen özelliklerinin kataloglar ile teyit edilmesi gerekmektedir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

- 3.3. Makineler ve elektronik üniteler elektrik çarpmalarına karşı Class 2 sınıfında olmalıdır. Cihazın marka ve modelinin "CE" belgesi olmalıdır.
- 3.4. Firmalar, Teklifleri ile birlikte, teklif ettikleri cihaz numunesini de getireceklerdir. Numune üzerinde, teknik şartnamede istenen tüm özellikler gösterilecektir. Varsa Sistemin ilave üstünlüklerini de numune üzerinde ve orijinal kataloğunda da göstererek teklif mektuplarında belirteceklerdir. Değerlendirme komisyonu gerekli gördüğü takdirde uygulamalı gösteri isteyebilir.
- 3.5. Satıcı firma teklif ettiği makinenin imalatçısının Türkiye temsilcisi olduğunu gösterir "Temsilcilik Belgesini" teklifine eklemek zorundadır.
- 3.6. Üretici firma, ISO 9001:2008 ve ISO 14001:2004 belgelerini idareye sunmak zorundadır.
- 3.7. Üretici ve/veya temsilci firma "Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi ve/veya Garanti Belgesi"ni idareye sunmak zorundadır.
- 3.8. Firmaca fabrikada yapılan en son testlere ait raporlar (Kalite Kontrol Belgesi) muayene heyetine teslim edilecektir.
- 3.9. Satıcı firma fabrika ve/veya TSE onaylı almış olduğu "HİZMET YETERLİLİK BELGESİ"ni teklifi ile birlikte vermelidir. Hizmet Yeterlilik Belgesi olmayan firmaların teklifleri dikkate alınmayacaktır.
4. **TEKNİK SERVİS, GARANTİ SÜRESİ VE ŞARTLARI:**
 - 4.1. İhalesi yapılan Sistem, her türlü yedek parça, sarf malzeme (yıkama sölüsyonları hariç) ve bakım onarım için 3 (üç) yıl parça ve sarflar dâhil tam garantili olacaktır. Kullanım sırasında oluşacak çarpmalar, vuruntular, vb. ile oluşacak kasıtsız her türlü darbeler ile oluşacak sistemin çalışmasını engelleyen arızalara karşı garantili olacaktır. Bu süre içinde Sistemin çarpma, vurma gibi dış yapıya yapılan fiziksel darbelerle oluşacak, sistemin çalışmasını engelleyen arızalarının onarımında yedek parça, sarf malzeme ve bakım onarımdan firma ücret talep etmeyecektir. Makinenin motoruna sıvı girmesi durumunda garanti kapsamında sayılacaktır. Tutanakla da tespit edilmiş, kasıtlı arızalar, gövde yırtılması, derinliği 1 cm yi geçmeyen çarpma ezilmesi çukurları, gövde ve aksesuarlarda oluşan üretim hatası dışında oluşan yırtılmalar, kesikler, çatlaklar, kırılmalar, vb. durumlar garanti kapsamı dışındadır.
 - 4.2. Hastanemiz çalışmaları gereği makinenin garanti kapsamı içinde yapılacak periyodik bakım işlerinin makine ile birlikte saklanma zorunluluğu vardır. Bu nedenle satıcı firma makinenin hastane idaresince tahis edilen yere teslimi sırasında makine ile birlikte "Makinenin periyodik bakım prosedürleri, bakım takvimi ve yapılacak zorunlu kontroller ile zamanla değişmesi gereken yedek parça ve/veya sarf parça listesini" üretici ve/veya türkiye temsilcisi firma onaylı olarak makine ile birlikte teslim edecektir. Makine periyodik bakım ve/veya yedek parça gerektirmiyorsa bu husus üretici ve/veya türkiye temsilcisi onaylı olarak belgelenmeli, makine periyodik bakım ve/veya yedek parça gerektiriyorsa bu bakımların ve parça-sarf parça değişiminin firma tarafından ücretsiz yapılacağı taahhüt edilmelidir.
 - 4.3. Yüklenici firma garanti bitiminden sonra da en az 7 (yedi) yıl süreyle ücreti karşılığında servis ve yedek parça sağlamayı taahhüt edecek ve yedek parçaların ileriye dönük TL esas alınarak, sipariş kodlarını ve fiyatlarını liste halinde verecektir. Yıllık esas alınarak en çok fiyat artışları, Ürünün Türk Lirası esas alınarak (Kamu İhale Kurumunun, ilan/Davet tarihi 01.02.2014 tarihi ve sonrası olanlar için kullanılacak Yİ-ÜFE, Yurtiçi-Üretici Fiyat Endeksi hesaplama tablosuna göre) güncellenerek hesaplanacaktır.
 - 4.4. Garanti süresi sonrası bakım anlaşması yapıldığı takdirde, "Yıllık Bakım Anlaşması" bedeli, Ürünün Türk Lirası Bazındaki (Kamu İhale Kurumunun, ilan/Davet tarihi 01.02.2014 tarihi ve sonrası olanlar için kullanılacak (Yİ-ÜFE) Yurtiçi-Üretici Fiyat Endeksi hesaplama modulüne göre) güncellenen sözleşme bedeli/fatura bedelinin, Parça hariç %1'ini, Kısmi Parça Dâhil %2'sini veya Parça Dâhil %4'ünü geçemez.
 - 4.5. Kurum bu hizmetleri almak için bakım-onarım sözleşmesi yapmak zorunda değildir. Firma bu sözleşme yapılmaya da ücreti mukabili kurumun onarım-bakım-kalibrasyon ve yedek parça talebini karşılamak zorundadır.
 - 4.6. Arıza bildirimi Hastane idaresi tarafından sözlü (telefon ile), e-posta veya WhatsApp yazılı olarak firma teknik servisine /bürosuna /sorumlusuna bildirildiği saatte başlar ve arızaya 24 (Yirmidört) saat içerisinde müdahale edilmiş olması gerekir. Yurt dışından yedek parça ithali gerekmediği durumda en geç 2 (iki) is günü içinde makineyi çalışır duruma getirmek zorundadır. Yurt dışından yedek parça ithalatı gereksinimi varsa; en geç 15 (on beş) is günü içinde ithalatı gerçekleştirmek ve makineyi çalışır duruma getirmek zorundadır.
 - 4.7. Yüklenici aynı zamanda 15 (on beş) iş gününü aşan onarım sürelerinde, yedek parça tedarik ve onarım süresince eşdeğer veya daha üstün özelliklere sahip başka bir makineyi idareye ücretsiz olarak tahsis etmekle yükümlüdür. 30 (otuz) takvim günü içinde bütün fonksiyonlarıyla çalıştırılacaktır. Arızalı geçen ve teknik servis formunda da belirtilecek süre, garanti süresinden sayılmayacaktır.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

- 4.8. Makinenin idareye teslim edildiği tarihten itibaren, kullanım hataları dışında ve garanti süresi içinde kalmak şartıyla, 1 (bir) yıl içerisinde aynı arızanın 3 (üç) ve daha fazla sayıda tekrarlanması, farklı tipteki arızaların 4 (dört) ve daha fazla sayıda meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının 7 (yedi) ve daha fazla sayıda olması ve bu arızalar nedeniyle makineden yararlanamama sonucunu ortaya çıkarması durumunda, yüklenici firma makineye eşdeğer veya daha üstün özelliklere sahip yeni bir makineyle değiştirmekle yükümlüdür.
- 4.9. Firma, makineye yapılan bakım ve onarımlar için (arızalı geçen sürenin de belirtildiği) servis raporu düzenleyecek, bir kopyasını sistem sorumlusuna teslim edecektir.
- 4.10. Firma mesai saatleri dışında oluşacak arızanın bildirileceği en az 2 (iki) kişilik personel listesini ve telefon, WhatsApp, ve fax numaralarını, e-posta adreslerini idareye/Teknik Hizmetler Müdürlüğüne verecektir. Bu listedeki kişilere ulaşılamadığı idare tarafından en az 3 (üç) kişiyle saptandığı takdirde arıza bildirilmiş sayılacaktır.
- 4.11. Garanti süresi içinde, Yanlış / kalitesiz / yetersiz işçilik / montaj / bakımdan kaynaklanan nedenlerle ve/veya Firma tarafından periyodik olarak yapılması gereken kontrol, bakım ve onarımların yapılmaması ve/veya makinenin orijinal aksesuarlarındaki arıza, yetersizlik vb. ile çalışması, Orijinal ya da muadili olmayan / yanlış / kalitesiz / arızalı / kullanılmış / yetersiz adette yedek parça ve malzeme kullanımı ve/veya Tüm fonksiyonlarını yerine getirmeden çalışma, yetersiz ayarlanma sonucu arızalanan ve çalıştırılmayan makineye ait parçalar firma tarafından ücretsiz olarak değiştirilecektir.
- 4.12. Makineye ait yedek parça, garanti süresi boyunca ücretsiz sağlanacaktır. Yedek parçaların garantisi(makinenin garanti süresi içinde ücretsiz takılmış olsa dahi) montaj tarihi itibarıyla en az 1 yıldır.
- 4.13. Makineye ait tüm yedek parça, sarf, aksesuar ve onarım malzemeleri, filtre, conta, hortum vb. garanti süresi boyunca ücretsiz sağlanacaktır.
- 4.14. Firma, garanti süresi boyunca makinelerin periyodik olarak yapılması gereken bakım ve onarımları ücretsiz yapılacaktır.
5. MONTAJ:
 - 5.1. Makineler, hastanece tahsis edilen mahallerde, Firma Teknik elemanlarınca tüm malzeme ve aksesuarları ile çalışır durumda teslim edilecektir.
 - 5.2. Nakliye, kullanıcı birime taşıma ve yerleştirme teklifi veren, tedarikçi firmaya aittir.
6. KABUL VE MUAYENE:
 - 6.1. Teklif edilen ürünün uygunluğu ve satın alınan Ürünlerin kabul ve muayeneleri hastane tarafından belirlenecek, kullanıcı birimin de olduğu komisyon tarafından yapılacaktır. Kontrol ve muayenede, şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin ve belgelerin uygunluğuna bakılacaktır. Ayrıca yedek parça, aksesuar ve sarf malzemelerinin kontrol ve sayımı yapılacaktır.
 - 6.2. İhalede teklif edilen ürünün yeterliliği ve Satın alma sonrası Kabul ve muayene sırasında firmalardan cihazın teknik özellikleri ve performansına ilişkin bir takım testlerin yapılması istenebilir. Bu testlerin yapılabilmesi için gerekli personel ve düzeneği firmalar ücretsiz olarak sağlayacaktır. Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan satıcı firma sorumludur.
 - 6.3. Teklif edilen ürünü kabul edilen firma, Sistemin kullanımı, bakımı ve olası arızaların giderilmesi ile ilişkin konularda kendi eğitilmiş personeli tarafından hastanenin belirleyeceği elemanlara en az 1 (bir) günlük bir ücretsiz eğitim verecektir. Ayrıca Sistemin toplanacağı birimlerdeki personele Sistemin kullanım ve bakımı üzerine eğitim verecektir. Bu koşul teklif dosyasında firmaca belgelendirilecektir. Eğitim alan elemanlara sertifika verilecektir.
 - 6.4. Sistemin çalışmasını ve nasıl kullanılacağını, Sistemin bütün işlevlerini ayrıntılarıyla anlatandokümanlar ile varsa Sistem ile birlikte kullanılacak tek kullanımlık (disposable) malzeme ve diğer aksesuarlar hakkında bilgi veren, bunların kullanılma esaslarını açıklayan işletmeye yönelik İngilizce ve/veya Türkçe orijinal doküman (en az bir takım Kullanma Kılavuzu, Servis Manueli ve Kullanma Talimatı) paketi teknik hizmetler müdürlüğü ve/veya kullanıcı birime) verilecektir.