



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20195663

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 27/09/2019 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA

İŞLETME MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	PIPET UCU OTOMATİK SARI (DUZ)	10.000,00 ADET
---	---------------------------------	----------------

TEKLİF NO : 20195663
NOT : ODEME 180GÜN
İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK
TEL : 4122410
E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

293.0128.000	PIPET UCU OTOMATİK SARI (DUZ)	ADET	10000
--------------	---------------------------------	------	-------

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(5461) PIPET UCU OTOMATİK SARI (DUZ)

Açıklama : PIPET UCU OTOMATİK SARI (DUZ)

1. Polipropilenden üretilmelidir.
2. Merkez laboratuvarında mevcut mikropipetlerle uyumlu olmalı, pipete giren ağız kısımları pipete tam ve sızdırmaz uyumlu olmalıdır.
3. Ürünlerin standart üretildiği CE yada ISO ile belgelendirilmelidir.
4. Kimyasallara, dış etkenlere ve termal etkenlere dayanıklı olmalı, iç yüzey sıvı yapışmasını engellemek amaçlı kaygan olmalıdır.
5. Pipet ucu çıkış deliği standart olmalı, istikrarlı ve tekrarlanabilen sıvı aktarımını garanti etmelidir.
6. Kalibrasyon birimince denenmesi yapıldıktan sonra onay verilecektir.
7. Ürün ambalajı üzerinde barkot basılmış olmalıdır.
8. Üretici firma laboratuvarında denemek ve şahit numune olarak saklamak için 100 adet numune temin etmelidir.
9. Merkez laboratuvarı yönetiminden uygunluk alınmalıdır.