



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 2020161

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 15/01/2020 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA

İŞLETME MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	PERKUTAN TRANSLUMINAL MITRAL VALVUPLASTİ BALONU	1,00	ADET
---	---	------	------

TEKLİF NO : 2020161

NOT : ÖDEMELER 120 GÜN 22/Ç KAPSAMINDADIR. TEKLİFLERDE MARKA, UBB KODU VE TESLİM TARİHİ BELİRTİLMELİDİR.

İLGİLİ KİŞİ : YUSUF GÜLER

TEL : 2324122405

E-MAIL : yusuf.guler@deu.edu.tr

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

Ek: Teknik Şartname (2 syf)

FORM NO: MYS_0072

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

194.0023.000	PERKUTAN TRANSLUMINAL MITRAL VALVUPLASTİ BALONU	ADET	1
--------------	---	------	---

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(4875) PERKUTAN TRANSLUMINAL MITRAL VALVUPLASTİ BALONU

Açıklama : PERKUTAN TRANSLUMINAL MITRAL VALVUPLASTİ BALONU

1. Balon Mitral Valvuloplasti (BMV) Kaleler setleri 24,26, 28 ve 30 mm ebatlarında seçeneklere sahip olmalıdır.
2. BMV kaleleri, ilk şişirmede balonun sadece ön kısmının şişerek kapama oturtulmasını sağlayacak, şişirmeye devam edildiğinde de kum saati şeklini alarak kaymadan kapağı istenen derecede genişletecek şekilde çift lümenli balona sahip olmalıdır.
3. BMV kaleleri mitral kapakla şişirilip, geri inmemesi durumunda gerdirildiğinde kendi kendine inerek kapaktan ve septumdan güvenli bir şekilde geri çıkartılabilmesine olanak verecek güvenlik mekanizmasına sahip olmalıdır.
4. Mitral balon kateterin ventilasyon için balon inflasyonu ayrı ayrı üç musluklu konektör sistemlerinin olması gereklidir.
5. Mitral balon kateter lümenini düzleştirecek şekilde dizayn edilmiş "stretcher" bulunması gereklidir.
6. BMV kateterini sol atriya taşıyacak Özellikle ve uzunlukta kıvrık teli bulunmalıdır.
7. Mitral balon kalelerinin ucunun manipüle edilebilmesi için özel J-uçlu "style" bulunması gereklidir.
8. Balon inflasyonu için üzerinde değişik balon şişirme çaplarının yazılı olarak belirlendiği balon kalelerine bağlanmaya uygun şırınga olması gereklidir.
9. Balon kateterinin cilt ve cilt altı dokulardan ve interatriyal septumdan rahat geçmesini sağlayacak genişletici kılıfı bulunmalıdır.
10. Teklif edilecek BMV kateter seti CE belgesine sahip olmalıdır. Ve bu belgeler ihale dosyası ile birlikte teslim edilecektir.
11. Malzemeler steril orijinal ambalajlarında teslim edilecektir.
12. Şartnameye uygunluk belgesine cihazın kullanıldığı merkezleri gösterir referanslar listesi eklenmelidir.
13. Kullanılacak cihazdan en az bir numune denenmek üzere hastaneye bırakılmalıdır.
14. Deneme sonucuna göre uygun olup olmadığına karar verilecektir.
15. GENEL ÖZELLİKLER
 - 15.1. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
 - 15.2. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 1 yıl olmalıdır.
 - 15.3. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
 - 15.4. Teklif edilen ürün; Medula Ubb Sorgu (<https://medula.sgk.gov.tr/MedulaUbbSorgu/>) ekranındaki Online Tıbbi Malzeme Sorgulama sekmesinde kayıtlı olmalıdır.
 - 15.5. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşleşmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşleşmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.

- 15.6.** Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ` ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca ;Yüklenici firma teklif verdiği ürünün Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) ` nde tekil takip kapsamında tanımlanmış ise sözleşme tarihinden itibaren depoya teslim edileceği tarihe kadar Ürün Takip Sistemi (ÜTS) `nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmeli ve kurumumuz adına askıya çıkarmalıdır. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) ` ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca ;Yüklenici firma teklif verdiği ürünün Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ` nde tekil takip kapsamında tanımlanmış ise sözleşme tarihinden itibaren depoya teslim edileceği tarihe kadar Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) `nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmeli ve kurumumuz adına askıya çıkarmalıdır.
- 15.7.** Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.