



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 2020190

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 21/01/2020 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA

İŞLETME MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	PLAZMA TRANSFER BAĞLAMA HORTUMU	350,00	ADET
---	---------------------------------	--------	------

TEKLİF NO : 2020190
NOT : ÖDEMELER 360 GÜNDÜR.TEKLİFLERDE MARKA, UBB KODU VE TESLİM TARİHİ BELİRTİLMELİDİR.
İLGİLİ KİŞİ : YUSUF GÜLER
TEL : 2324122405
E-MAIL : yusuf.guler@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

248.0020.000	PLAZMA TRANSFER BAGLAMA HORTUMU	ADET	350
--------------	---------------------------------	------	-----

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(7753) PLAZMA TRANSFER BAGLAMA HORTUMU

Açıklama : PLAZMA TRANSFER BAGLAMA HORTUMU

1. Kök hücre dondurma işlemi için tasarlanmış olmalıdır.
2. Steril edilmiş ve tek tek paketlenmiş olmalıdır.
3. Plazma ve kök hücrenin geçişine uygun olmalıdır.
4. Bir ucu enjektör girişli, orta kısımda akışı düzenlemek için makaralı sistem ve diğer ucu torbaya girebilmesi için çivileme sisteminde olmalıdır.
5. Ambalaj üzerinde saklama ıssısı, ster itesi, lot numarası ve son kullanım tarihi yer almalıdır.
6. Hortum boyu 40 cm ile 120 cm arasında olmalıdır.
7. CE belgesi olmalıdır.