



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 2020432

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 05/02/2020 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA

İŞLETME MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	AKULU DELME-VIDALAMA MAKİNESİ	3,00	ADET
2	HASSAS TARTI(TERAZİ)	1,00	ADET

TEKLİF NO : 2020432

NOT : TEKLİFLERDE MARKA VE MODEL BELİRTİLMELİDİR. ÖDEMELER 180 GÜNDÜR.

İLGİLİ KİŞİ : BINAY YEŞİLYAYLA

TEL : 4123945

E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

* TEKLİFLE BİRLİKTE TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI VERİLECEKTİR.TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMeye ALINMAYACAKTIR.

* TEKLİFLE BİRLİKTE MARKA, MODEL VE UBB KODLARININ DA VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

441.0185.000	AKULU DELME-VIDALAMA MAKİNESİ	ADET	3
441.0271.000	HASSAS TARTI(TERAZİ)	ADET	1

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(9056) AKULU DELME-VIDALAMA MAKİNESİ

Açıklama : AKULU DELME-VIDALAMA MAKİNESİ

1. Mandren kapasitesi 13mm olmalıdır.
2. Yüksüz hızı min 0-450 / 0-1500 d/d olmalıdır.
3. Çıkış gücü 300W olmalıdır.
4. Maksimum tork 42 Nm, yumuşak tork 24 Nm olmalıdır.
5. Anahtarsız uç takma mandreni olmalıdır.
6. 2 vitesli şanzımanı olmalıdır.
7. Elektrikli fren ile vidaların fazla sıkılması önleyen tertibat olmalıdır.
8. Her iki yöne kolayca dönebilmelidir.
9. Lityum-iyon batarya ile çalışmalıdır.
10. 18.0 V akü gerilimi ile çalışmalıdır.
12. Şarj süresi minimum 1 saat olmalıdır.
13. 2 adet Lityum-iyon , taşıma çantası, hızlı şarj cihazı ile birlikte teslim edilmelidir.
14. Maksimum ağırlığı (akü hariç) 1500 gr olmalıdır.
15. Şarj süresi minimum 1 saat olmalıdır.
16. Teklif edilen ürünler markaların profesyonel amaçlı üretilmiş ürünleri olmalıdır.
17. Kullanım kılavuzu ve/veya kutu içeriğinde katalog da belirtilen tüm ekipmanlar verilecektir.
18. Üretim hatalarına karşı, en az 2 yıl garantili olacaktır.

A.T

(9055) HASSAS TARTI(TERAZİ)

Açıklama : HASSAS TARTI(TERAZİ)

1. Kapasite en az 2000 g. olmalıdır.
2. Hassasiyet 0,01 g, Tekrarlanabilirlik: 0,01 g, Doğrusallık : $\pm 0,03$ g, Stabilizasyon süresi: 2 s, olmalıdır.
3. Kefe ebadı en az 128x128 mm olmalıdır.

4. Göstergesi LCD olmalıdır.
5. Bağlantılar: RS 232, USB-A, USB-B, olmalıdır.
6. IP koruma sınıfı IP43 olmalıdır.
7. Varsa ücretsiz PC yazılımı verilecektir.
8. Cihazın panelinde 5 adet operasyon tuşu olmalıdır.
9. Bataryalı çalışabilmelidir. En az g, kg, ct, lb, N birimleri olmalıdır.
10. Cihazın denge için, üzerinde su terazisi olmalıdır.
11. Cihaz CE sertifikasına sahip olmalıdır.
12. Numuneye göre değerlendirme yapılacaktır. İstekli firmalar teklifleri ile birlikte numune bırakmalıdır.
13. Cihazlar, hiç kullanılmamış olduğunu belirtir özel işaretli orijinal ambalajında teslim edilecektir. Daha önce demo amaçlı olarak kesinlikle kullanılmamış olacaktır.
14. Üretim hatalarına karşı, en az 2 yıl garantili olacaktır.

A.T