



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 202070

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 10/01/2020 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA

İŞLETME MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	ISINLI DOLGU CİHAZI (ISIKLI POLİMERİZASYON CİHAZI)	1,00	ADET
---	--	------	------

TEKLİF NO : 202070

NOT : ÖDEMELER 180 GÜNDÜR. TEKLİFLERDE MARKA MODEL BELİRTİLMELİDİR.

İLGİLİ KİŞİ : BINAY YEŞİLYAYLA

TEL : 4123945

E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

* TEKLİFLE BİRLİKTE TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI VERİLECEKTİR. TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMeye ALINMAYACAKTIR.

* TEKLİFLE BİRLİKTE MARKA, MODEL VE UBB KODLARININ DA VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

442.0452.000	ISINLI DOLGU CİHAZI (ISIKLI POLİMERİZASYON CİHAZI)	ADET	1
--------------	--	------	---

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(9027) ISINLI DOLGU CİHAZI (ISIKLI POLİMERİZASYON CİHAZI)

Açıklama : ISINLI DOLGU CİHAZI (ISIKLI POLİMERİZASYON CİHAZI)

1. Kablosuz LED ısıklı polimerizasyon cihazı olacaktır.
2. Kablosuz ve ergonomik form, kullanıcıya optimal polimerizasyon için hareket özgürlüğü sağlamalıdır.
3. Tek-dokunmatik fonksiyonlu, sık ve basit dizayna sahip olmalı, minimal bakım gerektirmelidir.
4. Yüksek performansta Diod mekanizması, hemen hemen bütün rezin-bazlı kompozitler üzerinde 10 saniyede 3mm?lik kalındığında polimerizasyon olusturabilmelidir.
5. Şarj edilebilir Lityum- iyon pili, cihazın her şarj arasında 40 dakika devamlı olarak çalışmasını sağlamalıdır.
6. Dalga boyu: 450 ~ 470 nm arasında olmalıdır.
7. Berraklık:En az 1000 mW/cm2 olmalıdır.
8. LED lamba garantisi: 100.000 saat olmalıdır.
9. En az 2 yıl garantili olacaktır.
10. İlgili bölümün ve klinik mühendisliğin onay verdiği cihaz alınacaktır.

M.D