



## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

### Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20204867

## İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 20/10/2020 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA

İŞLETME MÜDÜRÜ

### ALIM KONUSU MALZEMELER

### MİKTAR

|   |                                     |      |      |
|---|-------------------------------------|------|------|
| 1 | OTOMATİK EKSTERNAL DEFBRILATOR PEDI | 6,00 | ADET |
|---|-------------------------------------|------|------|

**TEKLİF NO** : 20204867  
**NOT** : ÖDEMELER 180 GÜNDÜR. TEKLİFLERİNİZDE MARKA VE UBB BELİRTİNİZ.  
**İLGİLİ KİŞİ** : YUSUF GÜLER  
**TEL** : 2324122405  
**E-MAIL** : yusuf.guler@deu.edu.tr  
**FAX** : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

\*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

Ek: Teknik Şartname (1 syf)

FORM NO: MYS\_0072

## TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

|              |                                     |      |   |
|--------------|-------------------------------------|------|---|
| 210.0059.000 | OTOMATİK EKSTERNAL DEFBRILATOR PEDI | ADET | 6 |
|--------------|-------------------------------------|------|---|

### 1.GENEL ÖZELLİKLER

### 2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

#### (9274) OTOMATİK EKSTERNAL DEFBRILATOR PEDI

##### Açıklama : OTOMATİK EKSTERNAL DEFBRILATOR PEDI

1. Multifunction elektrodeler, Nihon Kohden marka defibrilatör cihazının ara bağlantı kablosuna tam uyumlu olarak çalışmalı ve hiçbir şekilde temassızlık olmamalıdır.
2. Multifunction elektrodeler, orjinal paketinde kapalı ve disposable olmalıdır.
3. Multifunction elektrodeler hasta vücuduna iyi temas etmelidir.
4. Multifunction elektrodeler aynı hastada deforme olmadan uzun süre kullanılabilir.
5. Multifunction elektrodeler kendinden kablolu olmalıdır.
6. Multifunction elektrodeler kablosu cihaz ile tam uyumlu çalışmalı, üretici firmanın orijinal ürünü olmalıdır.
7. Üretim hatalarına karşı 6 ay süre ile üretici firma garantisine sahip olmalıdır.
8. Teklif edilen ürüne Klinik Mühendislik tarafından onay verilecektir.
9. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.