



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20205082

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 26/10/2020 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA

İŞLETME MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	TERMOKİMYASAL DEZENFEKTAN(5 LT)	20,00	ADET
2	VAZELİN KATI KG.	70,00	KİLOGRAM
3	PH-KAGIDI 0-14 9535.0001	20,00	ADET
4	FİLTRELİ PİPET UCU 0,5-10 (96' LİK PAKET)	110,00	ADET
5	LAM RODAJLI 50 LİK.	1.000,00	ADET
6	LAMEL 24X24 MM	3.000,00	ADET
7	TUP STERİL 14 ML DİBİ YUVARLAK (500LUK)	120,00	ADET
8	TUP PLASTİK 5 CC	2.000,00	ADET

TEKLİF NO : 20205082
NOT : ODEME 180GÜN
İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK
TEL : 4122410
E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

303.0035.000	TERMOKİMYASAL DEZENFEKTAN(5 LT)	ADET	20
298.0070.000	VAZELİN KATI KG.	KİLOGRAM	70
292.0042.000	PH-KAGIDI 0-14 9535.0001	ADET	20
293.0071.000	FİLTRELİ PİPET UCU 0,5-10 (96' LİK PAKET)	ADET	110
293.0090.000	LAM RODAJLI 50 LİK.	ADET	1000
293.0101.000	LAMEL 24X24 MM	ADET	3000
293.0134.000	TUP STERİL 14 ML DİBİ YUVARLAK (500LUK)	ADET	120
293.0144.000	TUP PLASTİK 5 CC	ADET	2000

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(5448) VAZELİN KATI KG.

Açıklama : VAZELİN KATI KG.

- Aşağıda belirtilen katalog numaralarına tekâmül eden özellikler söz konusu malzemelerin teknik şartnamelerinin aslını teşkil etmektedir.
 - 303.0017.000 kod numaralı Etil Alkol için SİGMA 459844 veya muadili olmalıdır.
 - 303.0002.000 kod numaralı Aseton için SİGMA 179124 veya muadili olmalıdır.
 - 303.0020.000 kod numaralı Hidrojen Peroksit için SİGMA 216763 veya muadili olmalıdır.
 - 298.0070.000 kod numaralı Vazelin Katı (KG) için SİGMA 330779 veya muadili olmalıdır.
- Üretici firma laboratuvarında denenmek ve şahit numune olarak saklanmak için numune temin etmelidir.
- Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Ürün ile ilgili Güvenlik Bilgi Formu teklif mektubu ile beyan edilecek ve ürünün teslimatı aşamasında depoya teslim edilecektir.

(4568) FİLTRELİ PİPET UCU 0,5-10 (96' LİK PAKET)

Açıklama : FİLTRELİ PİPET UCU 0,5-10 (96' LİK PAKET)

- Şeffaf polipropilenden üretilmelidir.
- Bilinen tüm pipetlerle güvenli kullanılabilmesi, kimyasallara ve tüm dış etkenlere dayanıklı olmalı, iç yüzeyi sıvının çepere yapışmasını engellemek için kaygan olmalıdır.
- Pipete giren ağız kısımları pipete tam ve sızdırmaz uyum sağlamalıdır.
- Filtreli, steril DNase, RNase, pirojen free olmalıdır.
- Pipet ucunun uygun olduğu maksimum hacim pipetlenirken, filtre ile sıvı arasında, filtrenin ıslanmasını önleyecek kadar mesafe kalmalıdır.

6. Aktarılan sıvıyı eksiksiz transfer etmeli, pipet uçları üzerinde gözle takibi kolaylaştıran kademeler bulunmalıdır.
7. Kalibrasyon birimince denenmesi yapıldıktan sonra ve ilgili birimin onayı ile alınacaktır.
8. Ürün ambalajlı (kutu/poşet) olmalı, ambalaj içindeki ürün adeti üzerinde belirtilmelidir.
9. Ürün ambalajı üzerinde barkot basılmış olmalıdır.
10. Üretici firma laboratuvarında denenmek ve şahit numune olarak saklama için her bir hacimden 10'ar adet numune temin etmelidir.
11. Merkez Lab. Moleküler Mikrobiyoloji Biriminden uygunluk alınmalıdır.

(5473) TUP STERİL 14 ML DIBİ YUVARLAK (500LUK)

Açıklama : TUP STERİL 14 ML DIBİ YUVARLAK (500LUK)

1. Volümü 14 ml. olmalıdır.
2. Yüksekliği 100 mm. olmalıdır.
3. Çapı 17 mm. olmalıdır.
4. Kapak iki aşamada kapanmalıdır. İlk kapama hava girişine olanak vermeli ikinci kapamada ise hava girişi olmamalıdır.
5. Polistirenden yapılmış olmalıdır.
6. Steril bir şekilde tek tek paketlenmiş olmalıdır.
7. Gamma irradyasyonla sterilize edilmiş olmalıdır.
8. Dibi yuvarlak olmalıdır.
9. RCF ratingi 1400 olmalıdır.
10. Nonpirojenik olmalıdır.
11. İştirek edecek firmalar ihale öncesi numuneleri getirip uygunluk belgesi alacaklardır.

(4531) LAMEL 24X24 MM

Açıklama : LAMEL 24X24 MM

1. Optik özellikli ve renksiz (su beyazı) camdan üretilmeli, tozdan kirden ve nemden arındırılmış olmalıdır.
2. Esneme kapasitesi yüksek olmalı (yaklaşık 0,13 - 0,17 mm kalınlıkta) ve kolay kırılmayan özellikte olmalıdır.
3. 100 adetlik paketlerde olmalıdır.
4. Ürün ambalajlı (kutu/poşet) olmalı, ambalaj içindeki ürün adeti üzerinde belirtilmelidir.
5. Ürün ambalajı üzerinde barkot basılmış olmalıdır.
6. Üretici firma laboratuvarında denenmek ve şahit numune olarak saklanmak için numune temin etmelidir.

7. İstenilen lameller çalışmalar süresinde kullanıcı tarafından kullanıma uygun bulunmaz ise istenilen özellikte (şartnameye uygun) başka bir lamelle ücretsiz olarak değiştirilmeli ve bunun taahhüdü yüklenici firma tarafından malzeme tesliminde verilmelidir.

(5925) TUP PLASTİK 5 CC

Açıklama : TUP PLASTİK 5 CC

1. Plastikten üretilmiş olmalıdır.
2. Tüplerin ağzı vidalı beyaz tüp kapaklarına uyumlu olmalıdır.
3. Ürün ambalajlı (kutu/poşet) olmalıdır.
4. Ürün ambalajı üzerinde barkot basılmış olmalıdır.
5. Üretici firma laboratuvarında denenmek ve şahit numune olarak saklamak için 20 adet numune temin etmelidir.

(3652) LAM RODAJLI 50 LİK.

Açıklama : LAM RODAJLI 50 LİK.

1. Ürün saydam, renksiz, kaliteli optik camdan imal edilmiş ve A kalite olmalıdır.
2. Ürün kalınlığı 1.0-1.2 mm, eni 25.4 mm, boyu 76.2 mm olmalıdır.
3. Lam kenarları rodajlı (tırışlanmış) olmalı, kenarları ele batmamalıdır.
4. Ürünün üzerindeki yazı ve boya; ısıdan, kimyasal solventlerden etkilenmemelidir.
5. Ürünün her bir kutusu orjinal ambalajında, tozsuz ve neme karşı jelatin içinde olmalıdır.
6. Bir kutu içinde 50 adet bulunmalıdır.
7. Ürünün orjinal ambalajı içinde, rodajlı tarafları aynı yönde ve lamlar arasına kağıt konularak dizilmiş olmalıdır.
8. Ürün ISO ve CE belgesine sahip olmalıdır.
9. Son kullanma tarihi en az 1 yıl olmalıdır.
10. Lamin bir kenarı buzlu olup üzerine yazı yazmaya uygun olmalıdır.
11. Ürünün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, üretim tarihi, üretim parti seri numarası belirtilmiş olmalıdır.
12. Ürün ambalajı üzerinde barkot basılmış olmalıdır.
13. Ürüne ait marka adı, üretim parti seri numarası, model üretici firma adı, firmaya ait malzeme kodu, varsa barkod numarası ve ulusal bilgi bankası onay numarası bilgilerini yazılı olarak ürünle birlikte teslim edilmelidir.
14. Ürüne yönelik uygunluk değerlendirmesi için laboratuvara bir kutu numune ürün bırakılmalıdır.

(3690) TERMOKİMYASAL DEZENFEKTAN(5 LT)

Açıklama : TERMOKİMYASAL DEZENFEKTAN(5 LT)

1. HASTANEMİZDE BULUNAN DİYALİZ MAKİNESİNE UYGUN OLMALIDIR.
2. 5 LT LİK POLİETİLEN BİDONLARDA KİLİTLİ KAPAKLI OLMALIDIR.
3. % 50 ORANINDA SİTRİK ASİT MONOHİDRAT İÇERMELİDİR.
4. TAMAMEN DOĞAL BİLEŞENLER İÇERMELİDİR.
5. KOKUSUZ OLMALIDIR. GÖRÜNÜŞÜ SIVI, AKICI, BERRAK, TEMİZ OLMALIDIR.
6. BACTERİSİD, FUNGUSİD, HEPATOVİRÜSİD [B, C VE D] VE VİRÜSİD [HIV]' İ ETKİSİZ KILMALIDIR.
7. KAN KALINTILARINI TEMİZLEMELİDİR.
8. İMAL VE SON KULLANMA TARİHLERİ ÜRÜNÜN ÜZERİNDEKİ ETİKETLERDE BELİRTİLMELİDİR.
9. SON KULLANMA TARİHİ TESLİM TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 3 YIL OLMALIDIR.
10. ÜRETİCİ FİRMANIN ISO 9001:2008 VE CE 93/42 EEC BELGELERİNE SAHİP OLUP BU BELGELER TÜRKAK TARAFINDAN ONAYLI OLMALIDIR.
11. ÜRÜNE AİT UBB KODU BULUNMAKTADIR.
12. BOZUK VE HATALI ÇIKAN ÜRÜNLER FİRMA TARAFINDAN DEĞİŞTİRİLECEKTİR.
13. MİADİ YAKLAŞAN ÜRÜNLERDE 3 AY ÖNCEDEN HABER VERMEK KOŞULUYLA FİRMA DEĞİŞTİRME GARANTİSİNİ VERMELİDİR.
14. BİDON KAPAĞI CİHAZ EMİŞ PİPETİNE UYGUN OLMALI VE HAVA ALMAMALIDIR.
15. BİDONLARIN ÜZERİNDE KOLAYCA OKUNABİLİR NİTELİKTE ÜRÜN BARKODU BASILI OLMALIDIR.

(4532) PH-KAGIDI 0-14 9535.0001

Açıklama : PH-KAGIDI 0-14 9535.0001

1. 0-14 pH skalası aralığında 0,1 pH hassasiyetle pH değeri ölçmelidir
2. Tutuş mesafesi uzun olmalıdır.
3. Her bir kutuda 100 adet pH kağıdı olmalıdır
4. Üretici firma laboratuvarında denenmek ve şahit numune olarak saklamak için numune temin etmelidir.