



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

26/10/2020 00:00:00

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20205097

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 30/10/2020 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RICA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA
İŞLETME MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	GOZ ALTI ISIK DOLGUSU	6,00	ADET
---	-----------------------	------	------

TEKLİF NO : 20205097
NOT : ODEME VADESİ 180 GÜN
İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK
TEL : 4122410
E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

1/2

HYALÜRONİK ASİT DOLGU MADDESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Materyal Dermokozmetik uygulamalar için kullanım amaçlı olmalıdır.
2. Materyal vücutta tamamen biodegrade olmalı, ve uzak dokulara migrasyon riski olmamalıdır
3. Materyal hayvansal kokenli veya sentetik madde içermemelidir.
4. Hyalüronik asit stabilize ve çapraz bağlı olmalıdır
5. Ürün tekli steril paketlerde kullanıma hazır olmalıdır.
6. Uygulama iğneleri steril, en az 26 gauge ve flexible olmalıdır.
7. Ürün 1 ml.sinde en az 16 mg hyalüronik asit içermelidir.
8. Viskozitesi sadece el manipölasyonu ile enjekte edilmesine imkan vermeli, donmamalı, enjeksiyonu kolay olmalıdır. Uygulama için herhangi bir tetikleme sistemine ihtiyaç duyulmamalıdır.
9. Ürünün çeşitli derinliklerde dermis ve subkutan enjeksiyon uygulamalarına uygun çeşitleri olmalıdır.
10. Ürünün deri kırışıklıklarının giderilmesinde, dudak büyütmede ve skar doldurulmasında kullanılabilecek çeşitleri olmalıdır.
11. Ürün oda sıcaklığında saklanabilmelidir.
12. Ürünün alım tarihi itibarı ile en az 2 yıl raf ömrü olmalıdır.
13. Ürün açıldıktan sonra son kullanım tarihine kadar 2 ile 25°C arası sıcaklıkta saklanabilmelidir
14. Kalıcılık süresi en ince dolguda en az 9 ay olmalıdır


Prof. Dr. Emel ÇALIKOĞLU
Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı
Dip. Tescil No: 51040-84185