



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20204626

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 06/10/2020 TARİHİ, SAAT 17:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA

İŞLETME MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	PUDRASIZ CERRAHI MUAYNE ELDIVENİ	130.000,00 ADET
---	----------------------------------	-----------------

TEKLİF NO : 20204626
NOT : ODEME 90GÜN.(90.000 M , 30000 S , 10000 L)
İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK
TEL : 4122410
E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

298.0060.000	PUDRASIZ CERRAHI MUAYNE ELDIVENİ	ADET	130000
--------------	----------------------------------	------	--------

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(4973) PUDRASIZ CERRAHI MUAYNE ELDIVENİ

Açıklama : PUDRASIZ CERRAHI MUAYNE ELDIVENİ

1. Ten rengini andıran kauçuktan imal edilmiş olmalıdır.
2. TS EN 455-1,TS EN 455-2,TS EN 455-3 nolu standartlara uygun üretilmiş olmalıdır.
3. Non-steril olmalıdır.
4. Eldivenin içi pudrasız olmalıdır.
5. Eldivenin kalınlığı dokuyu hissedecek hassasiyette olmalıdır.
6. Tek hamlede giyip çıkarmada eldivenlerde yırtılma ve parçalanma olmamalıdır.
7. Eldiven içinde ve dışında imalat atığı kırıntı ve toz bulunmamalıdır.
8. Boyutları standartlara uygun olmalıdır.
9. Giyildiğinde her iki ele uyum göstermelidir.
10. Konçlar sıkı ve bilekten düşmeyecek özellikte olmalıdır.
11. Ambalaj üzerinde eldiven boylarını (S-M-L) gösteren işaret ya da numara belirtilmiş olmalıdır.
12. Ambalaj üzerinde üretim tarihi, markası, adeti, son kullanım tarihi, lot numarası ve barkot bulunmalıdır.
13. 100'lük ambalajlarda uygun şekilde paketlenmiş olmalıdır.
14. Ürünler hastahanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu nedenle Small, Medium ve Large boyutlarda 3'er paket orjinal ürün numune olarak bırakılmalıdır.
15. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
16. CE belgesi bulunmalıdır.