



Teklif No: 20204630

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN

06/10/2020

TARİHİ, SAAT

14:00

'E/A KADAR

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN

TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA

İŞLETME MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	EKSTREMİTE KONUMLANDIRICI	1,00	ADET
---	---------------------------	------	------

TEKLİF NO : 20204630

NOT : TEKNİK ŞARTNAMELER EKTEDİR. ÖDEMELER 30 GÜNDÜR.

İLGİLİ KİŞİ : BINAY YEŞİLYAYLA

TEL : 4123945

E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

* TEKLİFLE BİRLİKTE TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI VERİLECEKTİR. TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

* TEKLİFLE BİRLİKTE MARKA, MODEL VE UBB KODLARININ DA VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

* Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAME

9262 EKSTREMİTE KONUMLANDIRICI SİSTEM

1. Sistem kablolu ve batarya ile çalışmalıdır.
2. Ekstremitelere destek sağlamalı ve traksiyona imkan tanımalıdır.
3. Kullanımı kolay olmalıdır.
4. Steril alanda hastanın kolayca ve farklı bir çok yönde tek bir tuşa dokunarak pozisyonlandırabilme imkanı sağlamalıdır.
5. Omuz, diz, el bileği, dirsek ve ayak bileği kullanım için hastanın hem kol hem bacakları pozisyonlandırılabilir olmalı ve her uygulama için istenildiğinde tam seri aksesuarları temin edilebilmelidir.
6. Sistem parçaları ana gövdesi, bataryası, konektörleri, steril örtüsü ve ayak pedalı ile beraber prosedüre göre konfigüre edilebilen parçaları olmalıdır.
7. Lateral pozisyon: Lateral jack, lateral jack steril örtüsü, omuz stabilizasyon kiti, omuz masası traksiyon aksesuarı ve lateral omuz konektörleri.
8. Şezlong pozisyon: Omuz konektörleri, omuz sabitleyici kiti.
9. El bileği: El bileği aksesuarı, traksiyon postu, el bileği sabitleyici kit (küçük-orta-büyük boy), omuz masası traksiyon aksesuarı.
10. Tekrar bir pozisyonlandırma yapıldıkça kadar sabit olarak hiçbir hareket olmaksızın sabit kalabilme özelliği olmalıdır.
11. Cerrah başkasının yardımına ihtiyaç duymadan ekstremitenin pozisyonunu değiştirebilmelidir.
12. Pozisyon değiştirme işlemi ayak pedalı veya distal aktivasyon butonu ile kolayca yapılabilmelidir.
13. Distal tuş hareketli olmalı, operasyona bağlı olarak hareket kolaylığı sağlamak için hastaya veya eklem pozisyonlandırma için aksesuara takılabilir olmalıdır.
14. Sistemin sabitlenmesi her tip ameliyat masasına uyumluluk sağlayacak özellikte olmalı ve ayrı bir adaptöre ihtiyaç duyulmamalıdır.
15. Cihaz 0'dan 1800 psi'ye (12.4MPa) çıkması 0.5 saniyeden daha kısa sürmeli. Bu basınca 3.26 saniyede erişebilmelidir.
16. Full ekstansiyondayken 22 kiloya kadar destek sağlayabilmeli ve spesifik oryantasyonlarda daha fazla yük kaldırabilme özelliği olmalıdır.
17. Ekstremitelere bağlanan metal kısımları quick connect release özelliği olan ek parçaları ile kolayca ve sterilizasyonu bozmadan kolayca sökülüp takılabilir olmalıdır.
18. Cihazla birlikte kullanılan tek kullanımlık steril örtü takımları olmalıdır.
19. Cihazın CE belgesi bulunmalıdır.
20. Satın alınması/ihtaleşi yapılan cihaz yedek parça ve bakım onarım için en az 2 (iki) yıl garantili olacaktır. Bu süreçte sistemin çarpma, vurma gibi dış yapıya yapılan fiziksel darbelerle kırılmalara, eğilmelere neden olan tutanakla tespit edilmiş kullanıcı hataları dışındaki, üretime ve/veya kullanımında sakıncalı olduğu açıkça belirtilmemiş özelliklere bağlı arızalarının onarımında yedek parça, ve bakım onarımdan firma ücret talep etmeyecektir.
21. Cihazın teslimi tedarikçi firma tarafından hastanece tahsis edilen mahalde firma teknik elemanlarınca tüm malzeme ve aksesuarları ile çalışır durumda teslim edilecektir. Teslim için gerekli tüm malzeme, nakliye, vb. masraflar firma tarafından karşılanacaktır.

Ali TANAZAL
Makine Teknikeri

R. Öneri Başcı