



# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

06/10/2020 00:00:00

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20204741

### İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 08/10/2020 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN

TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RICA OLUNUR.

Tel: 412 24 10

YASEMİN UZUNCA  
İŞLETME MÜDÜRÜ

SATIN ALI

#### ALINILAN KONUSU MALZEMELER

#### MİKTAR

|   |                                 |           |       |
|---|---------------------------------|-----------|-------|
| 1 | NARKOZ BALONU 1,5 (SOLUTMA)     | 30,00     | ADET  |
| 2 | NARKOZ BALONU 1 (SOLUTMA)       | 30,00     | ADET  |
| 3 | NARKOZ BALONU 2 (SOLUTMA)       | 30,00     | ADET  |
| 4 | NARKOZ MASKESİ NO:4             | 80,00     | ADET  |
| 5 | NARKOZ MASKESİ NO:2             | 30,00     | ADET  |
| 6 | NARKOZ MASKESİ NO:5             | 80,00     | ADET  |
| 7 | KARBONDİOKSİT ABSORBANI (LİTRE) | 10.000,00 | LİTRE |

SATIN ALI

TEKLİF NO : 20204741  
NOT : ODEME 180GÜN  
İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK  
TEL : 4122410  
E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr  
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

SATIN ALI

TEKLİF NO

\*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

NOT

FORM NO: MYS\_0072

İLGİLİ KİŞİ

TEL

E

FAX

TEKNİK ŞARTNAME

70 ANESTEZİ BALONU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Anestezi devreleri standartlarına uygun olmalıdır.
2. El ile kolay kavranabilir olmalı ve aşırı kaygan olmamalıdır.
3. Kuru doğal kauçuk malzemeden yapılmış olmalıdır.
4. Koruyucu bir tabaka ile kaplı olmalıdır.
5. Değişik hacim (0.5, 1, 1.5, 2, 2.3 L) seçeneği olmalıdır.
6. Dezenfektan maddelerden etkilenmemelidir.
- 6.1. Dezenfektanlar üzerindeki koruyucu tabakayı bozmamalıdır.
- 6.2. Üretici firma hangi dezenfektanlarla, nasıl dezenfekte edilmesi gerektiğini belirtmelidir.
7. Etilen oksit ile dezenfeksiyon işlemlerinde bozulmamalıdır.
8. Çok kullanımlık olmalıdır.

9. Numune istenmektedir (Her boydan)

Doç. Dr. Aydın TAŞDOĞAN  
Dip. Tes. No: 37234  
Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı  
Dokuz Eylül Ü. Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Erol GÖKEL  
Anesteziyoloji ve Reanimasyon  
ABD Başkanı

TEKNİK ŞARTNAME

71 ANESTEZİ MASKESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Anestezi devreleri standartlarına uygun olmalıdır.
2. El ile kolay kavranabilir olmalı ve aşırı kaygan olmamalıdır.
3. Kuru doğal malzemeden yapılmış olmalıdır.
4. Koruyucu bir tabaka ile kaplı olmalıdır.
5. Değişik boy (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6) seçeneği olmalıdır.
6. Dezenfektan maddelerden etkilenmemelidir.
- 6.1. Dezenfektanlar üzerindeki koruyucu tabakayı bozmamalıdır.
- 6.2. Üretici firma hangi dezenfektanlarla, nasıl dezenfekte edilmesi gerektiğini belirtmelidir.
7. Etilen oksit ile dezenfeksiyon işlemlerinde bozulmamalıdır.
8. Çok kullanımlık olmalıdır.
9. İstenildiği kadar numune verilmelidir. (Her boydan)
10. Kokusu (rahatsız edici) olmamalıdır.
11. Maske kafli olmalıdır.

Prof. Dr. Erol GÖKEL  
Anesteziyoloji ve Reanimasyon  
ABD Başkanı

Doç. Dr. Aydın TAŞ  
Dip. Tes. No: 3725  
Anestezi ve Reanimasyon  
Dokuz Eylül Ü. Tıp Fakültesi

**TEKNİK ŞARTNAME**

**3607 KARBONDİOKSİT ABSORBANI**

1. Ürün 5 lt. sert plastikten yapılmış kaplar içinde olmalıdır.
2. Kabin kapağı hava almayacak özellikte olmalıdır.
3. Ürünün saklandığı kap ışığı geçirmeyecek özellikte olmalıdır.
4. Ürün anestezi gazlarıyla etkileşmeye bağlı olarak Compound A, CO (karbonmonoksit) , formaldehid, alkol oluşumuna neden olmamalı veya minimal düzeyde olmalıdır.
5. Low flow, minimal flow, kapalı sistem anestezinde kullanıma uygun olmalıdır.
6. Ürün KOH içermemelidir.
7. Ürün içindeki NaOH %2'den az olmalıdır.
8. Ürün içindeki Ca(OH)2 %80'den az olmamalıdır.
9. %12-20 arasında nem içermelidir.
10. Ürün beyaz- kirli beyaz renkte olmalı, renk endikatörü olarak etil-viyole içermeli ve tükenmeye- kurumaya bağlı olarak mor-menekşe renk oluşturmamalıdır.
11. Tükenmeye bağlı oluşan menekşe renk beklemeye bağlı olarak tekrardan açılmamalıdır.
12. Ürün hava akımını engellemeyecek büyüklükte (4-8 mesh) granül yapıda olmalıdır.
13. Granüller kolayca dağılmamalıdır.
14. Ürün kabının üzerinde ürünün imal ve son kullanım tarihi, ürün bilgileri bulunmalıdır.
15. Ürün ile ilgili Güvenlik Bilgi Formu teklif mektubu ile beyan edilecek ve ürünün teslimatı aşamasında depoya teslim edilecektir.

16. orijinal ambalajda numune verilecektir

Doç. Dr. Aydın TAŞDOĞAN  
Dip. Tes. No: 37254  
Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı  
Dokuz Eylül Ü. Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Erol GÖKEL  
Anesteziyoloji ve Reanimasyon  
ABD Başkanı